

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 03.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate |
| Localitate | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005 |
| IDNO | 1016601000212 |
| Adresa | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005 |
| Număr de telefon | 022-222-445 |
| Număr de fax | |
| E-mail oficial | office@capcs.gov.md |
| Adresa de internet | www.capcs.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Botica Aurelia |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate | Licitație deschisă |
| Procedura de achiziție repetată (după caz) | |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru | Bunuri |
| Obiectul achiziției | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4) |
| Cod CPV | 33100000-1 |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) | Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr. ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 |
| | https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742395118195?tab=contract-notice |

| | |
|---|--|
| | 21.03.2025 |
| Platforma de achiziții publice utilizată | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) | https://capes.md/planuri/ |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) | <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 7 102 413,52 lei |

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

25 mart 2025, 15:30

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

Se solicita respectuos o explicație pentru solicitarea specificației tehnice: Halothan obligatoriu, dat fiind faptul ca Halothanul nu se mai folosește în anestezie în tarile dezvoltate și tarile în curs de dezvoltare? Exista necesitatea reala a acestei specificații tehnice sau doar specificatia tehnica utilizata de catre autoritatea responsabila este "demodata" . Are institutia medicala la moment echipament la care se foloseste halotanul sau doreste "sa revina la tehnici vechi?

Răspuns (31 mart 2025, 15:02):

Conform cerinței caietului de sarcini se solicită ca dispozitivul livrat să dispună de posibilitatea de acceptare a vaporizatoarelor tip Izofluran, Sevofluran, Halothan. Aceasta este o cerință de bază. În cazul lipsei unui anestezic Izofluran sau Sevofluran în instituție se poate utiliza și Halothanul. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

25 mart 2025, 15:52

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

Rog sa se modifice parametrul tehnic: "raportul I:E minim 2:1 la 1:8" in raportul "I:E minim 2:1 la 1:4." fiindca chiar si in cazul in care se utilizeaza un timp de expir de lunga durata, raportul I:E este maxim 1:4, nicidecum mai mare. Specificatia tehnica "raportul I:E minim 2:1 la 1:8" este exact specificatia tehnica din brosurile pentru masina de anestezie Mindray.

Răspuns (31 mart 2025, 15:04):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că se dorește achiziționarea unui dispozitiv medical cu o anumită performanță tehnică. Totodată, menționăm că se acceptă inclusiv și oferte alternative.

Data:

25 mart 2025, 15:53

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

In cadrul documentatiei de licitatie la ssectiunea Lot1 Masina de anestezie(caracteristici avansate) 110130 Se specifica urmatoarele cerinte tehnice pentru Masina de anestezie: Trigger flux diapazon min. 1-15L/min. Se solicita modificarea acestui diapazon in Trigger flux diapazon min. 1-10 L./min Pentru a se intelege care este motivul acestei modificari se va prezenta definitia la Trigger flux: În timpul ventilației asistate, masina de anestezie folosește un senzor specific pentru a detecta modificarea vitezei de curgere a fluxului de aer de bază în căile respiratorii atunci când pacientul inspiră spontan, declanșând astfel inspirația. Când debitul fluxului de aer de bază în căile respiratorii scade cu o anumită valoare, unitatea de anestezie declanșează inhalarea, iar această valoare scăzută este sensibilitatea declanșării fluxului adica TRIGGER FLUX. Deci cu cat valoarea parametrului de TRIGGER FLUX este mai mica, cu atat unitatea de anestezie este mai sensibila la respiratiile spontane ale pacientului. TRIGGER FLUX nu reprezinta fluxul amestecului de gaze dat de masina de anestezie. TRIGGER FLUX este un parametru ce identifica sensibilitatea dispozitivului la respiratiile spontane. In continuare sa se presupuna ca fluxul respiratiei spontane va fi mai mare de 10 L/min, adica 13 L/min. Daca TRIGGER FLOW va fi setat la 10 L/min, masina de anestezie va detecta toate inspiratiile spontane ale pacientului egal sau mai mare decat 10L/min. Scopul la TRIGGER FLOW este sa detecteze chiar si cele mai mici respiratii spotane ale pacientului, iar pentru aceasta TRIGGER FLOW este suficient sa aiba diapazon min.1-10L/min. Ca simpla remarca, diapazonul la flow trigger se seteaza: 1-3 L./min. Va multumesc anticipat! TRIGGER FLUX diapazon minim. 1-15 L./min face direct referire la producatorul de dispozitive: MINDRAY, modificarea diapazonului in 1-10 L./min ar permite si la alti producatori sa participe la aceasta licitatie

Răspuns (31 mart 2025, 15:04):

Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită „Trigger flux diapazon min. 1-10 L./min”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

25 mart 2025, 16:01

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie
Întrebare:

Specificare tehnica: Compresor/turbina. Rog sa se ofere mai multa informatie despre acest parametru.

Răspuns (31 mart 2025, 15:05):

Conform cerinței caietului de sarcini se solicită „Compresor intern / mini compresor / turbina. Se acceptă orice tehnologie. Aceasta trebuie să fie integrat în dispozitiv și nivel de zgomot minim / silențios”. Această unitate este destinată pentru asigurarea mașinii de anestezie cu aer comprimat. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 20 Mașină de anestezie**Data:**

26 mart 2025, 10:41

Subiectul întrebării:

Lot 20 Masina de anestezie
Întrebare:

Se solicita modificarea parametrului "PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30" Pentru a permite participarea la procedura a mai multor operatori economici va rugam sa considerati modificarea specificatii tehnice dupa cum urmeaza: PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30 in PEEP cmH2O Off, diapazon min. 4-30. Se considera ca valoarea PEEP-ului de 3 cmH2O nu este necesara sau utilizata de catre medicii anestezeologi indiferent de categoria pacientului neonatal/pediatric/adult. In urma studiilor de caz s-a demonstrat ca pentru a reduce atelectazia indusa de anestezie măsurată prin ultrasunete la sugarii sănătoși supuși operațiilor abdominale joase, genito-urinare sau regionale superficiale, 6 cmH2O de PEEP a fost mai eficient decât 3 cmH2O. La categoriile de pacient pediatric/adult PEEP-ul utilizat este ≥ 5 cm H2O. Nu exista diferente clinice in utilizarea PEEP-ului de 4 cmH2O si PEEP-ului de 3cmH2O, exista doar situatii in care PEEP-ul necesita sa fie setat pe Off. Soliciti modificarea specificatiei în: PEEP, cmH2O diapazon Off, min. 4-30. PEEP, cmH2O diapazon Off, min. 3-30 face direct referire la producatorul de dispozitive: MINDRAY, modificarea diapazonului in Off, min 4-30 L/min ar permite si la alti producatori sa participe la aceasta licitatie.

Răspuns (31 mart 2025, 15:05):

Cerința tehnică a fost modificată anterior în „PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

26 mart 2025, 10:49

Subiectul întrebării:

Lot 20 Masina de anestezie

Întrebare:

Se solicita modificarea parametrului "Trigger flux diapazon min. 1-15 L/min" Se solicita modificarea acestui diapazon in Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min Pentru a se intelege care este motivul acestei modificari se va prezenta definitia la Trigger flux: În timpul ventilației asistate, masina de anestezie folosește un senzor specific pentru a detecta modificarea vitezei de curgere a fluxului de aer de bază în căile respiratorii atunci când pacientul inspiră spontan, declanșând astfel inspirația. Când debitul fluxului de aer de bază în căile respiratorii scade cu o anumită valoare, unitatea de anestezie declanșează inhalarea, iar această valoare scăzută este sensibilitatea declanșării fluxului adica TRIGGER FLUX. Deci cu cat valoarea parametrului de TRIGGER FLUX este mai mica, cu atat unitatea de anestezie este mai sensibila la respiratiile spontane ale pacientului. TRIGGER FLUX nu reprezinta fluxul amestecului de gaze dat de masina de anestezie. TRIGGER FLUX este un parametru ce identifica sensibilitatea dispozitivului la respiratiile spontane. In continuare sa se presupuna ca fluxul respiratiei spontane va fi mai mare de 10 L/min, adica 13 L/min. Daca TRIGGER FLOW va fi setat la 10 L/min, masina de anestezie va detecta toate inspiratiile spontane ale pacientului egal sau mai mare decat 10L/min. Scopul la TRIGGER FLOW este sa detecteze chiar si cele mai mici respiratii spotane ale pacientului, iar pentru aceasta TRIGGER FLOW este suficient sa aiba diapazon min.1-10L/min. Ca simpla remarca, diapazonul la flow trigger se seteaza: 1-3 L/min. Va multumesc anticipat! TRIGGER FLUX diapazon minim. 1-15 L/min face direct referire la producatorul de dispozitive: MINDRAY, modificarea diapazonului in 1-10 L/min ar permite si la alti producatori sa participe la aceasta licitatie.

Răspuns (31 mart 2025, 15:06):

Se acceptă modificarea cerinței în „Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 12:23

Subiectul întrebării:

Pendanta pentru monitor

Întrebare:

Buna ziua, Va rugam sa clarificati daca aveti deja pendantsa pentru monitor sau ofertantul castigator va trebui sa o livreze/instaleze. In cazul daca ofertantul castigator va trebui sa o livreze/instaleze se va accepta un brat separat pentru monitor, care va fi instalat direct pe tavan la o distanta de la lampa chirurgicala?

Răspuns (31 mart 2025, 15:07):

Beneficiarul va dispune de pendantsa de care va fi atașate monitorul livrat cu lampa chirurgicală. Se acceptă și varianta de braț separat cu monitor. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 12:31

Subiectul întrebării:

Recorder pentru camera video

Întrebare:

Aveti deja un recorder pentru camera video sau furnizorul va trebui sa livreze sistemul se inregistrare si stocare ? Daca aveti deja un recorder, care este modelul acestuia ?

Răspuns (31 mart 2025, 15:07):

Beneficiarul nu dispune de Sistemul de stocare / recorder, acesta va fi achiziționat ulterior. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

26 mart 2025, 12:37

Subiectul întrebării:

Lotul nr. 10 - Lot nr. 10 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum

Întrebare:

1. Autoclave cu volumul de 100L nu exista in varianta cu 2 usi, pentru ca sunt mici si nu este posibil constructiv. Volumele autoclavei cu 2 usi pornesc de la volumul de 150L+-10L sau mai mari 2. Sistemul de filtrare a apei nu este clar trebuie sa fie inclusa sistem osmoza inversa sau numai dedurizare. Filtrarea prin dedurizare nu face apa compatibila pentru procesul de sterilizare, pentru ca NaCl nu este eliminat din apa astfel instrumentele/textilul va fi in permanenta cu depuneri de sare. Diferenta de pret pentru aceste sisteme de filtrare este considerabila. Va rog precizati. 3. Sistem automat de deschidere a usilor care nu permite deschiderea usilor în caz de presiune în camera de sterilizare pentru siguranta utilizatorului? Este o optiune obligatorie care trebuie sa fie inclusa la un autoclav 4. Trebuie sa fie inclus "Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj"? in caz contrar canalizarea institutiei va fi afectata de aburii eliminati in ea.

Răspuns (31 mart 2025, 15:08):

Ceriința tehnică nu se modifică, sunt un șir de producători care dispun de autoclave cu două uși cu volumul solicitat. 2. Sistemul de filtrare a apei inclus, obligatoriu trebuie să corespundă cerințelor tehnice de instalare impuse de producătorul dispozitivului, autoclavului oferit. O autoclavare în urma căreia va rămâne careva impurități pe instrumentele sterilizată este una ne calitativă și nu poate fi acceptată. 3. Conform cerinței se solicită „Ușa rămâne blocată pana la scăderea sfârșitul procesului de sterilizare - obligatoriu”. Ca urmare, sistemul de prevenirea deschiderii uși până la finisarea procesului de sterilizare trebuie să fie inclus obligator. 4. Conform cerinței instalarea dispozitivului trebuie să fie realizată de agentul economic. Ca urmare, produsul

oferit trebuie să fie conectat „Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - obligatoriu”. Ofertantul trebuie să includă și răcitorul de aburi pentru sistemul de drenaj. Totodată, menționăm că se acceptă inclusiv și oferte alternative. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 12:43

Subiectul întrebării:

Cablu, min. 65 m pana la recorder

Întrebare:

Nu este o greseala lungimea cablului 65 m pana la recorder? Aveti un recorder in alta incapere (care nu se afla in sala de operatie) ? Sau trebuie sa livram un recorder + 65 m de cablu ?

Răspuns (31 mart 2025, 15:09):

Este necesar să fie livrat cablul și instalat până în camera de stocare / recorder. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

26 mart 2025, 13:09

Subiectul întrebării:

Lotul nr. 19

Întrebare:

Solicitam respectus majorarea bugetului estimativ pentru dispozitivul p/u magnetoterapie. multumesc anticipat.

Răspuns (31 mart 2025, 15:09):

Bugetul este stabilit de posibilitățile financiare ale beneficiarului. Majorarea nu este posibilă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 14:09

Subiectul întrebării:

Referitor la monitor si recorder

Întrebare:

Exista monitoare medicale cu sistem integrat de inregistrare si stocare si monitoare medicale, care se pot conecta la un recorder separat. Ce fel de monitor medical se solicita? Care va fi conectat la un recorder existent in dotarea spitalului sau un monitor cu sistem integrat de inregistrare si stocare?

Răspuns (31 mart 2025, 15:09):

Este necesar ca toate înregistrările de la toate lămpile să fie transferate și stocate în camera de studii, camera de stocare a datelor / recorder. Iar în sala de operație este necesar să fie monitorizată intervenția pe monitor. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 14:23

Subiectul întrebării:

Referitor la demontarea lampilor chirurgicale vechi existente

Întrebare:

Cine va demonta lampile chirurgicale vechi existente ? Sau sunt sali de operatie noi unde nu sunt inca lampi chirurgicale ?

Răspuns (31 mart 2025, 15:10):

Sunt săli noi, unde este necesar instalarea lămpilor. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

28 mart 2025, 14:26

Subiectul întrebării:

Lotul 9

Întrebare:

Bună ziua! Coagulometru cu 2 canale pentru CS Rudi este un aparat prea performant pentru Rudi cu populația de 771 oameni (după datele din anul 2024). Lor va fi necesar si aparatul cu 1 canal pentru asa populatia. Sintem siguri ca CS Rudi nu are nevoie de asa un fel de aparat. Solicitam clarificari din partea Dvs si a institutii medicale. Mulțumim.

Răspuns (31 mart 2025, 15:18):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Beneficiarul este responsabil în vederea determinării necesităților sale.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

28 mart 2025, 17:36

Subiectul întrebării:

Pendant pentru display de mărimea ≥ 24 inch

Întrebare:

În cazul în care aveți deja pendantul instalat sau urmează a fi instalat în sala de operație, vă rog să indicați modelul acestuia, pentru a oferi un mecanism/suport compatibil de fixare a display-ului pe acest pendant.

Răspuns (1 apr 2025, 17:09):

Pendantele sunt de asemenea în procedură de achiziționare. Din acest motiv nu cunoaștem modelul pendantului. Rugăm să oferiți un sistem de fixare tip universal. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

28 mart 2025, 17:48

Subiectul întrebării:

Înălțimea tavanului 2.9 - 3.0 m

Întrebare:

Vă rog să oferiți următoarele dimensiuni: 1) înălțimea de la podea pînă la tavanul de bază? 2) înălțimea de la podea pînă la tavanul fals, în caz că el este prezent/planificat să fie? De asemenea, tavanul de bază este unul format din beton armat sau plăci cu goluri din beton armat (плиты перекрытия)?

Răspuns (1 apr 2025, 17:10):

Înălțimea estimativă după reparație va fi în diapazonul de 2.8 – 3.0 metri în diferite săli de operație. Podul este diferit în toate sălile. Sunt 4 săli cu podul fabricat din structură de metal cu beton și 2 săli cu tavanul din plăci/plite cu goluri din beton armat. Pot fals nu va fi. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 2 Mașină de anestezie

Data:

28 mart 2025, 17:52

Subiectul întrebării:

Bugetul estimativ

Întrebare:

Solicitam respectus majorarea bugetului estimativ pentru dispozitivul masina de anestezie. multumesc anticipat.

Răspuns (31 mart 2025, 15:10):

Bugetul este stabilit de posibilitățile financiare ale beneficiarului. Majorarea nu este posibilă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

2 apr 2025, 08:58

Subiectul întrebării:

Tipul cablului de min. 65 m pana la recorder

Întrebare:

Solicitam sa specificati tipul cablului de min. 65 m pana la recorder - HDMI sau SDI ?

Răspuns (3 apr 2025, 10:01):

Tipul cablului este dependent de tipul și tehnologia camerei care va fi livrat cu lampa de operație. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 7 Tonometru ocular

Data:

2 apr 2025, 13:30

Subiectul întrebării:

Pretul pentru tonometru ocular

Întrebare:

Pretul indicat de dvs este prea mic pentru produsul care il solicitati. Va rugam sa revizuii valoarea estimativă după prețurile de pe piață.

Răspuns (2 apr 2025, 17:35):

Bugetul este stabilit de posibilitățile financiare ale beneficiarului. Majorarea nu este posibilă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

2 apr 2025, 14:28

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

Specificare tehnica: Compresor/turbina. In urma analizei producatorilor de masini de anestezie care ar avea modele cu compresor/turbina s-a identificat unul singur: Mindray. Exista foarte putina informatie despre capacitatea acestui compresor/turbina. Utilizarea masinii de anestezie cu compresorul intern activ v-a scadea foarte rapid autonomia bateriei interne in cazul deconectarii de curent electric, iar utilizarea s-a obliga ca dispozitivul sa fie conectat la curent electric obligatoriu. Totusi deconectările de curent electric sunt mult mai frecvente decat defectiunile compresorului centralizat al institutiei. In concluzie, necesitatea echiparii salei de operatie cu un compresor extern de urgenta este obligatorie, indiferent de echiparea sau nu a dispozitivului cu compresor intern. Iar specificatia solicitata doar ridica semne de intrebare cu privire la sansa egala de participare a agentilor economici.

Răspuns (3 apr 2025, 10:02):

Performanța tehnică sau capacitatea compresorului trebuie obligator să corespundă cu parametrii de performanță de livrarea a gazelor a mașinii de anestezie oferită. 2. Capacitatea bateriei trebuie să fie prevăzută că să mențină autonomia solicitată conform caietului de sarcină și pentru compresor/turbina internă. 3. Beneficiarul nu dispune de aer comprimat centralizat în sala în care se prevede utilizarea mașinii de anestezie. Este o necesitate obligatorie a beneficiarului. 4. Toți producătorii de mașini de anestezie dispune o soluție de dotarea a mașinii sale de anestezie cu compresor / turbină internă. Aceasta nu este o cerință specifică unui anumit producător. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

2 apr 2025, 14:44

Subiectul întrebării:

Lot 20 Masina de anestezie

Întrebare:

Referitor la cerința "Ventilator automat, raportul I:E minim 4:1 la 1:8" se solicita modificarea acestuia in raport I:E minim 2:1 la 1:8. Raportul solicitat este specific doar masinilor de anestezie mindray. In ventilație mecanică și în anestezie generală raportul este de 1:2 sau 1:3, inspirul durează mai puțin decât expirul pentru a elimina CO2-ul din organism. Conform anumitor studii ca "Effects of inverse ratio ventilation and positive end-expiratory pressure in oleic acid-induced lung injury" (PMID: 10806151; DOI: 10.1164/ajrccm.161.5.9906060): cazuri ca: hipoxemie refractară, sindromul de detresă respiratorie acută unde în faza de cercetare se studiază dacă este nevoie ca inspirul să dureze mai mult decât expirul. Conform abstractului, ventilația cu un raport inversat nu are nici un avantaj față de un raport clasic cu un PEEP pozitiv. Utilizarea unui raport inversat poate duce la hiperventilație pulmonară barotraumă, scăderea întoarcerii venoase, hipotensiune. În cazul în care inspirul durează mai mult ca expirul, este evident că va rămâne un amestec de gaze suplimentar în plămâni cu efect cumulativ. În concluzie, raportul I:E 2:1-1:8 nu poate fi dezavantaj față de raportul 4:1-1:8 solicitat, iar inemodificarea acestui parametru blocheaza participarea si altor producatori.

Răspuns (3 apr 2025, 10:04):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că se dorește achiziționarea unui dispozitiv medical cu o anumită performanță tehnică. Totodată, o asemenea performanță tehnică se regăsește la mulți producători de mașini de anestezie. În același timp, se acceptă inclusiv și oferte alternative.

Lot nr. 8 Electrocardiograf cu 6 canale

Data:

2 apr 2025, 15:21

Subiectul întrebării:

Pretul pentru electrocardiograf 6 canale și toate accesoriile este mic

Întrebare:

Revizuiti va rog pretul la electrocardiograf cu toate accesoriile incluse 30 hârtii, cite 2 seturi de electrozi, gel de contact. Analizați va rog piața și dați un buget mai realist!

Răspuns (2 apr 2025, 17:35):

Bugetul este stabilit de posibilitățile financiare ale beneficiarului. Majorarea nu este posibilă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

3 apr 2025, 10:07

Subiectul întrebării:

Montarea lampilor chirurgicale

Întrebare:

Vă rugăm să ne comunicați la ce etaj se află sălile de operație și dacă mai sunt alte încăperi sau un etaj tehnic deasupra lor (dacă sunt la ultimul etaj). La instalarea lampilor chirurgicale va trebui să găurim plăcile de beton de tavan. Flanșele superioare vor fi montate în podelele încăperilor situate deasupra sălilor de operație. Prin flanșele de la etajul superior și plăcile de beton se vor introduce știfturi lungi. Cine va repara apoi podeaua de la etajul superior? Din ce material este făcută podeaua de la etajul superior?

Răspuns (3 apr 2025, 15:35):

Sălile de operație se află la etajul 3 din 4. Tavanele sunt diferite, o parte sunt construite din plăci de beton armat cu gouri iar o parte sunt construite din carcasă metalică cu beton. Toate lucrările sunt îndeplinite de agentul câștigător. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

3 apr 2025, 10:17

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

Specificare tehnica: Compresor/turbina. 1. Rog sa se identifice producatorii care au compresor intern, in special care se incadreaza in bugetul alocat 2. Niciun producator de masina de anestezie, ventilator cu compresor intern nu recomanda si nu permite functionarea echipamentului de pe turbina continuu. Rog sa se studieze acest caz. Prezenta unui compresor extern este obligatoriu in cazul in care nu este aer centralizat. 3. Refuzarea eliminarii specificatiei tehnice : Compresor/turbina interna, pune foarte mult la indoiala respectarea legislatiei.

Răspuns (3 apr 2025, 15:36):

1. Sunt un șir de producători de mașini de anestezie cu o asemenea dotare tehnică. Bugetul este stabilit conform posibilităților financiare ale beneficiarului.
2. Rugăm să studiați tehnologiile noi în care dispozitivele de ventilare și anestezie sunt dotate cu unitatea de producere a aerului comprimat intern pentru lungă durată. Acestea deja funcționează de mulți ani fără impedimente. 3. Nu poate fi acceptat un compresor extern care produce multă gălăgie și ocupă mult spațiu în sala de operație odată ce există pe piață produse cu compresoare / turbina internă. Insistarea de excludere duce doar în imposibilitatea de utilizare a mașinii de anestezie. Beneficiarul nu dispune de aer comprimat în sălile de operație unde sunt planificate utilizarea mașinilor de anestezie. Menționăm că se acceptă inclusiv și oferte alternative. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală**Data:**

3 apr 2025, 12:31

Subiectul întrebării:

Distanța aproximativă de la lampa chirurgicală până la pendentă

Întrebare:

Care este distanța aproximativă de la lampa chirurgicală (pentru fiecare sală de operație) până la pendentă care veți achiziționa consecutiv? Producatorul trebuie să pregătească cablul care va conecta video camera de pe lampa chirurgicală cu monitorul de pe pendentă.

Răspuns (3 apr 2025, 15:36):

Distanța de la centrul de fixare a lămpii până la centrul de fixare a pendentului este de aproximativ 3 metri. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală**Data:**

3 apr 2025, 12:35

Subiectul întrebării:

Instalarea bateriei de backup si lungimea cablului pentru bateria de backup
Întrebare:

Bateria de backup va fi instalata pe perete. Care este distanta de la lampa chirurgicala (pentru fiecare sala de operatie) pana la peretele unde va fi instalata bateria de backup ?

Răspuns (3 apr 2025, 15:37):

Nu se acceptă instalarea bateriei pe perete în sala de operație. Bateriile va fi posibil de instalat la etajul următor (etajul 4). Mulțumim pentru clarificarea depusă.

3. Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

4.

| Rezumatul modificărilor | pentru lotul nr. 20 <i>Mașină de anestezie</i> - modificarea cerinței tehnice din „PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30” în „PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30 5. - modificarea cerinței tehnice din cerința tehnică din „Trigger flux diapazon min. 1-15 L/min” în „Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min”. |
|--|--|
| Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) | 01.04.2025 |
| Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) | CONFORM SIA RSAP (MTENDER) |

6.

7. Până la termenul-limită (data 19.03.2025, ora 11:00), au depus oferta 17 ofertant:

| Nr. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|-----|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | AELO GRUP | 1011600009752 | Cobzari-Turcan Rodica |
| 2. | DataControl SRL | 1003600007935 | Grabazei Alexandru |
| 3. | Health Medical Solutions SRL | 1018600009625 | Lungu Ion |

| | | | |
|-----|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 4. | ÎM „Dutchmed-M” SRL | 1009600033367 | Prodan Sveatoslav |
| 5. | IM Natusana SRL | 1006600025657 | Tutunaru Nicolae |
| 6. | ImpulsProGroup | 1007600001757 | PERMINOV ANDREI |
| 7. | INTERMED | 1002600034804 | Chicu Natalia |
| 8. | Jako Life Clinic | 1020600034307 | COBILEȚCHI SERGHEI |
| 9. | KVG LLC S.R.L. | 1023600012014 | ABBOTT ELISHA JOSEPH |
| 10. | Medica Sens | 1018600025629 | Ciobanu SERGIU |
| 11. | Medpunkt SRL | 1011600044267 | ANTONOVA ANNA |
| 12. | Neotec | 1002600048135 | Botnaru Andrei |
| 13. | SA Tehoptimed | 1003600043595 | Perepețița Igor |
| 14. | SC ERICON SRL | 1003600000316 | Bunic Gheorghe |
| 15. | SC"Imunotehnomed"SRL | 1002600012565 | Rață Sergiu |
| 16. | SRL Biosistem mld | 1010600028048 | Poiata Vitalie |
| 17. | Tetis International Co. SRL | 1003600043595 | Perepețița Igor |

8.

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

| Criteriile de calificare și de selecție | AELO GRUP | DataControl | Health Medical Solutions SRL | IM „Dutchmed-M” SRL | IM Natusana SRL | ImpulsProGroup | INTERMED | Jako Life Clinic | KVG LLC SRL | Medica Sens | Medpunkt SRL | Neotec | SA Tehoptimed | SC ERICON SRL | SC"Imunotehnomed"SRL | SRL Biosistem mld | Tetis International Co |
|---|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Cererea de participare | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Modul de elaborare a | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p> <p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>.Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p> | | | | | | | | |
| DUAE | | | | | | | | | |
| Garanția pentru ofertă | <p>2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | | | | | | | | | | | |
| Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | | | | | | | | | | | |
| Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | 14.04.2025 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Declaratie de la Ofertant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cu privire la organizarea pe perioadă garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Declaratie de la Ofertant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p> | <p>Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> | | |
| <p>Garanția de bună execuție</p> | <p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</p> | | |

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

9. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Nr. Lot | Denumire Lot | unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Ofertant | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---------|-----------------------|--------------------|------------|------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1 | Lampă Chirurgicală | Bucată | 6 | 205955 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 1 | Lampă Chirurgicală | Bucată | 6 | 246 500,00 | ÎM „Dutchmed-M” SRL | corespunde | nu s-a verificat |
| 1 | Lampă Chirurgicală | Bucată | 6 | 275000,0000 | ImpulsProGroup | corespunde | nu s-a verificat |
| 1 | Lampă Chirurgicală | Bucată | 6 | 280000,0000 | Medpunkt SRL | corespunde | nu s-a verificat |
| 1 | Lampă Chirurgicală | Bucată | 6 | 352900,0000 | DataControl SRL | corespunde | nu s-a verificat |
| 2 | Mașină de anestezie | Bucată | 4 | 497724,4700 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 2 | Mașină de anestezie | Bucată | 4 | 618000,0000 | INTERMED | corespunde | nu corespunde |
| 2 | Mașină de anestezie | Bucată | 4 | 557 500,00 | ÎM „Dutchmed-M” SRL | corespunde | corespunde |
| 3 | Fotoliu ORL Hidraulic | Bucată | 1 | 77200,0000 | Medica Sens | corespunde | corespunde |
| 3 | Fotoliu ORL Hidraulic | Bucată | 1 | 82382,0000 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 4 | Masă pentru operații | Bucată | 1 | 247146,0000 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 4 | Masă pentru operații | Bucată | 1 | 299000,0000 | DataControl SRL | corespunde | corespunde |
| 4 | Masă pentru operații | Bucată | 1 | 409210,0000 | Tetis International Co. SRL | nu corespunde | nu s-a verificat |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-----|-------------|-------------------|---------------|------------------|
| 5 | Masă chirurgicala oftalmologica | Bucată | 2 | 62816,3600 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 5 | Masă chirurgicala oftalmologica | Bucată | 2 | 301405,0000 | Medica Sens | corespunde | corespunde |
| 6 | Termometru mecanic | Bucată | 700 | 38,1600 | SA Tehoptimed | corespunde | corespunde |
| 6 | Termometru mecanic | Bucată | 700 | 60,0000 | IM Natusana SRL | corespunde | nu s-a verificat |
| 6 | Termometru mecanic | Bucată | 700 | 99,6200 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 7 | Tonometru ocular | Bucată | 5 | 7963,6500 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 7 | Tonometru ocular | Bucată | 5 | 13750,0000 | SA Tehoptimed | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 8 | Electrocardioeraf cu 6 canale | Bucată | 2 | 14966,1200 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 8 | Electrocardioeraf cu 6 canale | Bucată | 2 | 18000,0000 | AELO GRUP | corespunde | corespunde |
| 8 | Electrocardioeraf cu 6 canale | Bucată | 2 | 19360,0000 | DataControl SRL | corespunde | nu s-a verificat |
| 9 | Coagulometru semi-automat | Bucată | 1 | 12935,6400 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 9 | Coagulometru semi-automat | Bucată | 1 | 13950,0000 | SRL Biosistem mld | corespunde | corespunde |
| 10 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum | Bucată | 1 | 391314,5000 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 10 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum | Bucată | 1 | 410,000.00 | Neotec | corespunde | nu corespunde |
| 10 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum | Bucată | 1 | 370 000,00 | SC ERICON SRL | corespunde | corespunde |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|-------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 10 | Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum | Bucată | 1 | 448000,0000 | Medica Sens | corespunde | nu s-a verificat |
| 10 | Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum | Bucată | 1 | 452346,0000 | Health Medical Solutions SRL | corespunde | nu s-a verificat |
| 11 | Concentrator de oxigen 5L | Bucată | 1 | 14290,0000 | Medica Sens | corespunde | corespunde |
| 11 | Concentrator de oxigen 5L | Bucată | 1 | 28166,6700 | SA Tehoptimed | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 11 | Concentrator de oxigen 5L | Bucată | 1 | 20938,9000 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 12 | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Bucată | 1 | 429 900,00 | ÎM „Dutchmed-M” SRL | corespunde | nu s-a verificat |
| 12 | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Bucată | 1 | 447940,0000 | Health Medical Solutions SRL | corespunde | nu s-a verificat |
| 12 | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Bucată | 1 | 528789,4200 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 12 | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Bucată | 1 | 470200,0000 | ImpulsProGroup | corespunde | nu s-a verificat |
| 12 | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Bucată | 1 | 480,000.00 | Neotec | corespunde | nu s-a verificat |
| 12 | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Bucată | 1 | 517060,0000 | SC"Imunotehnomed"SRL | corespunde | nu s-a verificat |
| 12 | Ultrasonograf General, performanță obișnuită | Bucată | 1 | 539860,0000 | INTERMED | corespunde | nu s-a verificat |
| 13 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Bucată | 1 | 25,000.00 | Neotec | corespunde | nu corespunde |
| 13 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Bucată | 1 | 27289,0800 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 13 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Bucată | 1 | 35450,0000 | DataControl SRL | corespunde | corespunde |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|-------------|---------------------|---------------|------------------|
| 13 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Bucată | 1 | 47406,2500 | SRL Biosistem mld | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 14 | Monitor Holter ECG | Bucată | 3 | 17163,0300 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 15 | Cicloergometru | Bucată | 1 | 179438,4000 | KVG LLC S.R.L. | nu corespunde | nu s-a verificat |
| 15 | Cicloergometru | Bucată | 1 | 177000,0000 | DataControl SRL | corespunde | corespunde |
| 16 | Lampă pentru examinare, braț articulată, | Bucată | 1 | 3833,3300 | SA Tehoptimed | nu corespunde | nu corespunde |
| 17 | Pat pentru examinare (mecanic) adulți, | Bucată | 2 | 3600,0000 | DataControl SRL | corespunde | corespunde |
| 17 | Pat pentru examinare (mecanic) adulți, | Bucată | 2 | 3706,6700 | SA Tehoptimed | corespunde | nu s-a verificat |
| 18 | Sterilizator 110 L | Bucată | 1 | 19646,6700 | SA Tehoptimed | nu corespunde | nu corespunde |
| 19 | Dispozitiv p/u magnetoterapie | Bucată | 1 | 29833,3300 | SA Tehoptimed | nu corespunde | nu corespunde |
| 20 | Mașină de anestezie | Bucată | 1 | 618000,0000 | INTERMED | corespunde | nu corespunde |
| 20 | Mașină de anestezie | Bucată | 1 | 485 650,00 | ÎM „Dutchmed-M” SRL | corespunde | corespunde |
| 20 | Mașină de anestezie | Bucată | 1 | 649500,0000 | Medica Sens | corespunde | nu s-a verificat |
| 20 | Mașină de anestezie | Bucată | 1 | 719500,0000 | ImpulsProGroup | corespunde | nu s-a verificat |
| 20 | Mașină de anestezie | Bucată | 1 | 747120,0000 | Jako Life Clinic | corespunde | nu s-a verificat |

10.

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

11. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) nu s-a solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|--------------------------|------------------------------|---|--|
| Rg02-2400 din 08.05.2025 | Data Control SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2401 din 08.05.2025 | Health Medical Solutions SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2402 din 08.05.2025 | ÎM „Dutchmed-M” SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2403 din 08.05.2025 | IM Natusana SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender; prezentarea <i>Situația financiară</i> | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2404 din 08.05.2025 | ImpulsProGroup | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender prezentarea <i>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit</i> | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2405 din 08.05.2025 | INTERMED SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2406 din 08.05.2025 | Medica Sens SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |

| | | | |
|------------------------------|---------------------|---|--|
| Nr. Rg02-2407 din 08.05.2025 | Medpunkt SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2408 din 08.05.2025 | Neotec SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2409 din 08.05.2025 | SA Tehoptimed SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2410 din 08.05.2025 | SC ERICON SRL | prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2737 din 03.06.2025 | AELO GRUP | Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Lot 8 Electrocardioeraf cu 6 canale | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2738 din 03.06.2025 | SRL Biosistem mld | Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 9 Coagulometru semi-automat | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2739 din 03.06.2025 | DataControl SRL | Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 15 Cicloergometru | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2740 din 03.06.2025 | ÎM „Dutchmed-M” SRL | Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 12 Ultrasonograf General, performanță obișnuită Cod 3003 10 | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2745 din 03.06.2025 | INTERMED | Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 2 Mașină de anestezie; Pentru Lot 20 Mașină de anestezie; | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2741 din 03.06.2025 | Medica Sens | Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 3 Fotoliu ORL Hidraulic | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|---|
| | | Pentru Lot 5 Masă chirurgicală oftalmologica | |
| Rg02-2743 din 03.06.2025 | Neotec | Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 10 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum Pentru Lot 13 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |
| Rg02-2744 din 03.06.2025 | SA Tehoptimed | Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 6 Termometru mecanic | Operatorul economic a prezentat documentele solicitate |

Ofertanții respinși/descalificați:

Ofertat operatorului economic KVG LLC S.R.L. se respinge, pentru toate loturile, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: s-a solicitat „termenul de valabilitate a ofertei 160 de zile” conform declarației privind valabilitatea ofertei (conform anexei nr. 8) operatorul economic a declarat termenul de valabilitate 90 de zile. Totodată, conform pct. 53 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 „*ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei, de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertei. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.*

Pentru lotul nr. 2 Mașină de anestezie

Ofertat operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:
s-a solicitat Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH20 se ofertat Trigger presiune diapazon 40 - 2 cmH20;
s-a solicitat Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <30 se ofertat Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec<35;
s-a solicitat Compresor / turbina: Compresor intern / mini compresor/ turbină. Se acceptă orice tehnologie. Aceasta trebuie să fie integrat în dispozitiv și nivel de zgomot minir silențios obligatoriu integrat se ofertat Compresor extern mărime 445 x 355 x 440 mm, nivel de zgomot ≤ 49 dB, care este voluminos și se conectează lângă dispozitiv ”;

Pentru lotul nr. 7 Tonometru ocular

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespun cerințelor din documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 10 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum

Ofertat operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:

s-a solicitat Gama de temperatură: diagonala minim 115 - 134 grade C s-a ofertat Gama de temperatură: diagonala minim 121 - 134 grade C.

Pentru lotul nr. 13 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L

Ofertat operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:
s-a solicitat Capacitatea internă a camerei ≥ 200 și 300 litri \leq s-a ofertat Capacitatea internă a camerei 315 litri ;
s-a solicitat Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 s-a ofertat 2 piciorușe în loc de frâne;

Pentru lotul nr. 16 Lampă pentru examinare, braț articulată,

Ofertat operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: "Dispozitivul medical ofertat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
s-a solicitat Lampă de examinare cu braț articulată s-a ofertat cu braț flexibil;
s-a solicitat Temperatura culorii $4000 - 5500$ K s-a ofertat Temperatura culorii $4500 - 5500$ K;
s-a solicitat Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim $60\ 000$ lux s-a ofertat Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim $40\ 000$ lux;

Pentru lotul nr. 18 Sterilizator 110 L

Ofertat operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: "Dispozitivul medical ofertat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
s-a solicitat Divergență față de temperatura setată $\leq 1^{\circ}\text{C}$ s-a ofertat Divergență față de temperatura setată 3°C ;

Pentru lotul nr. 19 Dispozitiv p/u magnetoterapie

Ofertat operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: "Dispozitivul medical ofertat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
s-a solicitat color, touch-screen s-a ofertat cu butoane;
s-a solicitat Timpul de tratament diapazon minim $1-90$ min s-a ofertat Timpul de tratament diapazon 30 minute lucrul, 5 minute pauza;

Pentru lotul nr. 20 Mașină de anestezie

Ofertat operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:
s-a solicitat Trigger presiune diapazon min. $20 - 1$ cmH20 s-a ofertat Trigger presiune diapazon $40 - 2$ cmH20;
s-a solicitat Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <30 s-a ofertat Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <35 .

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:
Lotul nr. 7 Tonometru ocular,

- Lotul nr. 14 Monitor Holter ECG;
 Lotul nr. 16 Lampă pentru examinare, braț articulată;
 Lotul nr. 18 Sterilizator 110 L;
 Lotul nr. 19 Dispozitiv p/u magnetoterapie;

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

13. Reevaluarea ofertelor:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Motivul reevaluării ofertelor | Demersul nr. 01-13/525 din 16.06.2025 al IMSP SCM „SF. Treime” cu privire la refuzul achiziționării loturilor nr. 2, 3, 4 și 5 din lipsa mijloacelor financiare. |
| Modificările operate | Anularea lotului nr. 2 Mașină de anestezie la solicitarea beneficiarului IMSP SCM „SF. Treime”. Prezentarea punctului de vedere către contestata și ANSC, având în vedere că a fost depusă o contestație pe marginea deciziei pentru lotul nr. 2 Mașină de anestezie. Pentru loturile nr. 3, 4 și 5 s-a propus publicarea pe pagina web a CAPCS la rubrica „refuzuri” pentru a fi contractate de alți beneficiari. |
| Motivul reevaluării ofertelor | Contestația depusă de către operatorul economic SRL MedPunkt, înregistrată la <i>Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor</i> cu nr. 02/729/25 din 130.6.2025 pe marginea deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10.06.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 1 <i>Lampă Chirurgicală</i> operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL |
| Modificările operate | Anularea deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10.06.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 1 <i>Lampă Chirurgicală</i> operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL și începerea etapei de reevaluare ofertelor. Expedierea clarificărilor în adresa operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL. |
| Motivul reevaluării ofertelor | Contestația depusă de către operatorul economic SRL MedPunkt, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/729/25 din 130.6.2025 pe marginea deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10.06.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 1 <i>Lampă Chirurgicală</i> operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL. Răspunsul operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL prezentat prin demersul nr. 0707/25DM din 07.07.2025. |
| Modificările operate | Demersul operatorului economic Medpunkt SRL nr. 339-93 din 01.07.2025 Respingerea ofertei operatorului economici ÎM „Dutchmed-M” SRL în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | documentația de atribuire, și anume, ca urmare a clarificărilor nu a prezentat prin documente confirmative corespunderea cerințelor tehnice în partea ce ține de : Diametrul câmpului de iluminare. S-a solicitat Diametrul câmpului de iluminare, reglabil în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm. S-a oferit un satelit 140-300mm, satelitul nr.2 140-270nm. Atribuirea lotului nr. 1 operatorului economic Medpunkt SRL cu corespunderea tuturor cerințelor. |
| Motivul reevaluării ofertelor | Contestația depusă de către operatorul economic SRL MedPunkt, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/729/25 din 130.6.2025 pe marginea deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10.06.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 1 Lampă Chirurgicală operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL. Răspunsul operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL prezentat prin demersul nr. 0707/25DM din 07.07.2025. Demersul operatorului economic Medpunkt SRL nr. 339-93 din 01.07.2025 |
| Modificările operate | Respingerea ofertei operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, și anume, ca urmare a clarificărilor nu a prezentat prin documente confirmative corespunderea cerințelor tehnice în partea ce ține de : Diametrul câmpului de iluminare. S-a solicitat Diametrul câmpului de iluminare, reglabil în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm. S-a oferit un satelit 140-300mm, satelitul nr.2 140-270nm. Atribuirea lotului nr. 1 operatorului economic Medpunkt SRL cu corespunderea tuturor cerințelor. |
| Motivul reevaluării ofertelor | Lotul nr. 1 Lampă Chirurgicală se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează „Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, în cazul în care există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”. |
| Modificările operate | Astfel, pentru lotul nr. 1 Lampă Chirurgicală se va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică cu specificația tehnică modificată, după cum urmează: diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm pentru minim un satelit. |

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: atribuire:

| Nr . | cod lot | Denumire Lot | unitatea de | Can | Preț unitar | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Producător/ | AMDM | Ofertant | Beneficiari |
|------|---------|--------------|-------------|-----|-------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|------|----------|-------------|
|------|---------|--------------|-------------|-----|-------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|------|----------|-------------|

| Lot | măsură | data | (fără TVA) | | | | | | Tara de Origine | | | |
|---------|--------|------|------------|-------------|--------------|--------------|--|--|---|-------------------------|----------------------|------------|
| 2-31039 | Bucată | 4 | 557 500,00 | 669 000,00 | 2 230 000,00 | 2 676 000,00 | | | A7 + BeneVision N19 China Mindray | DM000153168 DM000649454 | IM „Dutchme d-M” SRL | Sf. Treime |
| 3-31039 | Bucată | 1 | 77200,000 | 92 640,000 | 77 200,00 | 92 640,00 | | | OTOP/i PROFESSIONAL Euroclinic | DM000565284 | Medica Sens | Sf. Treime |
| 4-31039 | Bucată | 1 | 299000,000 | 358800,0000 | 299 000,00 | 358 800,00 | | | Vivax OT-02 Standard Polonia Infimed | DM000303247 | DataControl SRL | Sf. Treime |
| 5-31039 | Bucată | 2 | 301405,000 | 361686,0000 | 602 810,00 | 723 372,00 | | | 500XLE UFSK International (Germania) | DM000185160 | Medica Sens | Sf. Treime |
| 6-31039 | Bucată | 700 | 38,1600 | 45,8000 | 26 712,00 | 32 060,00 | | | Mercury free China Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd. | DM000213618 | SA Tehoptimed | Sf. Treime |
| 8-31039 | Bucată | 2 | 18000,000 | 21600,0000 | 36 000,00 | 43 200,00 | | | Electrocardiograf cu 6 canale Model SE - 601B AMDM DM000499500 China EDAN INSTRUMENTS, INC. | DM000499500 | AELO GRUP | CS Rudi |
| 9-31039 | Bucată | 1 | 13950,000 | 16740,0000 | 13 950,00 | 16 740,00 | | | CA-02 Semi automatic coag instrument | DM000385952 | SRL Biosistem mld | CS Rudi |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--------|---|------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|---------------------|---------------------------|
| 10 | 10-31039 | semi-automat | Bucată | 1 | 370 000,00 | 444000,0000 | 370 000,00 | 444000,0000 | CA-02 (Coagulometru semiautomat)China/ Clindia | DM000819146 | SC ERICON SRL | Polici nica de Stat |
| 11 | 11-31039 | Concentrator de oxigen 5L | Bucată | 1 | 14290,000 | 17 148,000 | 14 290,00 | 17 148,00 | XGI.UCD 100S (M1) China Shinva Medical Instrument co., LTD | DM000234258 | Medica Sens | CS Unghe ni |
| 12 | 12-31039 | Ultrasono graf General, performanță obișnuită | Bucată | 1 | 429 900,00 | 515 880,00 | 429 900,00 | 515 880,00 | Consona N9 China Mindray | DM000350292 | IM „Dutchmed-M” SRL | CS Nispor eni |
| 13 | 13-31039 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L | Bucată | 1 | 35450,000 | 42 540,000 | 35 450,00 | 42 540,00 | EKT 175 Turcia EMSAS | DM000578862 | DataControl SRL | CS Sîngere i |
| 15 | 15-31039 | Cicloergo metru | Bucată | 1 | 177000,00 | 212400,0000 | 177 000,00 | 212 400,00 | Cubestress system config./HD+12/ XR100+ BP Italia Cardioline | DM000499865 | DataControl SRL | Cardiol ogie |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|------------|---|----------------------------|----------------------|------------------|
| 17-31039 | Pat pentru examinare (mecanic) adulti, | Bucată 2 | 3 600,0000 | 4 320,000 | 7 200,00 | 8 640,00 | Examy 3 Turcia Optium | DM000499544 | DataContractului SRL | DM SIS |
| 20-31039 | Mașină de anestezie | Bucată 1 | 485 650,00 | 582 780,00 | 485 650,00 | 582 780,00 | WATO EX 65PRO + Bene Vision N19 China Mindray | DM000153166 DM000649454 | ÎM „Dutchmed-M” SRL | Arhanghel Mihail |

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Tonometru ocular,

Lotul nr. 14 Monitor Holter ECG;

Lotul nr. 16 Lampă pentru examinare, braț articulată;

Lotul nr. 18 Sterilizator 110 L;

Lotul nr. 19 Dispozitiv p/ u magnetoterapie;

Pentru loturile anulate se va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 24.06.2025

Lotul nr. 1 Lampă Chirurgicală se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează, „Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, în cazul în care există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”.

Astfel, pentru lotul nr. 1 Lampă Chirurgicală se va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică cu specificația tehnică modificată, după cum urmează: diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm pentru minim un satelit.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Pentru lotul nr. 4 Masă pentru operații, beneficiarul final a refuzat încheierea contractului pentru acest lot conform demersului nr. 01-13/525 din 16.06.2025. Respectiv lotul a fost plasat la rubrica refuzuri pe site-ul CAPCS, și ulterior conform demersului nr. 01-16/398 din 20.08.2025 al IMSP Spitalul Raional Leova a solicitat atribuirea lotului.

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

| | |
|---|--|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |
| | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax |

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

| Operator Economic | IDNO OE | Cod CPV | Beneficiar | Nr. Contract | Suma fara TVA | Suma cu TVA (Lei MD) | Data aprobării | Termenul de valabilitate | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului |
|----------------------------|---------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|---|
| FCPC DATACONTROL SRL | 1003600007935 | 33100000-1 | IMSP Spitalul Raional Leova | 21384985- 0073-0472 R | 299 000,0000 | 358 800,0000 | 03.09.2025 | 11.02.2026 | 02.12.2025 |

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

| | |
|---|------------------------|
| Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? | nu |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | (indicați suma cu TVA) |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</p> | |
| <p>Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</p> | | <p>Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p> |

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG