

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 29.08.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5)
Obiectul achiziției	33100000-1
Cod CPV	ocds-b3wdp1-MD-1743604121101
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	

Subiectul întrebării:

Buget

Întrebare:

Va rog sa verificati buget pentru 48 de bucati. este o eroare

Răspuns (7 apr 2025, 11:01):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, pentru lotul dat s-a produs o eroare, având în vedere că sistemul electronic nu permite modificarea valorii estimate, lotul va fi inclus în altă procedură de achiziție publică.

Data:

3 apr 2025, 16:39

Subiectul întrebării:

Lotul nr. 14 - Lot nr. 14 Centrifugă pentru pungi de sânge

Întrebare:

Buna ziua. Va rugam sa ne comunicati daca se admit centrifugi cu viteza maxima de 4650 rpm si pung de 500 ml

Răspuns (8 apr 2025, 14:52):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarului final, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative.

Data:

3 apr 2025, 17:00

Subiectul întrebării:

Lot nr. 14 Centrifugă pentru pungi de sânge

Întrebare:

Dat fiind faptul ca uneori exista o confuzie intre viteza maxima a rotorului si viteza maxima a centrifugii, rugam sa precizati daca 6000 RPM se cer a fi atisi de rotor sau de centrifuga. De regula, viteza maxima pentru pungile de sange este intre 3500 si 4000 RPM. Rugam sa indicati standardul/protocolul care solicita centrifugarea pungilor la 6000 RPM.

Răspuns (8 apr 2025, 14:52):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, 6000 RPM se referă la viteza maxima a centrifugii. menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative.

Data:

8 apr 2025, 12:08

Subiectul întrebării:

Lot 26

Întrebare:

Lot nr. 26 Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii)
Întrebare:

Dorim să aflăm dacă Lotul nr. 26, care a fost anulat, urmează să fie republicat într-o procedură viitoare. Suntem interesați de participarea la acest lot și ne-ar fi de ajutor să cunoaștem intențiile autorității contractante în această privință. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări.

Răspuns (11 apr 2025, 13:47):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, beneficiarul urmează să revizieze necesarul, respectiv, la momentul când va fi publicată o nouă procedură de achiziție publică.

Data:

11 apr 2025, 17:26

Subiectul întrebării:

Lot nr. 8 Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie

Întrebare:

Dimensiuni: Înălțime 96-100 cm. Lățime 68-70 cm, Adâncime 52-55 cm. Dimensiunile indicate limitează foarte mult concurența sănătoasă. Vă rugăm să specificați valori minime pentru înălțime, lățime și adâncime. Care este scopul restricționării la doar 4 cm pentru înălțime, 2 cm pentru lățime și 3 cm pentru adâncime?

Răspuns (14 apr 2025, 09:13):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, în documentația de atribuire s-au indicat parametri tehnici minimali și maximali în vederea asigurării concurenței. În același timp, solicităm prezentarea propunerilor dvs. de modificare /ajustare a parametrilor tehnici.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 08.04.2025

	Excluderea loturilor nr. 23 Pat medical mecanic cu 5 funcții, 24 Scaun cu roțile pentru transportarea pacienților și 25 Pat pentru examinare (mechanic) adultă din cadrul procedurii de achiziție publică, Modificarea valorii estimate a procedurii de achiziție publică din 3 486 230,00 lei în 3 416 230,00 lei. <i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 05.05.2025, ora 09:30), au depus oferta 11 operatorI economici:

	<p>anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>												
<p>Specifi cația tehnică</p>	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-

fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - în cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data

Ofertant	beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;												
Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează												

<p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23 TRPCCC518430B 01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</p>																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:									
Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunde cerințelor de calificare	Corespunde cerințelor tehnice		

4	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Bucată	5	34978,00	Medica Sens	corespunde	nu a fost evaluat
5	Laringoscop cu lamă curbată	Bucată	1	45000,0000	MED-M	Nu corespunde	nu a fost evaluat
6	Laringoscop cu lamă dreaptă	Bucată	1	45000,0000	MED-M	Nu corespunde	nu a fost evaluat
7	Tensiometru portabil automat	Bucată	2		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
8	Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie	Bucată	5	16 500,00	MED-M	corespunde	corespunde
8	Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie	Bucată	5	19 800,00	Medica Sens	corespunde	nu a fost evaluat
8	Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie	Bucată	5	21 400,00	GBG-MLD SRL	corespunde	nu a fost evaluat
9	Scaun rotativ special conceput pentru utilizarea în sălile de operație	Bucată	5		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
10	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Bucată	2	2976,6700	SA Tehoptimed	corespunde	Nu corespunde
10	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Bucată	2	6980,0000	Medica Sens	corespunde	Nu corespunde
10	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Bucată	2	7000,0000	AELO GRUP	corespunde	corespunde

21	Optotip LCD	Bucată	4	1 5480,0000	MED-M	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
22	Set de lentile diagnostice	Bucată	3	20 480,00	MED-M	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
22	Set de lentile diagnostice	Bucată	3	20650,0000	Lensess Grup SRL	corespunde	corespunde

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată			Clarificările prezentate
Nr. Rg02-2827 din 10.06.2025 Aelo Grup SRL	Pentru lotul nr. 4 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult):			
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. 86_06/2025 Din: 12 Iunie 2025 Lotul nr. 4 - Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază cu accesorii pentru Adult). Atașat documentul „X8 X10 X12 Patient Monitor User Manual-ES”. Trending ST - obligatoriu Funcția este integrată și descrisă la pagina 95-101 din manualul de utilizare „X8 X10 X12 Patient Monitor User Manual-ES”. Media ST - obligatoriu Analiza mediei ST este explicată la pag. 95-101, inclusiv modul de calcul „X8 X10 X12 Patient Monitor User Manual-ES”. Detectare pacemaker – obligatoriu Funcția este disponibilă și documentată la pagina 71 a manualului, pag 92-93 manualul de utilizare „X8 X10 X12 Patient Monitor User Manual-ES”. Modul și senzor SpO ₂ . Se utilizează tehnologia
	Analiza automată a unei ST Trendingul ST obligatoriu. Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Detectarea pacemaker obligatoriu. Troleu pe roțile min. 5 roțile obligatoriu.	Analiza automată a unei ST Trendingul ST - Da, Datasheet pag 1-5; Media în analiza segmentului ST -Da,Datasheet pag 1-5; Detectarea pacemaker - Da, Datasheet pag 2; 5 roțile - Da	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Trendingul ST obligatoriu. Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Detectarea pacemaker obligatoriu. Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO ₂ utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc). Solicităm clarificare privind troleul pe roți model M01. În Anexa 22 se menționează „5 roți - Da”, în timp ce în broșură este specificat: „Roți: Echipat cu patru	

<p>Protocoloale de lucru preprogramate obligatoriu</p> <p>Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu</p> <p>Forme de raportare Personalizate obligatoriu</p> <p>Manjete deconectată obligatoriu</p> <p>Manjete defect obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 deconectat obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 defect obligatoriu</p> <p>Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Nivelul baterie scăzut obligatoriu</p> <p>Alarme rata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu</p> <p>Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Senzor Temperatură adult,</p>	<p>Protocoloale de lucru setate de utilizator – da</p> <p>Forme de raportare Personalizate – da</p> <p>Alarma Manjete deconectată</p> <p>Manjete defect</p> <p>Senzor SpO2 deconectat</p> <p>Senzor SpO2 defect</p> <p>Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită</p> <p>Nivelul baterie scăzut – da</p> <p>Alarme rata cardiacă scăzută/mărită – da</p> <p>Lipsă sursă externă de alimentare – da</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore – da</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă – da</p> <p>Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. – 210ecg3ch</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., – 210elec3gad</p> <p>Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., – 210spad</p> <p>Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., – 210tchad</p> <p>Manjete NIBP "adult mediu,</p>	<p>senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc). Modul NIBP Buton de activare/dezactivare manual a NIBP obligatoriu.</p> <p>Protocoloale de lucru preprogramate obligatoriu.</p> <p>Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu.</p> <p>Forme de raportare Personalizate obligatoriu.</p> <p>Alarma Vizuala, sonora obligatoriu</p> <p>Manjete deconectată obligatoriu</p> <p>Manjete defect obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 deconectat obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 defect obligatoriu</p> <p>Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Nivelul baterie scăzut obligatoriu</p> <p>Alarme rata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu</p> <p>Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice</p>	<p>fișier 12 - Broșura lot 04.semnat pag. 01/02 - Monitorizarea pletismografei – vezi fișier manual pag. 02/05 - Tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat (BMV) – vezi fișier 12 - Broșura lot 04.semnat pag. 02/02 - Buton de activare/dezactivare manual a NIBP – da – vezi fișier manual pag. 05/05 - Accesorii – vezi fișier lista accesoriilor atașată Accessories BMV210D</p>
---	---	--	--

Pentru lotul nr. 14 Centrifugă pentru pungi de sânge:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<p>Parametri:</p> <p>Viteza de rotație: reglabilă</p> <p>Minimală, rpm ≤100</p> <p>Maximală, rpm ≥ 6000</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Rotor:</p> <p>Tipul rotor pentru pungi de sange volum 750-1000 ml</p> <p>Numărul de locuri 4</p> <p>Timer:</p> <p>Gama de timp 0 - ≥60 min</p> <p>Incrementarea ≤1 min</p> <p>Interval de temperatura -20 °C .. +40 °C reglabil</p> <p>Precizia temperaturii ± 1 °C</p> <p>Securitatea:</p> <p>Blocarea capacului în timpul lucrului da</p> <p>Indicatori:</p> <p>Indicarori vizual și acustic da</p> <p>Debalansare da</p> <p>Pornire/oprire da</p> <p>Capac deschis da</p> <p>Display Digital da</p> <p>Nivelul de zgomot ≤70 dB</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare da</p>	<p>Parametri:</p> <p>Viteza de rotație: reglabilă</p> <p>Minimală, rpm 50</p> <p>Maximală, rpm 11500</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Rotor, 4294, max. RPM max. RCF 2) 4,500 min-1 5,071:</p> <p>Tipul rotor pentru pungi de sange volum 750 si 1000ml, buckets 4298-A, 4x adaptor 4237-A</p> <p>Numărul de locuri 4</p> <p>Timer:</p> <p>Gama de timp 1 - 999 min</p> <p>Incrementarea 1 min</p> <p>Interval de temperatura -20 °C .. +40 °C reglabil</p> <p>Precizia temperaturii ± 1 °C</p> <p>Securitatea</p> <p>Blocarea capacului în timpul lucrului da</p> <p>Indicatori:</p> <p>Indicarori vizual și acustic da</p> <p>Debalansare da</p> <p>Pornire/oprire da</p> <p>Capac deschis da</p> <p>Display Digital da</p> <p>Nivelul de zgomot 58 dB</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru</p>	<p>Solicitim codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>

	<p>prodeuse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Încărcare verticală</p> <p>Construcția interioară din oțel AISI 316L</p> <p>Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.</p> <p>Securitate la supraîncălzire da</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Durata sterilizării reglabilă da</p> <p>Control microprocesor</p> <p>Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da</p> <p>Ușa rămâne blocată până la scderea sârșitului procesului de sterilizare da</p> <p>Suprafata exterioara să nu se încălzească</p> <p>Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit da</p> <p>Imprimantă da</p> <p>Afișaj alfanumeric</p> <p>Ciclu de strilizare ciclu de presiune pozitivă</p> <p>Sistem de uscare da</p> <p>Facilități de setare: -timp - temperatura -eliberare automată a vaporilor printare a</p>	<p>nontermic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Încărcare verticală</p> <p>Construcția interioară din oțel AISI 316L</p> <p>Exterior metalic galvanizat.</p> <p>Securitate la supraîncălzire da</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Durata sterilizării reglabilă da</p> <p>Control microprocesor</p> <p>Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da</p> <p>Ușa rămâne blocată până la scderea sârșitului procesului de sterilizare da</p> <p>Suprafata exterioara nu se încălzeaste</p> <p>Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit da</p> <p>Imprimantă da, panel type</p> <p>Afișaj alfanumeric</p> <p>Ciclu de strilizare ciclu de presiune pozitivă</p> <p>Sistem de uscare da</p> <p>Facilități de setare: -timp -temperatura</p>		
--	---	---	--	--

<p>Nr. Rg02-2831 din 10.06.2025 I.M. ” Dutchmed-M” S.R.L</p>		<p>Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înălțurarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română</p>		<p>Nr. 1306/25DM Data: 13.06.2025 SCRISOARE EXPLICATIVĂ Prin prezenta, compania I.M. „Dutchmed- M” S.R.L. vă prezintă următoarele clarificări referitor la solicitarea din scrisoarea Rg02-2831 din 10.062025. Pentru Lotul 4: Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult): modelul uMEC120 producător Mindray, China: 1. Analiza automată a undeii ST – conform Manualului de utilizare uMEC Series/ 9.8 ST Segment Monitoring pag. 9-17 – 9- 26 avem capitolul unde este descris funcția ST. După activarea acestei funcții monitorul pornește analiza ST: 2. Trendingul ST – conform Manualului de utilizare uMEC Series/ ST Review Page pag. 18-8 – 18-9 avem subcapitolul unde este indicat monitorul are funcția de a salva segmentul ST și valorile acestuia la un interval de 5 minute. Din memoria monitorului putem să accesăm ultimele 120 de ore de date ST:</p>
<p>Pentru lotul nr. 4 <i>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult):</i></p>				
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>		<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>		
<p>Analiza automată a undeii ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmentului ST obligatoriu min. 5 rotile obligatoriu min. 2 rotile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depusă (anexa 22):</p> <p>Trendingul ST – DataSheet uMEC 100/120/150/ Data Review/ ST review pag. 3 Media în analiza segmentului ST – Manual de utilizare uMEC Series/ 9.8 ST Segment - Monitoring/ ST segment monitoring/ pag. 9-17 – 9-22 5 rotile toate 5 rotile cu frână 1 coș pentru accesorii mîner pentru transportare sistem de fixare dispozitivului de suport fără necesitatea cărora instrumente</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Analiza automată a undeii ST Trendingul ST obligatoriu. Analiza automată a undeii ST Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Troleu pe rotile min. 5 rotile obligatoriu. Troleu pe rotile min. 2 rotile cu frână obligatoriu. Troleu pe rotile coș pentru accesorii obligatoriu. Troleu pe rotile mîner pentru transportare obligatoriu. Troleu pe rotile sistem de fixare a dispozitivului de suport obligatoriu.</p>		

<p>să se indice codul produsului Hârtie termică 10 buc., să se indice codul produsului Troleu pe roțile Indicații modelul oferit model produsului oferit min. 5 roțile obligatoriu min. 2 roțile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mâner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu</p>	<p>codul produsului 203-009 Sensor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului 209-006 Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1 set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului 204-003 Hârtie termică 10 buc., să se indice codul produsului 210-001 Troleu pe roțile Indicații modelul oferit model produsului oferit 211-001 min. 5 roțile obligatoriu min. 2 roțile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mâner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu</p>	<p>Trendingul ST obligatoriu. Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Protocole de lucru preprogramate obligatoriu. Protocole de lucru setate de utilizator obligatoriu. Arhivarea datelor obligatoriu. Cablul ECG cu 3 electrozi, 2 buc., cod produs „203-001” – nu se regăsește în sursele atașate. Electrozi ECG pentru adulți, de unică folosință, 300 buc., cod produs „203-009” – nu se regăsește în sursele atașate. Sensor de temperatură pentru adulți, reutilizabil, 1 buc., cod produs „209-006” – nu se regăsește în sursele atașate. Manșete NIBP „adult mediu, adult, adult mare”, reutilizabile (1 set/3 buc.), 2 seturi. A fost oferit doar un tip de manșetă, cod produs „204-003” pentru „adult”, fără specificații privind mărimile. Lipsesc încă două mărimi: adult mediu și adult mare. Hârtie termică, 10 buc., cod produs „210-001” – nu se regăsește în sursele atașate. Troleu pe roți, cod produs „203-001” – nu se regăsește în sursele atașate. Avem nevoie de sursa de informație pentru a verifica toți</p>	<p>procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1743604121101 din 05.05.2025 privind achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr. 5), ca răspuns la solicitarea de clarificari Nr. Rg02-2832 din 10.06.2025, prezintă informație confirmativă adițională pentru Lot 10 – Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric. MES20250624 din 24.06.2025 Subscrierea, MEDICA SENS S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Calarași 66, cod fiscal 1018600025629 reprezentată prin Administrator Sergiu Ciobanu, în calitate de participantă la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1743604121101 din 05.05.2025 privind achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr. 5), ca răspuns la solicitarea de clarificari Nr. Rg02-2832 din 10.06.2025, prezintă informație confirmativă adițională pentru Lot 10 – Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric. MES20250625 din 25.06.2025 Subscrierea, MEDICA SENS S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Calarași 66, cod fiscal 1018600025629 reprezentată prin Administrator Sergiu Ciobanu, în calitate de participantă la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1743604121101 din 05.05.2025 privind achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr. 5), ca răspuns la solicitarea de clarificari Nr. Rg02-2832 din 10.06.2025, prezintă informație confirmativă adițională pentru Lot 10 – Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric.</p>
---	--	--	--

<p>Înălțime 96-100 cm. Lățime 68-70 cm, Adâncime 52-55 cm.</p>	<p>gului Da, Brosura Sertare cu sistem de închidere centralizată Da, Brosura Roti pivotante diametru 125-130 mm cu frâna transversala Da, Brosura Dimensiuni: Înălțime 96-100 cm. Da, Brosura Lățime 68-70 cm, Da, Brosura Adâncime 52-55 cm. Da, Brosura</p>	
--	---	--

Pentru lotul nr. 10 *Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric:*

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>
<p>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2 % Rezoluția SPO2 ± 1 %</p>	<p>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Da, Manual Da, DataSheet Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Da, DataSheet p.5 Interval de măsurare Diapazon 0-100% Da, DataSheet p.4 Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 3 %</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Afișaj: Puterea semnalului obligatoriu, Alarmer: Buton de dezactivare alarmeri sonore obligatoriu Durata de viață a bateriei produsului BT-710, conform cerinței „Alimentare: Durata de viață ≥ 8 ore”. În datasheet (bt-710.semnat.pdf) se specifică 5 ore, iar în catalog (bt-710 catalog.semnat.pdf) se indică 8 ore. Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2</p>

<p>Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>de utilizare Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	
<p>Pentru lotul nr. 16 <i>Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L)</i>:</p>		
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Securitate la supraîncălzire da Alarmer acustică vizuală Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Sistem de uscarea da</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Securitate la supraîncălzire da – pag. 23 User Manual, Declarație producător (atașat); Alarmer acustică vizuală - pag. 2 Data sheet (atașat); Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da - pag. 2 Data sheet (atașat); Sistem de uscarea da, Brosura</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Securitate la supraîncălzire da Alarmer acustică vizuală Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Sistem de uscarea da</p>

	<p>Parametri tehnici Specificația Optotip pentru examen oftalmologic Copii, maturi Dimensiuni LCD Min. 21 inch Fără polarizare da Distanța de citire Minimă ≤ 2 metri Maximă ≤ 8 metri Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă da Teste presetate Standard internațional C, standard vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard vizual echilibrat binocular, etc Raportul ecranului 16:9 Posibilitate fixare pe perete Da Alimentare 220V</p>	<p>Parametri tehnici Specificația Optotip pentru examen oftalmologic Copii, maturi Dimensiuni LCD Min. 23 inch Fără polarizare da Distanța de citire Minimă ≤ 2 metri Maximă ≤ 8 metri Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă da Teste presetate Standard internațional C, standard vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard vizual echilibrat binocular, standard vizual daltonism, etc Raportul ecranului 16:9 Posibilitate fixare pe perete Da Alimentare 220V</p>	<p>Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>
<p>Pentru lotul nr. 22 Set de lentile diagnostice:</p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>Parametrii Specificația Lentile de probă Min. 266 buc Lentile sferice +/-20.00D Lentile cilindrice +/-6.00D Lentile cu prismă 0,50-10,00PD</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Parametrii Specificația Lentile de probă Min. 266 buc Lentile sferice +/-25.00D Lentile cilindrice +/-6.00D Lentile cu prismă 0,50-10,00PD</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării: Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>

<p>buc., să se indice codul produsului</p> <p>Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului da, ESA0008</p> <p>Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului da, ESA0015</p> <p>Bloc de alimentare de la rețeaua electrică , să se indice codul produsului nu</p> <p>Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului da, 2 AA</p> <p>Husă pentru transportare 1 buc. nu, să se indice codul produsului</p>	<p>produsului nu.’ Din aceasta deducem că lipsește sursa de alimentare, ceea ce sugerează că bateriile nu sunt reutilizabile. Este necesară informație suplimentară.</p> <p>S-a solicitat: ‘Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului’ Însă, în Anexa 22, se menționează: ‘Husă pentru transportare 1 buc. nu, să se indice codul produsului’ Din aceasta deducem că lipsește husa pentru transportare.</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., codul produsului „ESA0008” – nu se regăsește în sursele atașate. Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric., codul produsului „ESA0015” – nu se regăsește în sursele atașate. Acumulator/Baterie reîncărcabilă, 1 buc., nu a fost indicat codul bateriei, broșura nu conține această informație. Solicităm</p>	<p>Bloc de alimentare, accesorii incluse (3 senzori (se poate vedea în poza anexată). Respectiv codul ESA0089 pentru senzor de adult, ESA0091 pentru senzor de copii, ESC0092 pentru senzor de bebeluși), acumulator încorporat. Dacă o să considerați accesibilă putem înlocui cu același preț modelul nou importat. (specificația tehnica se anexează). Pentru lotul nr. 13 Incubator (termostat) 15 - 25l: nu este înregistrat în registrul de stat. Conform reglementărilor din Republica Moldova, dispozitivele medicale sunt definite ca echipamente, instrumente sau aparate destinate în mod specific diagnosticării, prevenirii, monitorizării, tratamentului sau ameliorării unei boli, conform Regulamentului (UE) 2017/745, adoptat și în legislația locală. Un incubator (termostat) de laborator, utilizat pentru menținerea unei temperaturi constante în diverse aplicații, nu îndeplinește în mod exclusiv aceste scopuri medicale, fiind folosit și în alte domenii, cum ar fi microbiologia, biologia moleculară, chimia sau cercetarea industrială. Prin urmare, dacă nu este destinat specific utilizării medicale, nu necesită înregistrare în registrul dispozitivelor medicale. Ceea ce ține de informațiile ce nu s-au regăsit în specificațiile tehnice, menționăm: Domeniul de temperatură programabil în diapazon</p>
---	--	---	--

Nr. Rg02-2834
din 10.06.2025
Triumf-Motiv
SRL

Pentru lotul nr. 4 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult):

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit.	Pentru procedura în cauză, potrivit sbpct 11 pct. 16 anunțului de participare se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Conform ofertei depuse nu se regăsesc anexat careva documente confirmative pentru modelul oferit.	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

Pentru lotul nr. 16 Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L):

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit.	Pentru procedura în cauză, potrivit sbpct 11 pct. 16 anunțului de participare se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Conform ofertei depuse nu se regăsesc anexat careva documente confirmative pentru modelul oferit.	Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical și sursele de informații privind dispozitivul.

Nr. 164-1/12 din 11.06.2025
Ca urmare a solicitării de clarificări transmise de către dvs. prin scrisoarea nr. Rg02-2834 din 10.06.2025, referitor la oferta depusă de compania Triumf-Motiv SRL, în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1743604121101 din avînd ca obiect Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5), vă transmitem mai jos clarificările pentru următoarele poziții: Lot nr. 4 - Brosura F6.pdf - Manual of Use, Operation Manual-F6.pdf Lot nr. 16 - IUM-100S Vertical autoclave product brochure - Unicom Medical.pdf

9. Ofertanții respinși/descalificați:

- Oferta operatorului economic Vipromed Service SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a atașat la oferta electronică formularul specificației tehnice și de preț.

Lotul 21 Optotip LCD

Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Lotul 22 Set de lentile diagnostice

Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Potrivit pct.11 din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect.”

Pentru lotul 8 Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie beneficiarul final IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA conform demersului nr. 01-10/258 din 09.07.2025, acceptă oferta alteranativă.

Pentru lotul 16 Autoclav 100 l cu încărcare verticală (ofel AISI 316L) beneficiarul final IMSP Institutul Oncologic conform demersului nr.02-07/820 din 04.07.2025 , , acceptă oferta alteranativă.

Pentru lotul nr. 22 Set de lentile diagnostice) beneficiarul final IMSP ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA, conform demersului nr. 01-11/614 din 04.07.2025

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

10. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

15	Cântar de laborator 0-1000g	Bucată	1	16 595,00	19 914,00	16 595,00	19 914,00	AKZ 3200	Polonia	Axis	Ecochimie
16	Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L)	Bucată	1	230000,0000	276 000,000	230 000,00	276 000,00	Adela-3D 90L	Turcia	Sumer	Medica Sens
22	Set de lentile diagnostice	Bucată	3	20650,0000	24 780,000	61 950,00	74 340,00	BR-260	Polinoia	MDT SP zoo	Lensess Grup SRL

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, , oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 5 Laringoscop cu lamă curbată

Lotul 6 Laringoscop cu lamă dreaptă

Lotul 11 Distilator de apa de laborator

Lotul 12 Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor

Lotul 14 Centrifugă pentru pungi de sânge

Lotul 20 Sistem radiografic intraoral

Lotul 21 Optotip LCD

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 1 Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sânge

Lotul 2 Impedansmetru

Lotul 7 Tensiometru portabil automat

Lotul 9 Scaun rotativ special conceput pentru utilizarea în sălile de operație

Lotul 17 Cântar pediatric

Lotul 18 Fotoliu ginecologic

Lotul 19 Hotă de laborator, cu flux laminar

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 18.07.2025.

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Nr. Rg02-3156 din 11.07.2025	e-mail

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG