



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-3888 din 29.08.2025

Operatori economici participanți

IMSP Beneficiare

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1742204380049 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.3)* vă comunică decizia nr.1 din 28.08.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	AMDM	Ofertant
2	Higrometru/Psihrometru 15-40C	Bucată	15	199	238,80	2985.00	3582.00	VIT-II	Ucraina	Steklopribor	Alte acte ce confirmă calitatea	Ecochimie
4	Hotă cu flux laminar	Bucată	2	77 500.00	93 000.0000	155000	186000	BSC - 3FA 2-HA	China	Biobase	DM000638252	Ecochimie
5	Burghiu traumatic/o rtopedic	Bucată	1	124990,0000	149988,00	124 990,00	149 988,00	RJ-MP NM 500	China	WUHURUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD	DM000691171	MED-M

6	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu	Bucată	1	102300,00	12760,00	102 300,00	12 760,00	Exce II 400 MC DSe	Italia	Alsa	DM00005 1754	DataControl SRL
7	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	Bucată	1	15000,0000	18 000,000	15 000,00	18 000,00	YC-130L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	DM00039 5534	Neotec
8	Camera frigorifica, 2 locuri(caracteristici de baza) (otel inox)	Bucată	1	142 000,00	170 400,00	142 000,00	170 400,00	DEKO2	Turcia	BNT	Alte acte ce confirmă calitatea	ICS Eyecon Medical SRL
10	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii)	Bucată	1	130929,0000	157 114,800	130 929,00	157 114,80	LD1 0.01	Turcia / Germania	Inspital	DM00028 5180	Tetis International Co. SRL
11	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu o ușă	Bucată	1	448 000,00	537 600,00	448 000,00	537 600,00	AW D65 5-10A D	Italia	AT-OS	DM00063 8831	ICS Eyecon Medical SRL
12	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Bucată	15	25333,33	30400,00	380 000,00	456 000,00	uME C 120	China	Mindray	DM00066 9805	ÎM „Dutchmed-M” SRL
13	Negatoscop un cadru cu LED	Bucată	3	5 233,00	6 279,60	15 699,00	18 838,80	"U00 51 –	Turcia	IHC	DM00055 3631	SA Tehoptimed

								NEG ATO S COP E"				
14	Pat electric, pentru adulți	Bucată	25	19156.00	22987.20	478900	574680	YA- D5-5	China	ZHANGJI AGA NG MEDI CAL EQUIPME NT CO., LTD	DM00065 4310	Neotec
15	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	Bucată	135	22500,00	27000,00	3 037 500,00	3 645 000,00	YA- D5-5	China	ZHANGJI AGA NG MEDI CAL EQUIPME NT CO., LTD	DM00065 4310	Neotec
16	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază)	Bucată	15	7466,6667	8960,0000	112 000,00	134 400,00	Bene Fusi on uSP	China	Mindray	DM00057 9475	ÎM „Dutchm ed-M” SRL
19	Spirograf pentru conexiune la PC	Bucată	1	71960	86352	71960	86352	Mod el Spir olab	Italia	MIR S.R.L. - MEDICAL INTERNA TIONAL RESEARC H	DM00032 32	AELO GRUP

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 4 Hotă cu flux laminar

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: și anume formularul specificației tehnice nu este complet, nu conține informații cu privire la Alarmer, Capac de închidere a exhaustării, Set de livrare.

- Oferta operatorului economic Ecochimie respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se respinge conform specificației de bază: S-a solicitat un nivel de zgomot ≤ 60 dB, însă s-a oferit un

nivel de zgomot ≤ 65 dB. S-a solicitat capac de închidere a evacuării obligatoriu, însă s-a oferat „capac de închidere a evacuării – din punct de vedere constructiv nu este aplicabil pentru hotă conform producătorului”. Alternativa a fost acceptată de beneficiar.

- Oferta operatorului economic AELO GRUP respinge în conformitate cu art. 17 alin. 5 și alin. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se respinge conform specificației de bază: S-a solicitat un nivel de zgomot ≤ 60 dB, însă s-a oferat un nivel de zgomot ≤ 65 dB. S-a solicitat capac de închidere a evacuării obligatoriu, însă s-a oferat „capac de închidere a evacuării Oferta este acceptată ca ofertă alternativă conform demersul beneficiarului final.

- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

- Oferta operatorului economic Lokmera respinge în conformitate cu art. 17 alin. 5 și alin. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul 5 Burghiu traumatologic/ortopedic

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: și anume formularul specificației tehnice nu este complet nu conține informații cu privire la Lame pentru ferestrua Lame pentru ferestrua alternativ Burghie Chee pentru fixare burghie Geanta pentru pastrare si transportare Container pentru sterilizareconform anunțului de participare.

Lotul 9 Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură

- Oferta operatorului economic Ecochimie respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se respinge conform specificației de bază: S-a solicitat o alarmă pentru divergența față de temperatura setată, însă s-a oferat fără funcționalitatea solicitată. Oferta este acceptată ca ofertă alternativă conform demersul beneficiarului final.

Lotul 10 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii)

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: și anume formularul specificației tehnice nu este complet nu conține informații cu privire la Mînere Panou de control Înălțimea podului.

- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 160\ 000$ lux. S-a oferat nivelul de iluminare la 1 m distanță - 130 000 lux.

- Oferta operatorului economic DataControl SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat o distanță de lucru de 0,7-1,5 m, s-a oferat o distanță de lucru de 0,7-1,4 m.

Lotul 12 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: și anume formularul specificației tehnice nu este complet, nu conține toată informația solicitată în anunțul de atribuire pentru lotul 12.

Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (4) și (6) lit a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece autoritatea contractantă nu va admite modificări a ofertei, astfel, operatorul economic nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Urmare a clarificărilor solicitate de CAPCS, operatorul economic a indicat alt număr de model și nu pot fi luate în considerare, iar în acest caz operatorul modifică elementele importante ale ofertei care inițial nu a corespuns cerințelor solicitate în documentația de atribuire (art.74 alin (4) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Lotul 13 Negatoscop un cadru cu LED

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se respinge conform specificației de bază: S-a solicitat reglarea luminozității obligatoriu, însă s-a oferat o luminozitate minimă de 4.000 cd/m² fără posibilitate de reglare. De asemenea, s-a solicitat ecran anti-glare, însă s-a oferat fără această proprietate.

Oferta este acceptată ca ofertă alternativă conform demersul beneficiarului final.

- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se respinge conform specificației de bază: S-a solicitat reglarea luminozității obligatoriu, însă s-a oferat o luminozitate minimă de 4.000 cd/m² fără posibilitate de reglare. De asemenea, s-a solicitat ecran anti-glare, însă s-a oferat fără această proprietate.

Lotul 14 Pat electric, pentru adulți

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: operatorul economic nu poate garanta pentru modelul oferat, prin oricare documente edificatoare și adecvate, de faptul că Pat electric, pentru adulți ca dispozitiv medical personalizat la livrare oferă performanțe echivalente ca și cel inițial pentru care au fost efectuate testările necesare, eliberat Certificatul de conformitate CE și a fost înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu nr. DM000834052".

Lotul 15 Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat o înălțime ajustabilă cu diapazonul minim de 45-80 cm, ± 2 cm, însă s-a oferat o înălțime ajustabilă cu diapazonul minim de 37-77 cm.

Lotul 16 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază)

- Oferta operatorului economic DataControl SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "S-a solicitat dozarea bolusului cu diapazonul minim de 0,01 - 1800 ml/h, însă s-a oferat dozarea bolusului cu diapazonul minim de 0,1 - 2000 ml/h. S-a solicitat rata KVO cu diapazonul minim de 0,01 - 3 ml/h, însă s-a oferat rata KVO cu diapazonul de 0,1 - 5 ml/h."

- Oferta operatorului economic Neotec respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "S-a solicitat dozarea bolusului cu diapazonul minim de 0,01 - 1800 ml/h, însă s-a oferat dozarea bolusului cu diapazonul minim de 0,1 - 2000 ml/h. S-a solicitat rata KVO cu diapazonul minim de 0,01 - 3 ml/h, însă s-a oferat rata KVO cu diapazonul de 0,1 - 10 ml/h.

S-a solicitat jurnalul de evidență cu stocarea următoarelor evenimente: butoane apășate, coduri de eroare, alarme, medicamente injectate, cantitatea infuzată, setări și bolus solicitat. Însă aceste caracteristici nu au fost demonstrate."

Lotul 17 Sterilizator 40 L

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: și anume formularul specificației tehnice nu este complet, nu conține toată informația solicitată în anunțul de atribuire pentru lotul 17.

Lotul 18 Sterilizator 200 L

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: și anume formularul specificației tehnice nu este complet, nu conține toată informația solicitată în anunțul de atribuire pentru lotul 18.

Lotul 19 Spirograf pentru conexiune la PC

- Oferta operatorului economic DataControl SRL respinge în conformitate cu art. 17 alin. 5 și alin. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: operatorul economic nu a răspuns la clarificările solicitate.

- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL respinge în conformitate cu art. 17 alin. 5 și alin. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat documente confirmative de referință din anexa 22, însă nu a fost prezentat manualul de utilizare și documentul confirmativ pentru produsul oferat cu codul 910320.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, , oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 17 Sterilizator 40 L

Lotul 18 Sterilizator 200 L

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 1 Electronic mixer-balance pentru colectarea sângelui

Lotul 3 Termometru mecanic

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 10.09.2025.

**Cu respect,
Președintele grupului de lucru**

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Arvinte Irina
Tel: 022 222 364*