



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-3990 din 09.09.2025

IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”

GBG-MLD SRL

Aelo Grup SRL

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1752209257967 privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Bodypletismograf) conform necesităților IMSP IP Chiril Draganiuc (repetat)*, vă comunică decizia nr.1 din 08.09.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origină	Producător	AMDM	Ofertant	Ofertă bază/ alternativă
1	Bodypletismograf	bucată	1	620 000,0	744000,0	620 000,0	744000,0	PowerCube+Series	GERMANIA	Ganshorn Medizin Electronic GmbH	DM000836087	GBG-MLD SRL	Ofertă alternativă

Ofertanții respinși/descalificați oferte de bază

Lotul 1 Bodypletismograf

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se solicită Cabină dotată cu scaun adaptabil pe înălțime, care suportă greutate corporală de peste 130 kg se oferă 120Kg. Se solicită PC minim i7, minimum 16GB RAM, minim 512 GB SSD se ofera PC i5, 4GB RAM, 1T HDD.

Oferta alternativă este acceptată de către beneficiar.

Oferta operatorului economic AELO GRUP SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se respinge ca ofertă de bază, întrucât: S-a solicitat monitor LCD de 24”, însă se oferă model de 23,6”. Se solicită: Butelii: gaz de calibrare, gaz p/u DLCO. Se oferă doar o butelie de gaz pentru DLCO, Butelia pentru gaz de calibrare nu se oferă.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **23.09.2025**.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă **8 luni din data înregistrării de către CAPCS**.

**Cu respect,
Președintele grupului de lucru**

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Ana Adam
Tel: 068 502 393*