



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-4007 din 10.09.2025

IMSP Spitalul Raional Orhei

SC ERICON SRL

GBG-MLD SRL

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1754050675623 privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop rigid și/sau flexibil compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower”)* conform necesităților IMSP Spitalul Raional Orhei vă comunică decizia nr.1 din 09.09.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitate a de măsură	Can titat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Ori gi ne	Produc ător	AMDM	Ofertant	Ofertă bază/ alternati vă
1	Rezectosco p Monopolar , Ureterosco p semi-rigid compatibil cu „Aesculap, Endosco pi c tower”	Set	1	203 555,0	244 266,0	203 555,0	244 266,0	40302NE. HD; 4403100; 4417125; 4413137; 4423200; 4423207; 4423206; 15113P2; 2375068; 46315xxx.	Italia	Endomed	DM000700415; DM000698749; DM000700643; DM000700656; DM000697534; DM000700647; DM000697442; DM000697453; DM000697451; DM000698300; DM000698730; DM000700770 .	SC ERICON SRL	Ofertă alternativă

Ofertanții respinși/descalificați oferte de bază

Lotul 1 Rezectoscop Monopolar, Ureteroscop semi-rigid compatibil cu „Aesculap, Endoscopic tower”

Oferta operatorului economic SC ERICON SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire. Se respinge ca oferta de bază: Se solicită Obturator vizual cu grosimea de 4 mm se oferă obturator 4413137 cu grosimea 24ch= 8mm. Se solicita Ureteroscop semi-rigid – 1 bucată

- Diametru: ≤ 4 Charrière (subțire)
- Canal de lucru: 4.8 mm
- Câmp vizual: 85°
- Adâncime câmp vizual: 3–30 mm

Se oferă: 46315xxx cu diametrul 8ch, canal de lucru 6.8 ch=2.26mm, Câmp vizual: 90 grade, Adâncime câmp vizual: 5mm-infinit
Se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiar.

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire. Se respinge ca oferta de baza: Se solicita Pensa cu dinți, grosime 5 mm se ofera 630-035-30 3mm. Se solicită Ureteroscop semi-rigid – 1 bucată

- Diametru: ≤ 4 Charrière (subțire)
- Canal de lucru: 4.8 mm

Se oferă 601-110-15 Diametru: 6 Charrière, Canal de lucru: 1.6 mm

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **17.09.2025**.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă **8 luni din data înregistrării de către CAPCS**.

**Cu respect,
Președintele grupului de lucru**

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Ana Adam
Tel: 068 502 393*