



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-4091 din 17.09.2025

**IMSP Centrul Național de Asistență
Medicală Urgentă Prespitalicească**

Sanmedico SRL

Biosistem MLD SRL

Azica-Grup SRL

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1754562213982 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (repetat)*, vă comunică decizia de anulare din 17.09.2025 după cum urmează.

Ofertanții respinși/descalificați

Lotul 1 Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)

Oferta operatorului economic **Sanmedico SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit.a) și b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare, selecție și cele expuse în documentația de atribuire. *S-a solicitat livrarea bunului: „în termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS”, însă s-a oferit: „în termen de până la 90 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului”. Totodată, testele oferite „D-FIhsCTID25” nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.*

Oferta operatorului economic **Biosistem MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire. *Se solicită „Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 15 Ng/L” s-a oferit: „Analiza Troponinei- I (cTnI) cu diapazonul de măsurare de la 0.05-40 Ng/L. (50-40,000 ng/L)”.*

Oferta operatorului economic **Azica-Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare, selecție și cele expuse în documentația de atribuire. *Operatorul economic nu a prezentat formularul Specificației de preț în SIA RSAP. Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice și servicii pct. 48 prevede că: Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă.*

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice se anulează procedura de achiziție publică, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme.

Menționăm că grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii al CAPCS, în scopul asigurării instituției medicale cu *Analizator Imunologic pentru identificarea Troponinei-I (cTnI)* va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

**Cu respect,
Președintele grupului de lucru**

Gheorghe GORCEAG

Ex: *Ana Adam*

Tel: +373 68 502 393