



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md), <https://capcs.md>

**Nr. Rg02-4131 din 19.09.2025**

**Operatori economici participanți**

**IMSP Beneficiare**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1748613106748 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.14)*, vă comunică decizia nr.1 din 18.09.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant	beneficiar
1	Sistem de digitalizare cu cititor de casete Xray	Bucată	1	260 000,00	312000,0000	260 000,00	312 000,00	FCR Prima T2/ CR-IR 392 /Japonia / Fujifilm	DM000429363	Neotec	SCMC V. Ignatenco
2	Combina ORL ( cu Negatoscop si aspirator integrat	Bucată	1	211500,0000	253800,0000	211 500,00	253800,0000	Otocompact Steel / Euroclinic / (Italia)	DM000651646	Medica Sens	SCMC V. Ignatenco
3	Sisteme de dezghețare a plasmelor	Bucată	1	126000,0000	151200,0000	126 000,00	151 200,00	DH4, QuickThaw® Plasma Thawing System SUA Helmer	DM000613810	DataControl SRL	SCMC V. Ignatenco

4	Holter pentru tensiune arterială	Bucată	1	71 450,00	85740,0000	71 450,00	85 740,00	BR-102 PLUS/ Elvetia / Schiller AG	DM000708728	GBG- MLD SRL	Policlinic a de Stat
6	Frigider de laborator pentru păstrarea sângelui	Bucată	1	38000,0000	45600,0000	38 000,00	45 600,00	EKT 175 Turcia Emsas	DM000578862	DataCont rol SRL	Policlinic a de Stat
7	Pipetă motorizată	Bucată	2	6335,0000	7602,0000	12 670,00	15 204,00	010.01.005 Germania Isolab	ISO, CE Marca	Ecochimi e	Policlinic a de Stat
11	Microscop binocular	Bucată	1	30000,0000	36000,0000	30 000,00	36 000,00	BS.1152 PLPHi Olanda Euromex	DM000766208	DataCont rol SRL	CS Riscani
13	Nișa chimică	Bucată	3	114115,0000	136938,0000	342 345,00	410 814,00	FH1200(E)(22 0V) China Biobase	ISO, CE Marca	Ecochimi e	SCTO CRDM
14	Electromiograf	Bucată	1	648500,0000	778200,0000	648 500,00	778 200,00		DM000320711 DM000320725 DM000320709	DataCont rol SRL	AMT Centru
21	Monitor multirarametrie (EKG, SpO2, capnografie, tensiune arterială)	Bucată	1	26166,0000	31399,2000	26 166,00	31 399,20	Monitor Model X12 China EDAN INSTRU MENTS, INC.	DM000577957	AELO GRUP	SR Ocnita
25	Unitate stomatologică	Bucată	1	99502,4300	119402,9200	99502,4300	119402,9200	Instalatie "KLT 6220S6",N15, China China FOSHAN ROSON MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000641553	Unident AS SRL	ANP

#### Ofertanții respinși/descalificați:

##### Lotul 4 Holter pentru tensiune arterială

- Oferta operatorului economic DataControl SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu corespunde tehnic după cum urmează: Se solicită Perioade de măsurare a TA: 24-48 și 51(opțional) ore se oferă 24 ore maxim. Se solicită Conform cu standardele internaționale (ex. BHS, AAMI, ESH-IP) nu s-a prezentat în urma clarificărilor standarde/ protocoale internaționale de validare a tensiometrelor"

### **Lotul 13 Nișa chimică**

- Oferta operatorului economic Ecochimie respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Se respinge ca ofertă de bază se solicită Material corp principal: Material corp principal PP porțelanat/carcasa exterioară metal vopsit în câmp electrostatic. grosime  $\geq 2$  mm se oferă grosimea 1mm se solicită Dimensiuni exterioare (L\*1\*h) 1200-1500\*750-1000\*2000-2500mm se oferă 1200\*800\*2515mm, se acceptă ca ofertă alternativă de către unul din beneficiarii lotului.

### **Lotul 20 Spălător pentru microplăci ELISA automat**

- Oferta operatorului economic FSP DAC-SpectroMed SR respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, formularul specificațiilor tehnice nu este complet.

- Oferta operatorului economic Laboratorium Grup respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### **Lotul 24 Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu**

- Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

### **Lotul 25 Unitate stomatologică**

- Oferta operatorului economic Vipromed Service se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a atașat la oferta electronică anexa specificată în formularul specificației tehnice pentru a identifica parametrii tehnici ofertați.

- Oferta operatorului economic Unident AS SRL a fost acceptat de către beneficiarul final, ca ofertă alternativă.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, după cum urmează:

### **Lotul 20 Spălător pentru microplăci ELISA automat**

### **Lotul 24 Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

### **Lotul 5 Balanță de laborator**

### **Lotul 8 Dispozitiv pentru încălzirea parafinei**

### **Lotul 9 Sistem motorizat pentru artroscopie**

### **Lotul 10 Dispozitiv de tăiat ghips**

### **Lotul 12 Tensiometru digital automat cu măsurare pe braț**

### **Lotul 15 Videoproctoscop**

### **Lotul 16 Autorefractrometru pediatric**

### **Lotul 17 Distilator 20-30l**

### **Lotul 18 Sinoptofor**

### **Lotul 19 Electrocardiograf cu 3 canale,caracteristici avansate cu troleu**

### **Lotul 22 Videolaringoscop cu lame reutilizabile**

### **Lotul 23 Perimetru de masă (analizator oftalmologic al câmpului vizual)**

**Lotul 26 Cântar pentru Copii portativ**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 01.10.2025.

**Cu respect,  
Președintele grupului de lucru**

/semnat electronic/

**Gheorghe GORCEAG**

*Ex: Arvinte Irina  
Tel: 022 222 364*