

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 23.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ana Adam dispozitive@capcs.gov.md:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Achiziționarea Investigațiilor Biochimice și Hematologice cu Analizatoare în Comodat conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Strășeni pentru anii 2026-2029
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755263509877 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1755263509877?tab=contract-notice Data publicării: 15.06.2025

Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitație.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anul de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_64_1.pdf 19 AUGUST 2025, MARTI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 64
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	6 511 650 Lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data: 15 aug 2025, 17:44

Subiectul întrebării: Lotul nr. 1 - Lot nr. 1 Investigații Hematologice și Analizator în comod

Întrebare: Buna ziua! Se va accepta ca oferta alternativă analizator hematologic automat cu încărcare

automată 5 DIF, care corespunde conform specificației tehnice din anunt de participare?

Răspuns (20 aug 2025, 09:01): Buna ziua, Va mulțumim pentru solicitarea transmisă. În cazul în care nu

va fi depusă nicio ofertă care să corespundă cerinței pentru analizator hematologic 6 DIF, autoritatea

contractantă va putea examina, cu titlu de alternativă, ofertele pentru echipamente 5 DIF care se

încadrează în celelalte cerințe tehnice prevăzute.

Data: 15 aug 2025, 17:48

Subiectul întrebării: Cantitatea investigatilor

Întrebare: Buna ziua! Va rugam sa ne explicati ce se subintelege prin Cantitatea minima si Cantitatea

maxima de investigati?

Răspuns (20 aug 2025, 09:02): Buna ziua, Va mulțumim pentru solicitarea depusă. Prin cantitate minimă

se înțelege volumul minim de investigații care va fi achiziționat cu certitudine în baza contractului. Prin

cantitate maximă se înțelege volumul estimat pentru întreaga durată a contractului, care poate fi

achiziționat în funcție de necesități și resurse disponibile și nu poate fi depășită.

Data: 18 aug 2025, 13:38

Subiectul întrebării: Lot 2

Întrebare: Buna ziua, va rugam sa aveți amabilitatea să precizați care este durata acordului cadru. Va

mulțumim!

Răspuns (20 aug 2025, 09:03): Buna ziua, Analizând denumirea finală a procedurii de achiziție publică, precizăm că durata acordului cadru este pentru anii 2026-2029. Deasemenea conform anunțul de participare pct.12 „Termenul de valabilitate a acordului cadru: 48 luni de la înregistrarea acordului-cadru la CAPCS”. Mulțumim pentru întrebare.

Data: 18 aug 2025, 13:42

Subiectul întrebării: Lot 2

Întrebare: Bună ziua, referitor la "Nota: * Operatorul economic va ține cont că electroliții K, Na, Cl pot fi utilizați și separat, astfel fiind nevoie să asigure cantitățile fără a face interconectare între ele și a nu crea rebut." vă rugăm să aveți amabilitatea să clarificați dacă cerința legată de modulul ISE este ca acesta să funcționeze independent de modulul fotometric, dar în cadrul aceluiaș echipament. Vă mulțumim!

Răspuns (20 aug 2025, 09:05): Vă mulțumim pentru clarificare. Modulul ISE (pentru determinarea electroliților K, Na, Cl) trebuie să fie parte integrantă a aceluiaș echipament, însă cu posibilitatea de a efectua testări independente față de modulul fotometric. Această cerință are ca scop evitarea interdependenței între cele două module, astfel încât utilizarea unuia să nu condiționeze sau să afecteze funcționarea celuilalt. În acest mod, operatorul economic va putea furniza reactivii pentru electroliți separat, fără a crea rebuturi în cazul în care unul dintre parametri este utilizat mai frecvent decât ceilalți.

Lot nr. 1 Investigatii Hematologice și Analizator în comodat

Data: 20 aug 2025, 09:49

Subiectul întrebării: Referitor la cerintele: „Descriere Analizator hematologic automat (6 diff) cu incarcare automata de tip inchis destinat analizei componentei Sanguine Scatergrame WBC - 6 diff”

Întrebare: Conform clasificărilor internaționale din domeniul hematologiei, populațiile leucocitare se împart în 5 categorii distincte: neutrofile, eozinofile, bazofile, limfocite, monocite. Granulocitele nu reprezintă o populație separată (a 6-a populație cerută în caietul de sarcini), ci însumează populație de neutrofile, eozinofile și bazofile. Detectarea prezentei unor granulocite imature nu înseamnă și diferențierea acestora pe populații de celule (neutrofile imature, eozinofile imature, bazofile imature) ci doar semnalarea generală a prezentei unor celule imature într-o populație de granulocite la modul general. Menționăm că și analizorul pe care intenționăm să îl oferim are capacitatea de a determina populația de celule imature (procentual și număr absolut) ca parametru de cercetare. În plus, un rezultat ieșit din intervalul de normalitate pentru granulocite imature (fie el parametru de diagnostic sau de cercetare) este doar primul pas pentru declansarea unor investigații clinice mai ample și nicidecum o certitudine pentru stabilirea unui diagnostic, indiferent de faptul că acest parametru este definit de producător ca fiind de diagnostic sau de cercetare. Vă rugăm să aveți amabilitatea să acceptați un analizor automat de hematologie care diferențiază leucocitele în cinci populații: limfocite, monocite, neutrofile, eozinofile, bazofile și care poate determina ca parametru de cercetare celulele imature în număr absolut și procentual.

Răspuns (25 aug 2025, 17:50): Buna ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea adresată și pentru interesul manifestat față de procedura de achiziție. Apreciem atenția acordată specificațiilor tehnice și clarificărilor legate de clasificarea populațiilor leucocitare. Granulocitele imature (IG) nu reprezintă, din punct de vedere hematologic și științific, o a șasea populație leucocitară distinctă. Acestea sunt forme de dezvoltare ale granulocitelor mature, în special neutrofile, și, în mod tradițional, nu sunt incluse în schema standard de diferențiere 5-DIFF. Totuși, anumite echipamente moderne de laborator sunt capabile să identifice și să cuantifice separat granulocitele imature, prezentându-le ca parametru numeric (IG% și IG#) și vizual, sub forma unui cluster distinct pe scattergramă. În acest context, unii producători promovează aceste echipamente ca având capacitate „6-DIFF”, considerând IG ca al șaselea cluster celular. Această clasificare este, însă, una tehnologică și nu biologică. Prin urmare, acceptarea unui analizor drept „6-DIFF” trebuie condiționată clar de capacitatea acestuia de a identifica automat și separat granulocitele imature, nu doar de a semnală prezența lor generală. În acest sens, se consideră eligibil un analizor care determină granulocitele imature (IG%) ca parametru suplimentar, raportat numeric și distinct de cele cinci populații leucocitare clasice.

Lot nr. 1 Investigatii Hematologice și Analizator în comodat

Răspuns (26 aug 2025, 09:30): Buna ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea adresată și pentru interesul manifestat față de procedura în cauză. Indicarea prețului dispozitivului medical „Analizator biochimic”, chiar dacă este oferit în comodat, este necesară pentru a asigura transparența ofertei, evaluarea comparabilă între participanți și evidența valorică a bunului transmis. Această informație este importantă și din considerente contabile, patrimoniale și de gestionare a eventualelor riscuri.

Data: 25 aug 2025, 17:40

Subiectul întrebării: Lotul 2. Investigații Biochimice și Analizator în comodat

Întrebare: Buna Ziua! Lista investigațiilor biochimice solicitate anual, include controale și calibrări sau numai probe? Mulțumim.

Răspuns (26 aug 2025, 09:38): Buna ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea acordată. Prețul unitar per investigație oferit de operatorul economic trebuie să includă toate materialele necesare pentru buna funcționare a analizatorului, inclusiv calibratori, controale, reactivi și consumabile specifice, astfel încât efectuarea tuturor investigațiilor solicitate în caietul de sarcini să fie posibilă fără costuri suplimentare.

Data: 25 aug 2025, 17:59

Subiectul întrebării: Lotul 2. Investigații Biochimice și Analizator în comodat

Întrebare: Buna Ziua! În afară de reagenți, controale și calibrări, în ofertă trebuie de indicat obligatoriu lista consumabilelor cu cantitatea și prețul? Sau ele trebuie să fie incluse toate în prețul reagenților și trebuie livrate gratuit? Mulțumim.

Răspuns (26 aug 2025, 09:43): Buna ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea adresată. Toate consumabilele necesare funcționării analizatorului (inclusiv cele aferente utilizării reagenților, controalelor și calibrărilor) trebuie să fie incluse în prețul per investigație și livrate fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

Data: 25 aug 2025, 19:08

Subiectul întrebării: dimensiuni aparate

Întrebare: In caz ca dispozitivele (mai ales analizator biochimic) nu vor incapa pe usile institutiei, cine este responsabil de costurile de demontare si apoi montare usi/ferestre si pereti, IMSP sau OE?

Răspuns (26 aug 2025, 09:44): Buna ziua, Vă mulțumim pentru întrebarea transmisă și pentru atenția acordată aspectelor logistice ale livrării și instalării echipamentului. În conformitate cu cerințele procedurii, operatorul economic este responsabil pentru toate costurile aferente transportului, manipulării, instalării și punerii în funcțiune a dispozitivului, inclusiv lucrările temporare necesare (demontare/montare uși, ferestre, pereți etc.), în cazul în care acestea sunt necesare pentru introducerea echipamentului în incintă. De asemenea, operatorul economic poartă responsabilitatea pentru orice alte intervenții necesare asigurării funcționării corecte și sigure a dispozitivului, inclusiv adaptări tehnice sau de infrastructură (dacă sunt necesare și previzibile din specificațiile tehnice ale echipamentului).

Data: 26 aug 2025, 09:51

Subiectul întrebării: 5. Garanția pentru ofertă pentru contractele subsecvente: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA

Întrebare: Buna Ziua! La etapa depunerii ofertei pentru Acord cadru, trebuie de prezentat Garanție pentru ofertă sau ea se prezintă la etapa reoferțării, doar pentru contractele subsecvente? Mulțumim.

Răspuns (26 aug 2025, 10:28): Bună ziua. Garanția de ofertă este specifică doar pentru contractele subsecvente, așa cum este stipulat și în Anunțul de Participare: pct.16.5 și pct.17 Garanția pentru ofertă pentru contractele subsecvente. Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 26 aug 2025, 09:55

Subiectul întrebării: Lotul 2. Investigații Biochimice și Analizator în comodat

Întrebare: Buna ziua, va rugam sa ne spuneti daca se accepta in oferta indicarea consumabilelor, calibratoare si controale si daca costul pentru acestea poate fi mentionat in specificatia de pret?

Răspuns (26 aug 2025, 10:31): Bună ziua. Costul consumabilelor poate fi specificat suplimentar în dosarul ofertei, dar în Formularul Specificației de Preț și respectiv în Acordul Cadru vor fi incluse strict prețurile pentru investigațiile solicitate, astfel încât operatorul economic ulterior să asigure tot procesul

cu reagenți, consumabile, controale necesare și nu doar în limita listei oferite paralel. Vă mulțumim

pentru clarificare.

Data: 26 aug 2025, 10:08

Subiectul întrebării: Oferta de preț

Întrebare: Buna Ziua! Explicați, Vă rugăm, cum corect trebuie să fie întocmită oferta: cu sumele

evidențiate la reagenți, calibratoare, controale, consumabile, soluții de curățare și spălare ș.a.m.d sau

toate cheltuielile trebuie repartizate din start și incluse în prețul fiecărei investigații. Răspuns: Răspuns amplitu și explicit, deoarece nu există o claritate și un format unic, fiecare agent economic

întocmește oferta de preț la propria discreție. Mulțumim.

Răspuns (26 aug 2025, 10:35): Buna ziua. În oferta de preț depusă de toți operatorii economici

participanți, urmează a fi indicate prețurile strict pentru investigațiile solicitate, care vor include toate

soluțiile, controalele, reagenții, consumabilele, mentenanța ș.a.m.d, adică varianta a doua explicată în

textul clarificării: toate cheltuielile trebuie repartizate din start și incluse în prețul fiecărei investigații. Vă

mulțumim pentru clarificare.

Data: 26 aug 2025, 10:16

Subiectul întrebării: Formularul Anexa 23 Oferta de preț

Întrebare: Buna Ziua! În Formularul Anexa 23 Specificații de preț, coloana 6 Preț unitar (fără TVA)

trebuie să fie indicat prețul pentru o unitate sau suma pentru unitate pentru 4 ani? Mulțumim anticipat.

Răspuns (26 aug 2025, 10:39): Buna ziua. Prețul unitar reprezintă prețul pentru o investigație, care fiind

înmulțită cu cantitatea maximă, va forma sumele totale incluse la caz, în coloanele nr. 7 și 8 (Suma fără

TVA și Suma cu TVA). Prețul indicat va fi prețul maxim inclus în Acordul Cadru care nu va putea fi depășit

pe întreaga perioadă (48 luni). Vă mulțumim pentru clarificare.

Data: 26 aug 2025, 10:28

Subiectul întrebării: Eliberare consumabile suplimentare pe factura fiscală

Întrebare: Buna Ziua! Dacă costurile pentru consumabilele necesare vor fi incluse în prețul per

investigație și livrate fără costuri suplimentare pentru beneficiar, atunci cum acestea vor fi eliberate pe

factură fiscală, ținând cont de faptul că ele trebuie scoase de la evidența contabilă? Mulțumim.

Răspuns (26 aug 2025, 10:42): Buna ziua. Autoritatea contractantă nu trebuie și nu are dreptul să impună

operatorilor economici modul în care își formează prețurile sau cum își facturează bunurile, atâta timp

cât respectă legislația fiscală și cerințele contractului. Autoritatea contractantă stabilește doar:

specificările tehnice ale bunurilor/serviciilor, cantitățile, condițiile de livrare și plată, modul de

prezentare a prețurilor în ofertă (ex.: preț unitar, total, inclusiv TVA). Formarea prețurilor și structura lor

(costuri interne, adaos comercial, discounturi etc.) țin de politica comercială a operatorului economic.

Factura trebuie emisă conform legislației fiscale, dar autoritatea nu poate dicta modul de calcul intern al

prețului – doar poate solicita ca acesta să fie exprimat clar și să includă toate cheltuielile necesare

livrării/prestării conform contractului. Vă mulțumim pentru clarificare.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită (data 15 sept 2025, 11:00), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	ICS Diamedix Impex	1012600019967	Traian Marinescu
2	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
3	Echipamed-Plus SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:		
		GBG-MLD SRL	Echipamed-Plus SRL	Diamedix Impex SRL
1	Cererea de participare			
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	+	+
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+	+
	Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.			
	ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:			
	- pentru parametrul tehnici măsurabil se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog;			
	- pentru parametrul tehnici nemăsurabil se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog; (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).			
	In cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da” doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atasat- atrage după sine respingerea ofertei			
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+	+
3	Specificația de pret			
	Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de pret.			
	Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care oferta de pret fără TVA va depăși valoarea estimativă cu 30% sau mai mult.			
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărei alt formular de</i>	+	+	+
4	DUAE			

		atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.			
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+	+	+
12	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat)	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului, inclusiv oferirea gratuită de consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și teste necesare pentru examinări care nu au fost utilizate de către beneficiar. - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	+	+	+
13	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat)	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament pentru perioada epuizării stocului de reactive (conform fiecărui lot în parte), conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	+	+	+
14	Declarație de la ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat)	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	+	+	+

		împunernicidă atăt și în cazul delegării sau împunernicidării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împunernicire;			
15	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada acordului cadru)	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împunernicidă atăt și în cazul delegării sau împunernicidării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împunernicire;	+	+	+
16	Declarație de la Ofertant (pentru dispozitivul ce urmează a fi dat în comodat și pe perioada acordului cadru)	Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței, reparației dispozitivelor medicale, pe toată perioada de comodat a dispozitivului.	+	+	+
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împunernicidă atăt și în cazul delegării sau împunernicidării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împunernicire;	+	+	+
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, inclusiv reagenții	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+	+
19	Declarație de la ofertant pentru reactivi	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împunernicidă atăt și în cazul delegării sau împunernicidării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împunernicire,	+	+	+
		Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împunernicidă atăt și în cazul delegării sau împunernicidării persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împunernicire.			
21	Garantia de bună execuție contractului subsecvent	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă, 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANĂTATE			

Denumirea Bancii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat	
Codul fiscal: 1016601000212	
IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA	
cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"	
Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 31.01.2026 conform contractului subsecvent.	

7. (Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul ofertei	Ofertant	Correspondenți cu cerințele de calificare	Correspondenți cu cerințele tehnice
1	Investigații Hematologice și Analizator în comodat	bucată	1	805 600	ICS Diamedix Impex	+	+
2	Investigații Biochimice și Analizator în comodat	bucată	1	3 589 924	GBG-MLD SRL	+	+
2	Investigații Biochimice și Analizator în comodat	bucată	1	3 589 940	ECHIPAMED-PLUS	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezultatul răspunsului operatorului economic
17.09.2025	GBG-MLD SRL Echipamed-Plus SRL	Ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizat la informația din SLA RSAP Mtender, original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	Au fost transmise prețurile rectificcate

19.09.2025	Echipamed-Plus SRL	<p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@eaps.gov.md, dar nu mai târziu de data 22.09.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Pentru lotul nr. 2 Investigații Biochimice și Analizator în comodat.</p>	Au fost transmise informații suplimentare																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="207 1400 327 1758">S-a solicitat conform Anunțului de participare</th> <th data-bbox="207 1064 327 1400">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="207 504 327 1064">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 1400 462 1758">Tip probă: Ser, plasmă, urină</td> <td data-bbox="327 1064 462 1400">Tip probă: Ser, plasmă, urină; - Da, Brosura pag.1</td> <td data-bbox="327 504 462 1064">Цельная кровь, Методы анализа: до 77 фотометрических тестов + 3 ISE электрода + 3 сывороточных индекса, p1b Pentru tip probă „urină” nu e confirmat.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 1400 566 1758">Stocare și revizualizare rezultate și date QC</td> <td data-bbox="462 1064 566 1400">Stocare și revizualizare rezultate și date QC; - Da, Brosura pag.1</td> <td data-bbox="462 504 566 1064">Правила контроля качества: Система правил Вестгарда, Twin plot, p1b Nu poate fi confirmat.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 1400 646 1758">Posibilitate imprimare rezultate și date QC</td> <td data-bbox="566 1064 646 1400">Posibilitate imprimare rezultate și date QC; - Da</td> <td data-bbox="566 504 646 1064">Nu poate fi confirmat.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1400 790 1758">Investigații Biochimice, 2.3.Albumina</td> <td data-bbox="646 1064 790 1400">2.3.Albumina Albumin 105-000822-A0</td> <td data-bbox="646 504 790 1064">105-000822-00, Albumin Kit (Bromcresol Green Method), p17doc 105-000822-A0 nu se regăsește în documentația atașată.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 1400 933 1758">Investigații Biochimice, 2.4.Urea</td> <td data-bbox="790 1064 933 1400">2.4.Urea Urea 105-000824-A0</td> <td data-bbox="790 504 933 1064">105-000824-00, Urea Kit (Urease-GLDH, UV Method), p18doc 105-000824-A0 nu se regăsește în documentația atașată.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1400 1077 1758">Investigații Biochimice, 2.5.Creatinina</td> <td data-bbox="933 1064 1077 1400">2.5.Creatinina Creatinine 105-004614-A0</td> <td data-bbox="933 504 1077 1064">105-004614-00, Creatinine Kit (Sarcosine Oxidase Method), p19doc 105-004614-A0 nu se regăsește în documentația atașată.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1077 1400 1220 1758">Investigații Biochimice, 2.6.Acid uric</td> <td data-bbox="1077 1064 1220 1400">2.6.Acid uric UA 105-000848-A0</td> <td data-bbox="1077 504 1220 1064">105-000848-00, Uric Acid Kit (Uricase-Peroxidase Method), p17doc 105-000848-A0 nu se regăsește în documentația atașată.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1220 1400 1372 1758">Investigații Biochimice, 2.9.Glucoza</td> <td data-bbox="1220 1064 1372 1400">2.9.Glucoza Glucoza 105-000849-A0</td> <td data-bbox="1220 504 1372 1064">105-000849-00, Glucose Kit (GOD-POD Method), p23doc 105-000849-A0 nu se regăsește în documentația atașată.</td> </tr> </tbody> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Tip probă: Ser, plasmă, urină	Tip probă: Ser, plasmă, urină; - Da, Brosura pag.1	Цельная кровь, Методы анализа: до 77 фотометрических тестов + 3 ISE электрода + 3 сывороточных индекса, p1b Pentru tip probă „urină” nu e confirmat.	Stocare și revizualizare rezultate și date QC	Stocare și revizualizare rezultate și date QC; - Da, Brosura pag.1	Правила контроля качества: Система правил Вестгарда, Twin plot, p1b Nu poate fi confirmat.	Posibilitate imprimare rezultate și date QC	Posibilitate imprimare rezultate și date QC; - Da	Nu poate fi confirmat.	Investigații Biochimice, 2.3.Albumina	2.3.Albumina Albumin 105-000822-A0	105-000822-00, Albumin Kit (Bromcresol Green Method), p17doc 105-000822-A0 nu se regăsește în documentația atașată.	Investigații Biochimice, 2.4.Urea	2.4.Urea Urea 105-000824-A0	105-000824-00, Urea Kit (Urease-GLDH, UV Method), p18doc 105-000824-A0 nu se regăsește în documentația atașată.	Investigații Biochimice, 2.5.Creatinina	2.5.Creatinina Creatinine 105-004614-A0	105-004614-00, Creatinine Kit (Sarcosine Oxidase Method), p19doc 105-004614-A0 nu se regăsește în documentația atașată.	Investigații Biochimice, 2.6.Acid uric	2.6.Acid uric UA 105-000848-A0	105-000848-00, Uric Acid Kit (Uricase-Peroxidase Method), p17doc 105-000848-A0 nu se regăsește în documentația atașată.	Investigații Biochimice, 2.9.Glucoza	2.9.Glucoza Glucoza 105-000849-A0	105-000849-00, Glucose Kit (GOD-POD Method), p23doc 105-000849-A0 nu se regăsește în documentația atașată.	
S-a solicitat conform Anunțului de participare	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																											
Tip probă: Ser, plasmă, urină	Tip probă: Ser, plasmă, urină; - Da, Brosura pag.1	Цельная кровь, Методы анализа: до 77 фотометрических тестов + 3 ISE электрода + 3 сывороточных индекса, p1b Pentru tip probă „urină” nu e confirmat.																											
Stocare și revizualizare rezultate și date QC	Stocare și revizualizare rezultate și date QC; - Da, Brosura pag.1	Правила контроля качества: Система правил Вестгарда, Twin plot, p1b Nu poate fi confirmat.																											
Posibilitate imprimare rezultate și date QC	Posibilitate imprimare rezultate și date QC; - Da	Nu poate fi confirmat.																											
Investigații Biochimice, 2.3.Albumina	2.3.Albumina Albumin 105-000822-A0	105-000822-00, Albumin Kit (Bromcresol Green Method), p17doc 105-000822-A0 nu se regăsește în documentația atașată.																											
Investigații Biochimice, 2.4.Urea	2.4.Urea Urea 105-000824-A0	105-000824-00, Urea Kit (Urease-GLDH, UV Method), p18doc 105-000824-A0 nu se regăsește în documentația atașată.																											
Investigații Biochimice, 2.5.Creatinina	2.5.Creatinina Creatinine 105-004614-A0	105-004614-00, Creatinine Kit (Sarcosine Oxidase Method), p19doc 105-004614-A0 nu se regăsește în documentația atașată.																											
Investigații Biochimice, 2.6.Acid uric	2.6.Acid uric UA 105-000848-A0	105-000848-00, Uric Acid Kit (Uricase-Peroxidase Method), p17doc 105-000848-A0 nu se regăsește în documentația atașată.																											
Investigații Biochimice, 2.9.Glucoza	2.9.Glucoza Glucoza 105-000849-A0	105-000849-00, Glucose Kit (GOD-POD Method), p23doc 105-000849-A0 nu se regăsește în documentația atașată.																											

Investigatii Biochimice, 2.10.ALT	2.10.ALT ALT 105-000814-A0	105-000814-00, Alanine Aminotransferase Kit (IFCC Method), p18doc 105-000814-A0 nu se regăsește în documentația atașată.
Investigatii Biochimice, 2.12.GGT	2.12.GGT GGT 105-000817-A0	105-000817-00, Gamma-Glutamyltransferase Kit (Szasz Method/IFCC stand), p19doc 105-000817-A0 nu se regăsește în documentația atașată.
Investigatii Biochimice, 2.13.Fosfotaza alcalina	2.13.Fosfotaza alcalina ALP 105-000816-A0	105-000816-00, Alkaline Phosphatase Kit (IFCC Modified Method), p17doc 105-000816-A0 nu se regăsește în documentația atașată.
Investigatii Biochimice, 2.14.Lipaza	2.14.Lipaza Lipase 105-002171-A0	105-002171-00, Lipase Kit (Enzymatic Colorimetric Assay Method), p20doc 105-002171-A0 nu se regăsește în documentația atașată.
Investigatii Biochimice, 2.15.Amilaza	2.15.Amilaza Amilaza 105-000847-A0	105-000847-00, a-Amylase Kit (IFCC Method), p17doc 105-000847-A0 nu se regăsește în documentația atașată.
Investigatii Biochimice, 2.16.Amilaza pancreatica	2.16.Amilaza pancreatica Pancreas-Amylase 12029	Pancreas-Amylase 12029 nu se regăsește în documentația atașată.
Investigatii Biochimice, 2.17.Colesterol	2.17.Colesterol TC 105-000820-A0	105-000820-00, Total Cholesterol Kit (CHOD-POD Method), p17doc TC 105-000820-A0 nu se regăsește în documentația atașată.
Investigatii Biochimice, 2.18.Trigliceride	2.18.Trigliceride TG 105-000847-A0	105-000821-00, Triglycerides Kit (GPO-POD Method), p17doc TG 105-000847-A0 nu se regăsește în documentația atașată.
Investigatii Biochimice, 2.19.LDL	2.19.LDL LDL 105-000836-A0	105-000836-00, LDL-Cholesterol Kit (Direct Method), p19doc LDL 105-000836-A0 nu se regăsește în documentația atașată.

	Investigații Biochimice, 2.20.HDL	2.20.HDL HDL 105-000835-A0	105-000835-00, HDL-Cholesterol Kit (Direct Method), p19doc HDL 105-000835-A0 nu se regăsește în documentația atașată.
	Investigații Biochimice, 2.21.Fier	2.21.Fier Iron 105-002198-A0	105-002198-00, Iron (Fe) Kit (Colorimetric Assay), p19doc Iron 105-002198-A0 nu se regăsește în documentația atașată.
	Investigații Biochimice, 2.23.Clor 2.24.K 2.25.Na	2.23.Clor + 2.24.K + 2.25.Na ISE Reagent Pack 105-025539-00	2.23.Clor + 2.24.K + 2.25.Na ISE Reagent Pack 105-025539-00 - nu se regăsește în documentația atașată
	Investigații Biochimice, 2.27. Hemoglobina glicolizata	2.27. Hemoglobina glicolizata HbA1c 105-000847-A0	105-002165-00, Hemoglobin A1c Kit (Enzymatic Assay Method), p17doc HbA1c 105-000847-A0 - nu se regăsește în documentația atașată
	Investigații Biochimice, 2.28.Calcium	2.28.Calcium Calcium 105-000825-A0	105-000825-00, Calcium Kit (Arsenazo III Method), p18doc Calcium 105-000825-A0 - nu se regăsește în documentația atașată
	Investigații Biochimice, 2.29. Fertina	2.29. Fertina Ferritin 105-006175-A0	105-006175-00, Ferritin Kit (Particle-enhanced Immunoturbidimetric Assay Method) , p20doc Ferritin 105-006175-A0 - nu se regăsește în documentația atașată

Asfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 24.09.2025**.

Totodată vă atenționăm că reprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

19.09.2025	Diamedix Impex SRL	<p>Pentru lotul nr. 1 Investigații Hematologice și Analizator în comodat.</p> <table border="1" data-bbox="1173 504 1428 1758"> <tr> <td data-bbox="1316 504 1428 840">S-a solicitat conform Anunțului de participare</td> <td data-bbox="1316 840 1428 1321">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="1316 1321 1428 1758">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1173 504 1316 840">Limba de comunicare rom/rus</td> <td data-bbox="1173 840 1316 1321">Conform Cap. 3.1. To Change the Application Language, pag 174 Manual de utilizare Yumizen H550, Horiba Medical</td> <td data-bbox="1173 1321 1316 1758">To Change the Application Language, p178m Însuși limba de comunicare ro/ru nu este confirmată.</td> </tr> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformii) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 24.09.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>			S-a solicitat conform Anunțului de participare	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Limba de comunicare rom/rus	Conform Cap. 3.1. To Change the Application Language, pag 174 Manual de utilizare Yumizen H550, Horiba Medical	To Change the Application Language, p178m Însuși limba de comunicare ro/ru nu este confirmată.	Au fost transmise informații suplimentare			
S-a solicitat conform Anunțului de participare	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
Limba de comunicare rom/rus	Conform Cap. 3.1. To Change the Application Language, pag 174 Manual de utilizare Yumizen H550, Horiba Medical	To Change the Application Language, p178m Însuși limba de comunicare ro/ru nu este confirmată.												
19.09.2025	GBG-MLD SRL	<p>Pentru lotul nr. 2 Investigații Biochimice și Analizator în comodat.</p> <table border="1" data-bbox="311 504 774 1758"> <tr> <td data-bbox="678 504 774 840">S-a solicitat conform Anunțului de participare</td> <td data-bbox="678 840 774 1176">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="678 1176 774 1758">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 504 678 840">Investigații Biochimice, 2.8.Bilirubina directa</td> <td data-bbox="470 840 678 1176">2.8.Bilirubina directa 07P9720 + 08P6102</td> <td data-bbox="470 1176 678 1758">07P9720, Direct Bilirubin Reagent Kit; analizorul Alinity c, p47ifu1 + 08P6102 - nu se regăsește codul în instrucțiunile prezentate deci nu poate fi confirmată compatibilitatea.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 504 470 840">Investigații Biochimice, 2.14.Lipaza</td> <td data-bbox="311 840 470 1176">2.14.Lipaza 04Y8520 + 04Y8501 + 04Y8510 + 04Y8511</td> <td data-bbox="311 1176 470 1758">04Y8520, +04Y8501, + 04Y8510, p90ifu1 + 04Y8511, p91ifu1 Produs de un alt producător și nu este confirmată compatibilitatea cu analizatorul oferit.</td> </tr> </table>			S-a solicitat conform Anunțului de participare	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Investigații Biochimice, 2.8.Bilirubina directa	2.8.Bilirubina directa 07P9720 + 08P6102	07P9720, Direct Bilirubin Reagent Kit; analizorul Alinity c, p47ifu1 + 08P6102 - nu se regăsește codul în instrucțiunile prezentate deci nu poate fi confirmată compatibilitatea.	Investigații Biochimice, 2.14.Lipaza	2.14.Lipaza 04Y8520 + 04Y8501 + 04Y8510 + 04Y8511	04Y8520, +04Y8501, + 04Y8510, p90ifu1 + 04Y8511, p91ifu1 Produs de un alt producător și nu este confirmată compatibilitatea cu analizatorul oferit.	Au fost transmise informații suplimentare
S-a solicitat conform Anunțului de participare	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
Investigații Biochimice, 2.8.Bilirubina directa	2.8.Bilirubina directa 07P9720 + 08P6102	07P9720, Direct Bilirubin Reagent Kit; analizorul Alinity c, p47ifu1 + 08P6102 - nu se regăsește codul în instrucțiunile prezentate deci nu poate fi confirmată compatibilitatea.												
Investigații Biochimice, 2.14.Lipaza	2.14.Lipaza 04Y8520 + 04Y8501 + 04Y8510 + 04Y8511	04Y8520, +04Y8501, + 04Y8510, p90ifu1 + 04Y8511, p91ifu1 Produs de un alt producător și nu este confirmată compatibilitatea cu analizatorul oferit.												

	<p>Investigații Biochimice, 2.29. Ferritina</p>	<p>2.29. Ferritina 06K4102, 06K4903, 06K5602</p>	<p>6K41-02, Quantia Ferritin, Abbott ARCHITECT c Systems, p56ifu2 + 6K49-03, Quantia Ferritin Standard, Abbott ARCHITECT, p60ifu2 + 6K56-02, Quantia Ferritin/Myoglobin/IgE Control, Abbott ARCHITECT, p62ifu2</p> <p>Nu este confirmată compatibilitatea cu sistemul oferat, Abbott Alinity c.</p>
<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 24.09.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că ne prezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>			

9. Ofertanții respinși/descalificați:

1. Se respinge oferta operatorului economic Diamedix Impex SRL și GBG-MLD SRL în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:
Număr minim de ofertanți estimat: 2

În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim preconizat indicat în anușul de participare, autoritatea contractantă are dreptul:

- a) s fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea Acordului-cadru;

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total
Denumire factorul 1	Ponderea	
Denumire factorul n	Ponderea	

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Demersul Nr. 064/25 din 15.10.2025 din partea operatorului economic Echipamed Plus SRL – Refuzul de semnare a Acordului- Cadru
Modificările operate	A fost anulat lotul nr.2

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Loturile care se anulează, în temeiul art. 71 alin (1), lit d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr.1 Investigații Hematologice și Analizator în comodat

Lotul nr.2 Investigații Biochimice și Analizator în comodat

Pentru loturile anulate va fi demarată o procedură repetată.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-4265 din 30.09.2025 Rg02-4554 din 20.10.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (tribrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-gast <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

