

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■

Nr. 1 din 21.10.2025

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate Sănătate
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
<b>IDNO</b>	1016601000212
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
<b>Număr de telefon</b>	022-222-445
<b>Număr de fax</b>	
<b>E-mail oficial</b>	office@capcs.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	www.capcs.md
<b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b>	Ana Adam <a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</b>	
<b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>	
<b>Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)</b>	Nr:
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
<b>Obiectul achiziției</b>	Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni
<b>Cod CPV</b>	33100000-1
<b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1747914685363 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747914685363?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747914685363?tab=contract-notice</a> Data publicării: 22.05.2025
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
	<input checked="" type="checkbox"/> Da

Rezumatul modificărilor	Modificarea cerinței tehnice din PREPROCESARE canale digitale $\geq 8\,000\,000 / 500$ (canale fizice) în
-------------------------	---

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

#### 4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Înaintată. Totodată e necesar de menționat că pentru la această cerință se acceptă ofertă alternativă. Cu atât mai mult că sedința consultării pieței toți operatorii economici au fost de acord cu specificitatea 600 sec" nu se va modifica în detrimentul performanței dispozitivului medical și cerinței beneficiarului. **Răspuns** (28 mai 2025, 16:11):Cerința: "Memorie Cine Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min inclusiv în aplicații cardiace sau vasculare cu dinamică rapidă.

**Întrebare:**Vă rugăm să acceptați și sistemele care dispun de memorie CINE  $\geq 700$  MB, întrucât aceasta permite salvarea completă a secvențelor clinice esențiale și asigură o funcționare fluidă în practică,

**Subiectul întrebării:**memorie CINE

**Data:**27 mai 2025, 17:28

**Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă**

pentru clarificarea depusă.

**Răspuns** (28 mai 2025, 16:10):Cerința: "PREPROCESARE canale digitale  $\geq 8\,000\,000 / 500$  (canale fizice)" se va modifica în: "PREPROCESARE canale digitale  $\geq 7\,000\,000 / 500$  (canale fizice)". Mulțumim

imaginii sau precizia evaluărilor clinice. de vedere practic, această valoare nu influențează negativ calitatea diagnostică, viteza de reconstrucție a calitatea imaginii este asigurată prin tehnologii moderne de procesare avansată Menționăm că, din punct în considerare ca performanțele sistemului sunt pe deplin conforme din punct de vedere clinic, iar

**Subiectul întrebării:**Canale digitale

**Data:**27 mai 2025, 17:28

**Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă**

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

#### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

<input type="checkbox"/> Nu	Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://capcs.md/planuri/">https://capcs.md/planuri/</a>	
Anunț de intenție publicat în BAP	(după caz) <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf</a>
Tehnici și instrumente specifice	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 700 000 Lei

	PREPROCESARE canale digitale $\geq 7\ 000\ 000 / 500$ (canale fizice)".
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	S-a modificat anunțul de participare și formularele și au încărcate pe <a href="http://www.achizitii.md">www.achizitii.md</a>
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	A fost respectat termenii legali

5. Până la termenul-limită (data 23 iun 2025, ora 11:00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Lungu Ion
2	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	1. Prodan Elvira IDNP 2001001315128 2. Comarnitchi Ion IDNP 2004036004762 3. Cretu Sergiu IDNP 2005004028625 4. VBVH BEHEER B.V. IDNO 865380156
3	DataControl SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
4	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	Andrei MATEI Vasile MATEI
5	INTERMED	1002600034804	Zinovia Ceaicovschi
6	Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei, Coretchi Iulian

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Health Medical Solutions SRL	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Neotec SRL	DataControl SRL	MEDEXCO M-TEH SRL	INTERMED
<p>Cererea de participare</p>	<p>original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei; la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>	+	+	+	+	+	+
<p>Modul de elaborare a Specificației tehnice</p>	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei; la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat, în caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>In cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	+	+	+	+	+	+

**NOTĂ:**

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cummul cu mostra de produs.

Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.

Coresponderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.

Coresponderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.

Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparație cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.

<p>Modul de elaborare a Specificației de preț</p>	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încerca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>						
<p>DUAE</p>	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>						
<p>Garanția pentru ofertă</p>	<p>2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p>						

<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)</p>	<p>original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</p>	12/2/2025	12/1/2025	12/5/2025	12/5/2025	11/30/2025
<p><b>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mfender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mfender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</b></p>						
<p>Certificat de atribuire a contului bancar</p>	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+
<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</p>	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atastare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+
<p>Lipsa restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu</p>	+	+	+	+	+

	<p>modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră <b>restanță față de bugetul public național.</b></p>								
Situația financiară	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare.	<p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrelor tehnice solicitate în documentația de atribuire.</p>								
Declarație de la Ofertant	<p>cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant	<p>în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+

Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și menținerea dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.	+	+	+	+	+	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Canitatea	Valoarea ofertei din sistem	Ofertant	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	449 527,50	Health Medical Solutions SRL	+	-
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	762 850,00	İM „Dutchmed-M” SRL	+	+
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	880 000,00	Neotec SRL	+	Nu a fost examinat
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	1 279 000,00	DataControl SRL	+	Nu a fost examinat
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	1 280 000,00	MEDEXCOM-TEH SRL	+	Nu a fost examinat
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	1 327 000,00	INTERMED	+	Nu a fost examinat

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
25.08.2025	Dutchmed-M SRL	Comunică următoarele: Pentru lotul 1 Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă:	Au fost prezentate documente suplimentare

	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Posibilitatea efectuării Upgrade	Imprimantă încorporată B/W	Da, USB, Datasheet Resona i8, pag21	În documentele tehnice atașate ofertei lipsesc informațiile privind „Posibilitatea efectuării Upgrade”. Se solicită clarificări cu indicarea explicită a modularității, actualizării sau extensibilității sistemului.
Selectare automată a sondei la aplicarea presetului	Imprimantă încorporată B/W	Da, Used for placing BW printer, Manual Resona i8, pag2-14	Lipsește documentul tehnic la care s-a făcut referire. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.
Măsurători în timp real și în freeze	Selectare automată a sondei la aplicarea presetului	Da, Short-cut switch of latest used transducer & exams, Datasheet Resona i8, pag4, Support manual, semi-automat, automat and real-time measurements, Datasheet Resona i8, pag19	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Selectare automată a sondei la aplicarea presetului”.
Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare	Măsurători în timp real și în freeze	ExFOV, Datasheet Resona i8, pag6, pag25	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Măsurători în freeze”.
Duplex în timp real	Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare	Da, Duplex, Datasheet Resona i8, pag8	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare”.
Triplex în timp real	Duplex în timp real	Da, Triplex Datasheet Resona i8, pag19	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Duplex în timp real”.
	Triplex în timp real		În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Triplex în timp real”.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1362 481 1490 801">Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz</td> <td data-bbox="1362 801 1490 1111">Da, Elasto Strain ratio, Datasheet Resona i8, pag15</td> <td data-bbox="1362 1111 1490 1733">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz”.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1246 481 1362 801">Cardiac include minim: Strain Cardiac</td> <td data-bbox="1246 801 1362 1111">TT QA, Datasheet Resona i8, pag16</td> <td data-bbox="1246 1111 1362 1733">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Cardiac include minim: Strain Cardiac”.</td> </tr> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar <b>nu mai târziu de data 29.08.2025</b>.</p> <p>Totodată vă atenționăm că ne reprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>	Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz	Da, Elasto Strain ratio, Datasheet Resona i8, pag15	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz”.	Cardiac include minim: Strain Cardiac	TT QA, Datasheet Resona i8, pag16	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Cardiac include minim: Strain Cardiac”.				
Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz	Da, Elasto Strain ratio, Datasheet Resona i8, pag15	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz”.									
Cardiac include minim: Strain Cardiac	TT QA, Datasheet Resona i8, pag16	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Cardiac include minim: Strain Cardiac”.									
25.08.2025	<p>Health Medical Solutions SRL</p> <p>comunică următoarele:</p> <p>Pentru lotul 1 Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="603 481 730 775">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="603 775 730 1167">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="603 1167 730 1733">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 481 603 775">Linear: Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0</td> <td data-bbox="323 775 603 1167">Da, Usb 2.0 Product Data R500, pag. 8, 1.4 Standard features</td> <td data-bbox="323 1167 603 1733">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 481 323 775">Transfer și stocare date în format DICOM</td> <td data-bbox="199 775 323 1167">Da, Transfer și stocare date în format DICOM</td> <td data-bbox="199 1167 323 1733">În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 33, este menționată funcționalitatea „DICOM export and retrieve (optional)”.</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Linear: Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0	Da, Usb 2.0 Product Data R500, pag. 8, 1.4 Standard features	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.	Transfer și stocare date în format DICOM	Da, Transfer și stocare date în format DICOM	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 33, este menționată funcționalitatea „DICOM export and retrieve (optional)”.	Nu au fost prezentate documente confirmative pentru toți parametrii solicitați
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:									
Linear: Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0	Da, Usb 2.0 Product Data R500, pag. 8, 1.4 Standard features	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Porturie pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.									
Transfer și stocare date în format DICOM	Da, Transfer și stocare date în format DICOM	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 33, este menționată funcționalitatea „DICOM export and retrieve (optional)”.									

			Product Data R500, pag. 32, 7.5 Quick save feature	Formulara „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.
Posibilitatea efectuării Upgrade		Da, Posibilitatea efectuării Upgrade Product Data R500, pag. 8, 1.4 Standard features		În documentele tehnice atașate ofertei lipsesc informațiile privind „Posibilitatea efectuării Upgrade”. Se solicită clarificări cu indicarea explicită a modularității, actualizării sau extensibilității sistemului.
Selectare automata a sondei la aplicarea presetului		Da, Selectare automata a sondei la aplicarea presetului Product Data R500, pag. 33, 7.10 Probe/application		În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Selectare automata a sondei la aplicarea presetului”.
Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare		Da, Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare Tview Product Data R500, pag. 27, 5.11 Tview		În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare”.
Duplex în timp real		Da, Duplex în timp real Product Data R500, pag. 6, 1.3 Imaging features		În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Duplex în timp real”.
Triplex în timp real		Da, Triplex în timp real Product Data R500, pag. 6, 1.3 Imaging feature		În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Triplex în timp real”.
Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz		Da, Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz Product Data R500, pag. 25, 5.8 Elastography imaging		În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz”.
Elastografie shear wave		Da, Elastografie shear wave Product Data R500, pag. 38, 8.2.20 Vshear		În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 38, este menționată funcționalitatea „8.2.20 VShear (optional)”. Formulara „optional” generează incertitudine privind

			includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.	
Măsurarea atenuării ficatului în db/cm/MHz	Da, Măsurarea atenuării ficatului în db/cm/MHz Product Data R500, pag. 38, 8.2.20 Vshear	În documentele tehnice atașate la ofertă lipesc informațiile privind „Măsurarea atenuării ficatului în db/cm/MHz”.		
Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic	Da, Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic Product Data R500, pag. 6, 1.1 Architecture Vreport Product Data R500, pag. 33, 7.8 Report	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 6, este menționată funcționalitatea „VReport, a customer-centric tool for report templates design, makes the whole report procedure more smooth and individual(optional)”. Formularea „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.		
Cardiac include minim: Strain Cardiac	Da, Strain Cardiac Product Data R500, pag. 6-7, 1.3 Imaging features, Strain Imaging	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 21, este menționată funcționalitatea „4.8 Strain Imaging(optional)”. Formularea „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.		

	<p>Abdomen, Abdomen obez, Tiroida, Glanda mamară, Protocoale de lucru și calculi pentru vase, Carotida, Vertebrale</p>	<p>Da, Abdomen (General), Abdomen obez(General), Tiroida(Small Parts), Glanda mamară (Breast), Protocoale de lucru și calculi pentru vase (Vascular), Carotida (Vascular), Vertebrale (Vascular) Product Data R500, pag. 6, 1.2 Applications Product Data R500, pag. 36, 8.2.3 Vessel Measurements</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Vertebrale”.</p>
	<p>Regim Automat de setare a vitezei și a unghiului ferestrei în regim Doppler</p>	<p>Da, Regim Automat de setare a vitezei și a unghiului ferestrei în regim Doppler Product Data R500, pag. 27, 5.12 Auto Optimization</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim Automat de setare a vitezei și a unghiului ferestrei în regim Doppler”.</p>
	<p>Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast</p>	<p>Da, Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast (Contrast Imaging ) inclus (CBI)</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast”.</p>

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md), dar **nu mai târziu de data 29.08.2025**.

	Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.	
--	---	--

## 9. Ofertanții respinși/descalificați

Oferta operatorului economic Health Medical Solutions SRL se descalifică conform art. 17 alin (5) și art.69 alin (6) lit.b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, dar fiind faptul că nu au suplimentat, nu au completat informațiile solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare) și oferta depusă nu corespunde cu cerințele expuse în documentația standard a procedurii de achiziție, și anume nu au fost prezentate informații suplimentare cu privire la opțiunea „8.2.20 VShear (optional)” la parametrul Elastografe shear wave, unde Formularea „optional” a generat incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care a fost solicitată clarificarea și la care operatorul economic nu a răspuns direct asupra codului propus în ofertă.

În răspunsul prezentat au informat că opțiunea VShear inclus în pachetul Vaid Liver cu codul V30616, va fi inclusă în configurația de livrare, model (V30616) care nu a fost inclus inițial în oferta depusă și nu poate fi completată ulterior, astfel nu corespunde caietului de sarcini, în care a fost solicitat la pct.16.2 din Anunțul de Participare, după cum urmează:

*Nota: În oferta „formularul specificațiilor tehnice ” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.*

O situația similară se regăsește și în cazul parametrului obligatoriu Măsurarea atenuării ficatului în db/cm/MHz, pentru care operatorul economic nu a prezentat informație suplimentară prin intermediul documentelor tehnice solicitate, unde să se regăsească codul propus în Formularul ofertei- Specificației Tehnice pentru cerința autorității contractante.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

### 13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

### 13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	762 850,00	915420,0000	762 850,00	915 420,00	Resona i8 /China/ Mindray	DM000751761	ÎM „Dutchmed-M” SRL

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **16.09.2025**, după expirarea termenului de așteptare.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>Data transmiterii</b>	<b>Modalitatea de transmitere</b>
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	<b>Reg02-3921 din 03.09.2025</b>	<i>e-mail</i>

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
I.M. "DUTCHMED-M" S.R.L.	1009600033367	Cu capital autohton	250985363-0088-0485	33100000-1	762 850,00	915 420,00	16.04.2026	05.01.2026

**Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):**

**Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?** (Nu)

<p>Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):</p> <p>Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</p> <p>Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</p>	<p>(indicați suma cu TVA)</p> <p>33100000-1</p> <p>Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p>
---	--

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de lucru declarat în contractul/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor Legii în vigoare*

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

