

Dare de Seamă

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 22.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ana Adam

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1749648390707 https://intender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-174722655310?tab=contract-notice
	Data publicării: 11.06.2025

Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2025/09/plan-de-achizitii-din-02.09.2025.pdf https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_46_0.pdf 17 iunie 2025, BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 46
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	15 872 751,49 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data: 11 iun 2025, 17:33

Subiectul întrebării: specificatie tehnica solicitata

Întrebare: Solicitam revizuirea si sau excluderea totala a conditiei: Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar, considerând că analizatorul va funcționa în regim 24/7. Drept ca argument, laboratoarele institutiilor beneficiare a dispozitivelor nu sunt destinate pentru programul de urgenta, si nu functioneaza în regim 24/7.

Răspuns (18 iun 2025, 16:15):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Pentru toate analizoarele la compartimentul „Note” se va modifica cerința: „Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar, considerând că analizatorul va funcționa în regim 24/7.” Va modificată în modul următor: „Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.”.

Data: 11 iun 2025, 17:47

Subiectul întrebării: VALORI ESTIMATE lots si lot7

Întrebare: Stimam autoritate contractanta, cerem sa fie explicat faptul ca lotul 5 si lotul 7, sunt aceleasi dispozitive, insa sumele estimate pentru acestea au cu o diferenta foarte mare intre ele, 635.200,00 leiMD si respectiv 4.240.666,66 leiMD?

Răspuns (18 iun 2025, 16:16):

Vă mulțumim pentru observația formulată. Referitor la diferența semnificativă dintre sumele estimate pentru Lotul 5 (635.200,00 lei MD) și Lotul 7 (4.240.666,66 lei MD), menționăm că aceste valori au fost stabilite în baza necesarului transmis de către instituțiile beneficiare, care au indicat cantitățile de dispozitive, tipul analizelor și frecvența utilizării, în funcție de activitatea lor specifică. Totodată, este important de menționat că diferențele de buget provin și din sursele de finanțare distincte ale instituțiilor. Unele dispun exclusiv de fonduri bugetare, altele beneficiază de proiecte de finanțare externe, inclusiv prin CNAM. Menționăm, de asemenea, că prețul total estimat pentru fiecare lot include nu doar valoarea dispozitivului medical în sine, ci și costul aferent întregului necesar de probe/analize pe o perioadă estimată de 4 ani. Astfel, suma reflectă o proiecție financiară completă a utilizării echipamentului pe termen mediu, adaptată la specificul fiecărei instituții. Vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare.

Data: 12 iun 2025, 14:05

Subiectul întrebării: Loturi 5 și 7

Întrebare:

Bună ziua! Aparatele semiautomate nu dispun de funcția de corectare automată a culorii urinei, doar cele automate. Vă rugăm să eliminați acest punct și să îl înlocuiți cu corectarea manuală (opțional automată) din descrierile dvs. generale și din această licitație. Vă rugăm să aprobați opțiunea Lis unilaterala.

Răspuns (18 iun 2025, 16:17):

Mulțumim pentru clarificare depusă! Pentru loturile 5 și 7 cerința: „Corecție de culoare a probei: automat” va fi eliminată, iar cerința: „Interfață LIS bidirecțională” va fi modificată în: „Interfață LIS unidirecțională”.

Data: 12 iun 2025, 14:38

Subiectul întrebării: Cantitati teste

Întrebare:

Buna ziua! Ati indicat bugete pentru reagenti si consumabile, dar nu ati indicat cantitatile de lste dorite. Va rugam sa indicati expres aceste cantitati

Răspuns (18 iun 2025, 16:17):

Vă mulțumim pentru solicitarea transmisă. În ceea ce privește mențiunea referitoare la lipsa cantităților de teste dorite, vă informăm că toate cantitățile de teste necesare sunt indicate clar în formularul costurilor recurente, atașat documentației de atribuire a procedurii de achiziție. Acest formular conține detalierea expresă a tipurilor de teste, precum și a volumului estimat aferent fiecărei instituții beneficiare. Totodată, în cazul în care aveți observații sau propuneri concrete de modificare a caietului de sarcini sau a formularului costurilor recurente, vă rugăm să le transmiteți în mod clar, indicând lotul vizat, poziția și natura modificării propuse, pentru a putea fi analizate în mod obiectiv și transparent. Vă mulțumim pentru colaborare și vă stăm la dispoziție pentru alte clarificări.

Data: 12 iun 2025, 17:36

Subiectul întrebării: Conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP)

Întrebare: va rugam sa excludeti din cerinte "Conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP)." IMSP trebuie sa contracteze de sine statator acest serviciu (in caz ca are sistem SIA AMS/AMP) cu compania din domeniul IT care a creat sistemul pentru institutie. SIA AMS/AMP este legat de sistem informatic / tehnologii informatonale, dar nu de vanzarea dispozitivelor medicale. Mai mult ca atat multe insitutii nici nu au (nu utilizeaza) acest sistem

Răspuns (18 iun 2025, 16:18):

Pentru toate analizatoarele la compartimentul „Note” se va elimina cerința: „Conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP)”. Mulțumim pentru clarificare depusă.

Data:12 iun 2025, 17:36

Subiectul întrebării:Toate cerințele specifice per fecare lot (Note) - copiate din alta procedura si partial irelevante pentru aceasta procedura

Întrebare:va rugam sa excludeti / modificati cerințele irelevante din "note" pentru fecare analizator. majoritatea dispozitivelor nu necesita calculator sau statie purificare apa, unele nu necesita reagenti si nu exista control / calibrator pentru ele, majoritatea aparatelor nu vor fi utilizate 24/7, unele aparate (ex. analizator VSH) utilizeaza eprubete care se comanda prin procedurile centralizate, iar vanzatorii de dispozitive nu pot comercializa aceste eprubete (exista un singur castigator in republica, iar pentru alti OE nu e rentabil sa importe acest tip de marfa). Deci, va rugam sa analizati fecare analizator in parte pentru ce se utilizeaza, in care institutie si sa formulati cerinte specifice si clare pentru fecare lot in parte

Răspuns (18 iun 2025, 16:18):

Vă mulțumim pentru observațiile transmise cu privire la cerințele incluse în secțiunea „Note” aferentă fecării analizator din documentația de atribuire. Considerăm că o parte dintre aspectele semnalate sunt întemeiate și relevante, în special în ceea ce privește aplicabilitatea diferențiată a unor cerințe tehnice precum: necesitatea stației de purificare a apei, includerea unui calculator, utilizarea de reactivi, existența controlului/calibratorului, regimul de funcționare 24/7, sau aprovizionarea cu eprubete prin alte proceduri centralizate. Ținând cont de caracteristicile tehnice distincte ale fecării dispozitiv și de condițiile reale de funcționare din instituțiile beneficiare, vom reanaliza compartimentul „Note” pentru fecare lot în parte și vom opera, acolo unde este cazul, modificări și ajustări relevante, astfel încât cerințele tehnice să fie clare, justificate și adaptate specificului fecării analizator. În acest context, încurajăm toți operatorii economici interesați să transmită în continuare propunerii concrete de revizuire, menționând lotul, poziția și formularea recomandată, pentru a contribui la îmbunătățirea transparenței și relevanței procedurii. Vă mulțumim pentru contribuția constructivă și vă asigurăm de deschiderea noastră pentru un dialog profesionist și echilibrat.

Lot nr. 3 Analizator hematologic automat (S diff)

Data:16 iun 2025, 11:20

Subiectul întrebării:Calibrare

Întrebare:Bună ziua! Solicitați calibrarea automată și manuală împreună sau una dintre variante - automată sau manuală? Mersi.

Răspuns (18 iun 2025, 16:21):

Mulțumim pentru clarificare depusă. Conform documentației de atribuire Analizatorul trebuie să aibă ambele calibrări: automată și manuală.

Data:18 iun 2025, 16:12

Subiectul întrebării:contracte pentru reactivi dupa procurarea analizatoarelor

Întrebare:Buna ziua! Considerind ultimele actualizati, va rugam sa precizati care va fi modalitatea de achizitionare ulterioara de preagenti pentru aceste analizatoare? Vor fi achizitionate de catre IMSP prin proceduri de achizitie publicate de ei? Sau vor fi proceduri centralizate publicate de CAPCS cu solicitarea ofertelor alternative?

Răspuns (18 iun 2025, 16:24):

Mulțumim pentru clarificare depusă. Pentru necesarul de reagenți vor fi organizate proceduri de achiziții publice centralizate de către CAPCS, în baza contractelor încheiate la procedura respectivă (având în vedere că ofertanții vor prezenta formularul costurilor recurente cât și declarație cu privire la menținerea prețurilor pe o perioadă de 48 luni.

Data:19 iun 2025, 08:12

Subiectul întrebării:Modificări în documentația tehnică.

Întrebare:Bună ziua! Vă rugăm să ne comunicați dacă modificările adoptate în cadrul discuțiilor actuale vor fi introduse în documentația tehnică? Mersi.

Răspuns (19 iun 2025, 14:18):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, documentația de atribuire modificată a fost încărcată.

Data:19 iun 2025, 09:10

Subiectul întrebării:Lotul nr. 1 - Lot nr. 1 analizator automat imunologic

Întrebare:Buna ziua, Este obligatoriu ca sistemul oferit să funcționeze pe baza metodei de lucru prin chemiluminiscență? Se vor lua în considerare și alte metode de lucru, cu condiția ca acestea să aducă avantaje semnificative din punct de vedere al performanței, timpului de procesare, costurilor sau altor criterii relevante specificate în documentația de atribuire.

Răspuns (19 iun 2025, 14:17):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Metoda de lucru prin chemiluminiscență nu este obligatorie. Se vor accepta și alte tehnologii echivalente sau superioare, cu condiția să asigure performanțe cel puțin comparabile din punct de vedere al sensibilității, specificității, timpului de procesare, fiabilității și costurilor pe test, în conformitate cu cerințele generale din documentația de atribuire. Oferta trebuie să respecte scopul și nivelul de performanță vizat, indiferent de metoda utilizată. La rândul său specificația va fi modificată din: „Analizator automat imunologic, cu chemoluminescență; Analizator automat, cu chemoluminescență (caracteristici de baza)” în modul următor: „Analizator automat imunologic, bazat pe o metodă cu sensibilitate și specificitate ridicate (ex. chemiluminiscență sau tehnologie echivalentă/superioară)”.

Data:20 iun 2025, 10:11

Subiectul întrebării:Lotu 5 si lot 7, analizor semiautomat de urina

Întrebare:Buna ziua! La lotul 5 si la lotul 7 solicitam același tip de analizor semiautomat de urina. In același timp, bugetele sunt diferite pentru testele solicitate pentru 4 ani, si anume: Lot 5, 55000 examinari pe an, Buget(Valoarea estimată totală pentru 4 ani): 635 200.00 MDL/ 220 000 teste = 2.887 lei per rezultat lot 7, 24000 examinari pe an, Buget(Valoarea estimată totală pentru 4 ani): 4 240 666.66 MDL/ 96 000 teste = 44.173 lei per rezultat Cum explicati o diferenta de peste 15 ori in valoarea estimata pentru 1 analiza?

Răspuns (23 iun 2025, 15:49):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul estimativ, a fost stabilit de către fiecare beneficiar în parte, reieșind din disponibilitatea mijloacelor. Totodată, menționăm că pentru prima dată se achiziționează analizoarele la costul cel mai scăzut. În același timp, conform condițiilor procedurii de achiziție publică, se vor contracta doar dispozitivele medicale, cantitatea de teste și prețul acestora a fost stabilite doar pentru a calcula costurile de către potențialii participanți.

Data:20 iun 2025, 10:15

Subiectul întrebării:Lot 7, analizor semiautomat

Întrebare:La lotul 7 ati bugetat un pret de peste 40 lei pentru un rezultat. In același timp cereti analizor semiautomat si analiza doar de chimie de urina. Tinan cont de pretul per tests, poate va beneficiarul final doreste un sistem automat de analiza urina, care sa faca atata chimie urina, cat si microscopie de sediment? Asta ar explica bugetul pentru teste

Răspuns (23 iun 2025, 15:50):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, bugetul estimativ, a fost stabilit de către fiecare beneficiar în parte, reieșind din disponibilitatea mijloacelor. Totodată, menționăm că pentru prima dată se achiziționează analizatoare la costul cel mai scăzut. În același timp, conform condițiilor procedurii de achiziție publică, se vor contracta doar dispozitivele medicale, cantitatea de teste și prețul acestora a fost stabilite doar pentru a calcula costurile de către potențialii participanți. Se dorește achiziționarea achiziționarea unui analizor semi automat.

Data:20 iun 2025, 11:49

Subiectul întrebării:Lot 4 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++

Întrebare:Buna ziua. Solicitam sa fie exclusa cerinta - Reactivii să fie ambalați sub forma de cartuș (electrozii, reagenții și soluțiile de spălare încorporate într-un singur cartuș - aceasta forma este specifică unui singur producator Siemens.

Răspuns (23 iun 2025, 11:20):

: Există mai multe modele de analizatoare ionoselective (ISE) pentru ioni precum Na⁺, K⁺, Ca²⁺, care utilizează reactivi ambalați sub formă de cartușe integrate — adică electrozii, reactivii (inclusiv soluțiile de calibrare și spălare) sunt încorporați într-un singur cartuș ușor de înlocuit. Exemple de astfel de modele: „Nova Biomedical (ex: Nova 8 series, Stat Profile Prime)”: Utilizează cartușe integrate (cartridge systems). Ușor de instalat, fără manipulare separată a soluțiilor. „Medica EasyElectrolytes”: Unele modele oferă sistem cu cartuș ce include electrozi și reactivi preambalați. „Roche 9180 Electrolyte Analyzer”: Include sistem cu module preambalate. Electrozi integrați în cartuș, înlocuire facilă.

Data:20 iun 2025, 12:51

Subiectul întrebării:Lot 3 analizator hematologie 5 DIFF

Întrebare:Referitor la cerintele: „Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. (...) La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.(...) - Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada de 4 ani. - UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toata perioada de 4 ani. - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare” Referitor la aceste cerinte, mentionam urmatoarele: echipamentul pe care dorim sa il oferim este un analizor complet automat de hematologie de ultima generatie. Aceste dispune de monitor integrat, cu ecran tactil color, astfel ca nu sunt necesare pentru operarea sa: PC, monitor extern, tastatura si mouse. De asemenea, mentionam ca analizorul de hematologie nu necesita sistem de filtrare a apei, utilizand pentru diluția probelor, solutie salina produsa de acelasi producator ca cel al echipamentului. Va rugam sa acceptati oferta de unii analizor automat de hematologie ce va fi livrat cu toate accesoriile necesare, respectiv: UPS (inclusiv costurile acumulatorilor), imprimanta externa si cititor extern de coduri de bare. Va fi asigurata garantie pentru accesoriile oferite pe toata perioada de 4 ani. Referitor la valabilitatea reactivilor, mentionam ca pentru materialele de control si calibrare acestea nu pot fi produse cu un termen de valabilitate îndelungat din cauza compozitiei (eritrocite umane și leucocite din manifer) ceea ce îl face superior controlurilor sintetice din punct de Vedere al asemănării maxime cu probele de pacient testate, astfel va rugam sa acceptati reactivi cu valabilitate de 6 luni la momentul livrării, iar pentru materialele de control si calibrare, termen de valabilitate 1 luna.

Răspuns (23 iun 2025, 15:30):

Vă mulțumim pentru precizările oferite. Având în vedere specificul echipamentului propus — un analizor complet automat de hematologie de ultimă generație, care dispune de monitor tactil integrat și nu necesită calculator, monitor, tastatură sau mouse externe — acceptăm justificat oferta fără aceste componente, în condițiile în care toate funcțiile sunt integrate și complet operaționale prin interfața proprie. De asemenea, luând în considerare faptul că echipamentul nu necesită sistem de filtrare a apei, ci utilizează soluție salină produsă de același producător, considerăm justificată excluderea cerinței privind stația de purificare a apei și filtrele aferente. Referitor la materialele de control și calibrare, înțelegem că natura biologică a acestora (eritrocite umane și leucocite animale) impune un termen de valabilitate limitat. În acest sens, acceptăm reactivii cu valabilitate minimă de 6 luni la livrare, iar pentru materialele de control și calibrare, termenul de minimum 1 lună este considerat justificat și acceptabil. Restul cerințelor — precum asigurarea mentenanței preventive și corective gratuite, piesele de schimb, consumabilele necesare, precum și UPS-ul cu acumulator, imprimanta externă și cititorul de coduri de bare, cu garanție completă pe toată perioada de 4 ani — sunt conforme și acceptate.

Data:20 iun 2025, 12:52

Subiectul întrebării:Lot 3 analizator hematologic 5 DIFF

Întrebare:Referitor la cerințele: "Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele spitalului". Și "Conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP)". Deoarece conectarea analizatorului la sistemul informatic al spitalului este dreptul exclusiv al firmei de software iar nu al firmelor care livrează echipamente medicale, vă rugăm să modificați această cerință în: "Furnizorul este obligat să pună la dispoziția spitalului documentația de conectare a echipamentului la sistemul informatic și să asigure suportul necesar firmei care urmează să conecteze echipamentele la sistemul informatic." Vă mulțumim!

Răspuns (23 iun 2025, 11:23):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, propunerea dvs. cu privire la Furnizorul este obligat să pună la dispoziția spitalului documentația de conectare a echipamentului la sistemul informatic și să asigure suportul necesar firmei care urmează să conecteze echipamentele la sistemul informatic." se acceptă.

Data:20 iun 2025, 12:53

Subiectul întrebării:Lot 3 analizator hematologic 5 DIFF

Întrebare:Referitor la numărul de teste solicitat, vă rugăm să aveți amabilitatea să clarificați, întrucât există diferența între anunțul de participare și formularul costurilor recurente astfel: - Anunț de participare – se solicită 1000 teste - Formularul costurilor recurente la rândul 5 se solicită 7200 teste, iar la rândul 7 sunt cerute 4535 teste. Vă mulțumim!

Răspuns (23 iun 2025, 15:28):

Vă mulțumim pentru observația transmisă. Confirmăm că a fost identificată o neconcordanță între numărul de teste menționat în anunțul de participare și cel indicat în formularul costurilor recurente. Pentru claritate și conform necesarului real al instituției, informația privind numărul de teste va fi unificată și actualizată în toate documentele aferente procedurii, astfel încât să reflecte corect volumul estimat de teste solicitat pe întreaga perioadă. Documentația va fi revizuită în consecință, iar forma finală va fi disponibilă în platforma oficială, conform prevederilor legale.

Data:23 iun 2025, 12:44

Subiectul întrebării:Lotul 1

Întrebare:Bună ziua! Sunt solicitate testele cantitative, corect înțelegem?

Răspuns (24 iun 2025, 11:05):

Da, se solicită teste cantitative. Mulțumim pentru clarificarea depusă

Data:23 iun 2025, 12:49

Subiectul întrebării:Lotul 5 și 7

Întrebare:Bună ziua! Vă atenționăm, că nu ați eliminat din descrierea tehnică cerința Corecție de culoare a probei: automat. Vă rugăm să încărcați documentația modificată pentru corectitudinea desfășurării licitației. Vă mulțumim!

Răspuns (23 iun 2025, 15:41):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, cerința tehnică cu privire la Corecție de culoare a probei: automat, s-a eliminat din documentația de atribuire.

Data:25 iun 2025, 11:35

Subiectul întrebării:Lot. 1

Întrebare:Buna ziua, rugam sa specificati daca la selectarea specificatiei: productivitate 100 teste/h, analizator automat, metoda " chemiluminescență sau tehnologie echivalentă/superioară" a fost luata in considerare stabilitatea reagenților dupa deschidere/la bord? Mai mult de jumătate din investigații au un numar anual total intre 10-25 teste.

Răspuns (25 iun 2025, 13:45):

Vă mulțumim pentru solicitarea de clarificare. Referitor la cerința privind analizatorul automat cu productivitate de aproximativ 100 teste/oră, utilizând metoda de chemiluminescență sau tehnologie echivalentă/superioară, precizăm că alegerea acestui tip de echipament are la bază necesitatea optimizării procesului de testare, asigurării unei automatizări complete și menținerii unui standard de calitate ridicat în activitatea de laborator. De asemenea, a fost avut în vedere faptul că, deși anumite investigații prezintă în prezent o frecvență redusă (10–25 teste/an), instituția își rezervă posibilitatea extinderii paletei de analize și a creșterii volumului de investigații în perioada contractuală. În ceea ce privește stabilitatea reagenților după deschidere sau pe analizor (la bord), aceasta este un aspect important în utilizarea eficientă a sistemului, însă nu condiționează cerința de performanță tehnologică impusă. Selectarea unui analizator automat de înaltă performanță oferă flexibilitate operațională și capacitate de adaptare la cerințele instituției pe termen mediu și lung.

Data:26 iun 2025, 09:39

Subiectul întrebării:Lotul nr. 4

Întrebare:Bună ziua Bugetul estimat pentru Analizator este foarte mic. Vă rog să acceptați o ofertă mai mare pentru echipament, dar care împreună cu reactivii și consumabilele pentru 4 ani, se încadrează în bugetul alocat.

Răspuns (26 iun 2025, 09:51):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, în documentația de atribuire este menționată atât valoarea estimativă pentru dispozitivul medical, care umnează a fi achiziționat și valoarea estimativă totală care include costul pe o perioadă de 4 ani.

Data:26 iun 2025, 09:47

Subiectul întrebării:lot 3 ANALIZATOR HEMATOLOGIC SDIFF

Întrebare:Referitor cerinta - Toate consumabilele, inclusiv: electrozi/modul ISE,cuve/rotor pentru reacție, lămpi - solicitam excludere acestei cerinte. Analizatoarele hematologice nu utilizeaza electrozi/modul ISE,cuve/rotor pentru reacție, lămpi.

Răspuns (26 iun 2025, 10:07):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, referitor la cerința dată este una generală, iar în cazul în care dispozitivul medical oferit de dvs. nu utilizează consumabilele electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi., respectiv, nu vor fi luate în considerare.

Data: 26 iun 2025, 10:09

Subiectul întrebării: Lotul nr. 4

Întrebare: Nu este clar răspunsul dvs. Menționăm încă odată, prețul (32 000 lei) este exagerat de mic pentru un astfel de echipament și așa cum ați răspuns la una din întrebările privind prețul exagerat de mare, precum că organizații pentru prima dată achiziționează de analizatoare la costul cel mai scăzut, rugăm să fie acceptat și o ofertă pentru analizator mai mare decât cel estimat, dar care împreună cu reactivii și consumabile pentru 4 ani, se încadrează în bugetul total alocat, sau Vă rugăm să revizuiți bugetul alocat pentru analizator.

Răspuns (26 iun 2025, 11:03):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, valoarea estimativă a dispozitivului medical nu se modificată, această a fost stabilită de beneficiar în limita disponibilităților financiare. Mai mult ca atât, specificația tehnică este una generică, iar valoarea estimativă se încadrează în ofertele depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice anterior desfășurate.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 18.06.2025

Modificarea denumirii lotului nr. 1 din Analizator automat imunologic, cu chemoluminescență; Analizator automat, cu chemoluminescență (caracteristici de baza)” modificăm în: „Analizator automat imunologic, bazat pe o metodă cu sensibilitate și specificitate ridicate (ex. chemiluminiscentă sau tehnologie echivalentă/superioară)”.

Pentru toate loturile modificarea cerințelor în:

Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.

Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.

Remarcă pentru cerințele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, aceasta cerințe se consideră neaplicabile.

Pentru lotul nr. 5 și 7 modificarea cerinței tehnice Interfață LIS unidirecțională.

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 17.07.2025, ora 11:06), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Biosistem-MLD SRL	1010600028048	Vitalie Poiata; Alexandr Nasedchin; Dmitrii Kojevnikov
2	Dac-Spectromed SRL	1002600042432	Mordvinov Ghenadie, Virschi Roman
3	Diamedix Impex SRL	2007034017015	Traian Marinescu
4	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
5	Imunotehnomed Srl	1002600012565	Sergiu RAȚĂ
6	Mediclim SRL	1003600131744	Ciupe Mircea; Ciupe Anda
7	Medist Grup SRL	1018600004516	Carmen Vlădescu; Sebastian Vlădescu; Ionel Manole; Cătălina Klumpner
8	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	Varmar Irina
9	Sanmedico SRL	1003602008154	Goreacii Vitalie, Ceban Cornelia

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Biosistem-MLD SRL	Dac-Spectromed SRL	Diamedix Impex SRL	GBG-MLD SRL	Imunotehnomed Srl	Mediclim SRL	Medist Grup SRL	Profilabdiagnostic SRL	Sanmedico SRL
	(Descrierea criteriului/cerinței)										

		- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.	187000	3200	22400	47000	14000	8000	81520	11300	42200
		-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> , valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.				Scrisoare bancara semnata electronic	Scrisoare bancara semnata electronic				
6	Garanția pentru ofertă	- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	Transfer	Transfer	Transfer			Transfer	Transfer	Transfer	Transfer
7	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+

9	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
10	Lipsa restanțelor față de bugetul public național													4.02					
11	Situația financiară																		

12	Documente confirmatoare (prospecte) și documente de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+																																																																																																																																																																			

16	Declarație de la ofertant	<p>în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17	Declarație de la Ofertant	<p>cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	<p>Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19	Dovada înregistrării dispozitivului oferit (echipamentului medical), în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	<p>Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale,</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

20	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
21	Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea de către operatorul economic că nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni, în perioada de garanție a dispozitivului medical - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22	Declarație de la ofertant pentru reagenți	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: *prezentat, neprezentat, nu corespunde* (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Canțitatea	Valoarea din sistem	Ofertant	Coreșpunderi cu cerințele de calificare	Coreșpunderi cu cerințele tehnice
1	Analizator automat imunologic, bazat pe o metodă cu sensibilitate și specificitate ridicată (ex. chemiluminescență sau tehnologie echivalentă/superioară).	bucată	1	1 864 187,92	Mediclim AM SRL	+	Nu a fost examinată

2	Analizator ionoselectiv Na, K	bucată	1	292 400	GBG-MLD SRL	+	Nu a fost examinata
3	Analizator hematologic automat (5 diff)	bucată	1	160 000,00	DAC-Spectromed SRL	-	Nu a fost examinata
3	Analizator hematologic automat (5 diff)	bucată	1	391 200,00	GBG-MLD SRL	+	+
3	Analizator hematologic automat (5 diff)	bucată	1	545 317,08	Imunotehnomed SRL	+	Nu a fost examinata
3	Analizator hematologic automat (5 diff)	bucată	1	770 265,52	Biosistem-MLD SRL	+	Nu a fost examinata
3	Analizator hematologic automat (5 diff)	bucată	1	956 600,00	Sanmedico SRL	+	Nu a fost examinata
3	Analizator hematologic automat (5 diff)	bucată	1	1 658 694,40	Medist Grup SRL	-	Nu a fost examinata
4	Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++	bucată	1	1 115 000,00	Diamedix Impex SRL	+	Nu a fost examinata
5	Analizator semiautomat pentru proprietățile fizico-chimice ale urinei, cu rmdsurare continuă	bucată	2	392 352,96	Biosistem-MLD SRL	+	+
5	Analizator semiautomat pentru proprietățile fizico-chimice ale urinei, cu rmdsurare continuă	bucată	2	772 300,00	Sanmedico SRL	-	Nu a fost examinata
6	Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 pozifii(canale)	bucată	2	611 544,00	GBG-MLD SRL	+	+
6	Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 pozifii(canale)	bucată	2	1 360 000,00	Imunotehnomed SRL	+	Nu a fost examinata
6	Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 pozifii(canale)	bucată	2	1 363 000,00	Medist Grup SRL	+	Nu a fost examinata
7	Analizator de urină semi-automat	bucată	2	188 992,96	Biosistem-MLD SRL	+	+
7	Analizator de urină semi-automat	bucată	2	378 640,00	Sanmedico SRL	-	Nu a fost examinata
7	Analizator de urină semi-automat	bucată	2	564 800,00	Proflabdiagnostic SRL	+	Nu a fost examinata
7	Analizator de urină semi-automat	bucată	2	613 927,27	Mediclim AM SRL	+	Nu a fost examinata

7	Analizator de urină semi-automat	bucată	2	927120	GBG-MLD SRL	+	Nu a fost examinată
---	----------------------------------	--------	---	--------	-------------	---	---------------------

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate				
Nr. Rg02-3317 din 23 iunie 2025 GBG-MLD SRL	<p>Ca urmare a examinării preliminare a ofertei depuse și a formularului costurilor recurente ale dispozitivelor medicale, solicită respectuos concretizarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru lotul nr.2 – dacă cantitatea de 7 cutii, inclusă la produsul REF 2120 EASYLYTE Na+/K +SOLUTIONS PACK, vor fi suficiente pentru 7200 examinări anuale, executate pe parcursul a 12 luni consecutive ținând cont de termenul de stabilitate a produsului oferit? - Pentru lotul nr.3 – dacă cantitatea de 20 litri, inclusă la produsul HDD600 Diluent, 20 L, vor fi suficiente pentru 7200 examinări anuale, executate pe parcursul a 12 luni consecutive ținând cont de termenul de stabilitate a produsului oferit? 	<p>Nr. ieșire G-420 din 25.07.2025</p> <p>Pentru lot 2, cantitatea de 7 cutii, inclusă la produsul REF 2120 EASYLYTE Na+/K + SOLUTION PACK, vor fi suficiente pentru 7200 examinări, executate pe parcursul a 12 luni ținând cont de termenul de stabilitate a produsului. (instrucțiunea este atasată). - Pentru lot nr.3 – unitatea de măsură pentru fiecare pozitie de reagent este – bucata, deci cantitatea de 20 buc x 20 litri = 400 litri pentru produs HDD600 Diluent este suficienta pentru 7200 examinări anuale, executate pe parcursul a 12 luni consecutive ținând cont de termenul de stabilitate a produsului. (instrucțiunea este atasată).</p>				
Rg02-3318 din 23 iulie 2025 Medist Grup SRL	<p>Ca urmare a examinării preliminare a ofertei depuse și a formularului costurilor recurente ale dispozitivelor medicale, solicită respectuos concretizarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru lotul nr.6 – dacă cantitatea de 3 carduri per dispozitiv, inclusă la produsul 112-10000 test Card, vor fi suficiente pentru 30 000 examinări anuale, executate pe parcursul a 12 luni consecutive ținând cont de termenul de stabilitate a produsului oferit? 	<p>Nr.: 41 din 23 iulie 2025 Urmare a adresei Dumneavoastră nr. Rg02-3318 din 23.07.2025, vă aducem la cunoștință următoarele: - Pentru lotul nr. 6 – 3 carduri per dispozitiv, incluse la produsul 112 – 10000 test carduri, sunt suficiente pentru efectuarea a 30 000 examinări anuale, realizate pe parcursul a 12 luni consecutive. - Precizăm că aceste carduri nu au termen de valabilitate. Anexat Instrucțiunile pentru consumabile - Instrucțiunile pentru reactivi</p>				
Rg02-3897 din 01.09.2025 Biosistem SRL	<p>Pentru lotul nr. 7 Analizator de urină semi-automat:</p> <table border="1"> <tr> <td>S-a solicitat conform Anunțului participare:</td> <td>S-a conform depuse (anexa 22):</td> <td>S-a oferit ofertei</td> <td>S-a constatată în procesul evaluării:</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului participare:	S-a conform depuse (anexa 22):	S-a oferit ofertei	S-a constatată în procesul evaluării:	<p>Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, ca raspuns la scrisoarea NR. Rg02-3897 din 01.09.2025, va informeaza despre urmatoarele: 1. Nu poate fi confirmat ca timpul de masurare a tuturor parametrilor constituie in suma ≤</p>
S-a solicitat conform Anunțului participare:	S-a conform depuse (anexa 22):	S-a oferit ofertei	S-a constatată în procesul evaluării:			

	<p>Diapazonul temperaturii de operare (+15°C to +32°C +2 grade)</p> <p>Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 %</p> <p>Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma ≤ 70 secunde</p> <p>Interfață unidirecțională LIS</p> <p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p>	<p>Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +2 grade</p> <p>Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 %</p> <p>Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma ≤ 70 secunde</p> <p>Interfață unidirecțională LIS</p> <p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p>	<p>Required temperature range is 15°C-35°C, optimal temperature 20°C-25°C, p3 manual</p> <p>relative humidity ≤75%, p3 manual</p> <p>Nu poate fi confirmat. After pressing the key, the analyzer will sound a warning tone to dip the test strip into urine. 40 seconds later it begins testing. , p5 manual</p> <p>Nu poate fi confirmat.</p> <p>Însuși termenul de stabilitate a reactivilor nu s-a indicat.</p>	<p>70 secunde, dar in manual "H-100 User Manual.pdf" p.3 este indicat: "Mod rapid: 120 probe/oră = 1 probă / 30 secunde Mod lent: 60 probe/oră = 1 probă / 60 secunde" Astfel, analiza completă a unui test (11 parametri) se realizează în 30-60 secunde, în funcție de modul de operare. 2. Nu poate fi confirmata existenta interfaței LIS unidirecționale, dar in manual "H-100 User Manual.pdf" p.3 este indicat faptul ca "Communication Interface: RS-232 serial interface" - un standard utilizat frecvent pentru integrarea cu sisteme informatice de laborator (LIS). 3. Nu este indicat termenul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Totodata, in fisierul "instruction_H11.pdf" este mentionat ca teste pot fi utilizate pana la data expirarii, cu conditia respectarii regulilor de pastrare. Anexe: H-100 User Manual.pdf, instruction_H11.pdf</p>
--	---	--	--	---

<p>Rg02-3898 din 01.09.2025 GBG-MLD SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 3 Analizator hematologic automat (5 diff):</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Imprimantă color</p> <p>Introducerea datelor manual</p>			<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Imprimantă color - External Laser printer</p> <p>Introducerea datelor manual</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Nu poate fi confirmat parametrul ce ține de imprimantă. Lipsesc documente tehnice confirmative.</p> <p>Nu poate fi confirmat parametrul ce ține de introducerea datelor manuală. Totodată se</p>	<p>Nr. iesire: G-503 din 03.09.2025 Prin prezenta, compania „GBG-MLD” SRL, care a oferit în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1749648390707 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice, și urmare a scrisorii de clarificare Nr. Rg02-3898 din 01.09.2025, dorim să precizăm următoarele: Lot nr. 3 Analizator hematologic automat (5 diff), pentru bunul oferit model H60 (EDAN INSTRUMENTS, INC., China) Referitor la parametru: “Imprimantă color” dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită prin oferirea de imprimantă External laser printer, model Epson EcoTank L1250. Referitor la parametru: “Introducerea datelor manual” dorim să menționăm</p>
---	---	--	--	---	--	---

			solicită prezentarea manualului de utilizare complet.	împătoarele: setița este îndepărtată prin trimiterea la extrasul din <i>Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60</i> , cap. 5.6 Управление пользователями, pag. 75-77; subcap. 6.4.2 pag 87-90; Referințor la parametri: “Calibrarea automată, manuala” dotim să menționăm împătoarele: setița este îndepărtată prin trimiterea la extrasul din <i>Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60</i> , Глава 9, pag. 142. Referințor la parametru: “Afișarea pe ecran a tuturor datelor: histograme, rezultate, rezultate din arhivă, date de service” dotim să menționăm împătoarele: setița este îndepărtată prin trimiterea la extrasul din <i>Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60</i> , cap.2.7.1, pag. 31. Referințor la parametru: “Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârsta” dotim să menționăm împătoarele: setița este îndepărtată prin trimiterea la extrasul din <i>Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60</i> , cap. 88-90. Referințor la parametru: “Monitorizarea reactivelor: numarul lotului, data expirării, volumul rămas” dotim să menționăm împătoarele: setița este îndepărtată prin trimiterea la extrasul din <i>Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60</i> , cap. 14, pag. 173. Referințor la parametru: “Alimentarea 220V, 50Hz” dotim să menționăm împătoarele: setița este îndepărtată prin trimiterea la extrasul din <i>Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60</i> , pag. 186. Referințor la parametru: “Limba de comunicare rom/tus” dotim să menționăm împătoarele: setița este îndepărtată, dispozitivul avand setata limba rusa. Trimitere la extrasul din <i>Руководство пользователя</i>
Calibrarea automată, manuală	Scattergrame WBC - 5 diff	Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme, rezultate, grafice rezultate din arhivă, date de servis – DA (Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60, cap.2.7.1)	Nu poate fi confirmat parametrul.	
Afișarea pe ecran a tuturor datelor: Histograme, rezultate, rezultate din arhivă, date de servis servis	Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme, rezultate, grafice rezultate din arhivă, date de servis – DA (Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60, cap.2.7.1)	Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârsta (Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60, pag.88-89)	Nu poate fi confirmat parametrul.	
Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârsta	Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârsta (Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60, pag.88-89)	Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârsta (Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60, pag.88-89)	Nu poate fi confirmat parametrul.	
Monitorizarea reactivelor: numarul lotului, data expirării, volumul rămas	Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârsta (Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60, pag.88-89)	Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient, ID pacient, sex, vârsta (Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60, pag.88-89)	Nu poate fi confirmat parametrul.	
Indicatori de avertizare obligatoriu	Indicatori de avertizare da (Руководство пользователя гематологического	Indicatori de avertizare da (Руководство пользователя гематологического	Nu poate fi confirmat parametrul.	

	<p>анализатора серии Н60, глава 14)</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p> <p>Limba de comunicare rom/rus</p>	<p>анализатора серии Н60, Глава 14)</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p> <p>Limba de comunicare rus - Руководство пользователя гематологического анализатора серии Н60.</p>	<p>Nu poate fi confirmat parametrul.</p> <p>Nu poate fi confirmat parametrul.</p>	<p>гематологического анализатора серии Н60, pag. 57. Lotul nr. 6 Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 pozii (canale), model ofertat SABIO 140 (Biota Grup/Turcia). Referitor la parametrul: „Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură”, dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită prin trimiterea la declarația tehnică emisă de către producător, pentru a demonstra că echipamentul ofertat este capabil să realizeze cerința enumerată mai sus. Referitor la parametrul: „Identificarea pacientilor prin cititor de cod de bare”, dorim să confirmam faptul ca cititorul de coduri de bare este inclus in configuratia modelului ofertat. Referitor la parametrul: „Sa se indice timpul de stabilitate a reactivilor dupa deschidere”, dorim să menționăm următoarele: SABIO 140 utilizeaza cartuse de testare, precum este indicat in prospectul incarcat impreuna cu oferta financiara pe platforma de achizitie. Cartusele de testare neutilizate pot fi păstrate până la 3-4 ani.</p>			
	<p>Pentru lotul nr. 6 Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 pozii (canale):</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="518 1444 710 1892"> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură da</p> <p>Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da</p> <p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p> </td> <td data-bbox="518 1108 710 1444"> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Termostat încorporat sau corecție automată</p> <p>Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da (Sabio 140, pag. 2)</p> </td> <td data-bbox="518 772 710 1108"> <p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Nu poate fi confirmat parametrul. „Sample sensor Determine loaded</p> <p>Code bar scanner External (optional), p5d</p> <p>Nu poate fi confirmat parametrul, totodată se solicită prezentarea</p> <p>Lipsesc careva indicații la parametru dat.</p> </td> </tr> </table>			<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură da</p> <p>Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da</p> <p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Termostat încorporat sau corecție automată</p> <p>Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da (Sabio 140, pag. 2)</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Nu poate fi confirmat parametrul. „Sample sensor Determine loaded</p> <p>Code bar scanner External (optional), p5d</p> <p>Nu poate fi confirmat parametrul, totodată se solicită prezentarea</p> <p>Lipsesc careva indicații la parametru dat.</p>	<p>Nr. 337- ex din 04.09.2025</p> <p>Prin prezenta S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. urmare a recepționării scrisorii de clarificare nr. Rg02-3899 din 01.09.2025, în calitate de participant în cadrul Licității organizate cu privire la procedura de achiziție nr. ocds-</p>
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură da</p> <p>Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da</p> <p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Termostat încorporat sau corecție automată</p> <p>Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da (Sabio 140, pag. 2)</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Nu poate fi confirmat parametrul. „Sample sensor Determine loaded</p> <p>Code bar scanner External (optional), p5d</p> <p>Nu poate fi confirmat parametrul, totodată se solicită prezentarea</p> <p>Lipsesc careva indicații la parametru dat.</p>					
<p>.Rg02-3899 din 01.09.2025</p> <p>Imunotehno med SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 3 Analizator hematologic automat (5 diff):</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1268 1444 1380 1892"> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> </td> <td data-bbox="1268 1108 1380 1444"> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> </td> <td data-bbox="1268 772 1380 1108"> <p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> </td> </tr> </table>			<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>					

Imprimantă color	Imprimantă color - External Laser printer	Nu poate fi confirmat parametrul ce ține de imprimantă. Lipsesc documente tehnice confirmative.
Limba de comunicare rom/rus	Da, corespunde, disponibilă limba Rusa	Nu poate fi confirmat parametrul.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.	Da, corespunde	Parametrul rămas fără răspuns. Nu a fost indicat timpul.

Pentru lotul nr. 6 Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale):

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
QC pe bord cu curbe Levey-Jennings da	QC pe bord cu curbe Levey-Jennings – Da, Corespunde	INTERNAL QUALITY CONTROL, p6d Prezența curbelor Levey-Jennings - nu sunt confirmate.
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.		Lipsește careva indicații la parametrul dat.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.	Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după	Parametrul „Nelimitat” nu poate fi confirmat. Necesare de prezentat documente tehnice cu indicații privind stabilitatea.

b3wdp1-MD-1749648390707/21431175 –
 “Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice”, vă prezintă documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, pentru toți parametrii solicitați pentru fiecare lot: 3 ; 6. - Lot nr. 3 Analizator hematologic automat (5 diff): S-a solicitat conform Anunțului de participare S-a oferit conform ofertei depuse (Anexa 22) Anexa / Pag/ Documente confirmatoare Imprimantă color Da, corespunde, imprimantă color este inclusă în ofertă. În ofertă este inclusă imprimanta color Model: HP LaserJet Pro M154nw [HP LaserJet Pro Technical datasheet.pdf] Limba de comunicare rom/rus Da, corespunde, disponibilă limba Rusa Declarația producătorului – Anexa No. 1 - мисмо-Dymind.pdf Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere Da, corespunde După deschidere, termenul de valabilitate al diluantului și soluțiilor este de 60 de zile. Anexa No. 2 - Instructions for Hematology Analyzer Reagents.pdf – pag.5/6 și 6/6 2 - Lot nr. 6 Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale): S-a solicitat conform Anunțului de participare S-a oferit conform ofertei depuse (Anexa 22) Anexa / Pag/ Documente confirmatoare QC pe bord cu curbe LeveyJennings da QC pe bord cu curbe LeveyJennings – Da, Corespunde. Analizatorul Roler 20 PN, nu necesită utilizarea unei diagrame Levey-Jennings, deoarece folosește softul Mr Lab. Mr Lab este un software dedicat colectării și afișării datelor provenite din instrumentele Alifax ESR, dezvoltat pentru a elimina necesitatea transcrierii manuale, în special în situațiile în care nu există conexiune la

deschidere –
Nelimitat

LIS. În privința controalelor Latex QC, utilizarea unei diagrame Levey-Jennings nu este necesară, întrucât: • fiecare nivel are intervale fixe prestabilite; • rezultatele sunt considerate valide atâta timp cât se află în aceste intervale; • variațiile între loturi sunt normale și nu prezintă un semnal de neconformitate; • procedurile standard prevăd pași clari pentru cazurile în care rezultatele se află în afara intervalelor (repetare, verificare cu alt lot, spălare, asistență tehnică). Astfel, analiza vizuală furnizată de Mr Lab este suficientă și adecvată pentru monitorizarea 3 controalelor, întrucât elementul critic de verificare este conformitatea cu intervalele QC, nu abaterea statistică față de o medie. Ca dovada vă rugăm să analizați explicația producătorului [Anexa No. 3 - Alifax Analyzer.pdf] Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. În ofertă sunt incluse consumabile, calibratori, soluții de lucru și controale necesare pentru examinări de câte ori este necesar. - Vă rugăm să analizați Formularul costurilor recurente LOT 6.pdf – poziția nr. 4. Utilizarea soluțiilor se regăsește – Cap. INTERNAL QUALITY CONTR, pag. 6/7 - User manual Alifax Roller20pn.pdf Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere Reagent free method, este inclus licența pentru 100 analize pentru instruire și testare. Dispozitivul Alifax pentru a efectua analizele sângelui în vederea determinării VSH-ului se utilizează un card inteligent personalizat (User manual Alifax Roller20pn.pdf – Cap. 7, pag. 21 - 23) , care nu necesită reagenți, adică principiul de lucru al dispozitivului este Fotometrie Capilară

				<p>Cantitativă (Quantitative Capillary Photometry, pag. 2 din User manual Alifax Roller20pn.pdf) Vă mulțumim pentru cooperare și suntem la dispoziția dvs. pentru oricare alte clarificări</p> <p>Nr.: 49 din 02 septembrie 2025 Clarificările: Echipamentul nu furnizează curbele LeveyJennings, acestea se pot obține manual, în baza rezultatului controlului de calitate. Acest echipament nu are dispozitive auxiliare. Reactivii folosiți de echipament și hârtia pentru printer se regăsesc în formularul prețurilor recurente. Timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere se găsește în IFU atașate prezentului mesaj. Cardurile de test au valabilitate nelimitată. Vezi atașat manual utilizare, pag 15, pct. 7.1, controlul de calitate se recomandă a fi efectuat zilnic de către operator. Cheltuielile care pot apărea în cei patru ani sunt descrise în formularul prețurilor recurente, pe care îl atașăm.</p>														
<p>Rg02-3900 din 01.09.2025 Medist Grup SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 6 Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale):</p> <table border="1" data-bbox="194 398 1276 1467"> <thead> <tr> <th data-bbox="1157 398 1276 772">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="1157 772 1276 1070">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="1157 1070 1276 1467">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 398 1157 772"> <p>QC pe bord cu curbe Levey-Jennings da</p> </td> <td data-bbox="778 772 1157 1070"> <p>N/a. Caracteristică neaplicabilă acestui tip de echipament. Graficele Levey-Jennings se obțin manual în folosind valorile obținute în urma rulării controlului de calitate. Manual utilizator pag.15.</p> </td> <td data-bbox="778 1070 1157 1467"> <p>Quality Control, p586aio Nu execută analiza cu curbele Levey-Jennings.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 398 778 772"> <p>Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.</p> </td> <td data-bbox="470 772 778 1070"> <p>N/A</p> </td> <td data-bbox="470 1070 778 1467"> <p>„N/A” – nu se aplică. Deci nu se oferă nimic la cerința dată. În caz de necesitate nu se oferă nici-un consumabil.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="367 398 470 772"> <p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p> </td> <td data-bbox="367 772 470 1070"></td> <td data-bbox="367 1070 470 1467"> <p>Lipsesc careva indicații la parametru dat.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="194 398 367 772"> <p>Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului</p> </td> <td data-bbox="194 772 367 1070"></td> <td data-bbox="194 1070 367 1467"> <p>Lipsesc careva indicații la parametru dat.</p> </td> </tr> </tbody> </table>			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	<p>QC pe bord cu curbe Levey-Jennings da</p>	<p>N/a. Caracteristică neaplicabilă acestui tip de echipament. Graficele Levey-Jennings se obțin manual în folosind valorile obținute în urma rulării controlului de calitate. Manual utilizator pag.15.</p>	<p>Quality Control, p586aio Nu execută analiza cu curbele Levey-Jennings.</p>	<p>Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.</p>	<p>N/A</p>	<p>„N/A” – nu se aplică. Deci nu se oferă nimic la cerința dată. În caz de necesitate nu se oferă nici-un consumabil.</p>	<p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p>		<p>Lipsesc careva indicații la parametru dat.</p>	<p>Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului</p>		<p>Lipsesc careva indicații la parametru dat.</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																
<p>QC pe bord cu curbe Levey-Jennings da</p>	<p>N/a. Caracteristică neaplicabilă acestui tip de echipament. Graficele Levey-Jennings se obțin manual în folosind valorile obținute în urma rulării controlului de calitate. Manual utilizator pag.15.</p>	<p>Quality Control, p586aio Nu execută analiza cu curbele Levey-Jennings.</p>																
<p>Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.</p>	<p>N/A</p>	<p>„N/A” – nu se aplică. Deci nu se oferă nimic la cerința dată. În caz de necesitate nu se oferă nici-un consumabil.</p>																
<p>Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</p>		<p>Lipsesc careva indicații la parametru dat.</p>																
<p>Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului</p>		<p>Lipsesc careva indicații la parametru dat.</p>																

	Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada de 4 ani.	Lipsește careva indicații la parametru dat.																			
<p>Rg02-3901 din 01.09.2025 ProfilabDiagnostic SRL</p> <p>Pentru lotul nr. 7 Analizator de urină semi-automat:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="159 750 359 1108">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="159 1108 359 1400">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="159 1400 359 1960">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 750 550 1108">Unități de măsură convenționale, SI</td> <td data-bbox="359 1108 550 1400">Unități de măsură: convenționale, SI-DA</td> <td data-bbox="359 1400 550 1960">Nu poate fi confirmat.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 750 662 1108">Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 %</td> <td data-bbox="550 1108 662 1400">Umiditatea de operare în diapazonul de: RH ≤ 80 % - Work Condition - Brosura pag .2</td> <td data-bbox="550 1400 662 1960">RH,;:80%, p2 broșura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 750 790 1108">Cititor de barcode da</td> <td data-bbox="662 1108 790 1400">Cititor de barcode - DA Interface - Brosura pag .2</td> <td data-bbox="662 1400 790 1960">PS/2 (bar code reader), p2 broșura Este confirmat doar portul dar nu e însuși dispozitivul.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="790 750 869 1108">Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma ≤ 70 secunde</td> <td data-bbox="790 1108 869 1400">Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie 65 secunde - Reaction Time - Brosura pag .2</td> <td data-bbox="790 1400 869 1960">Necesită documente confirmative precum că timpul de reacție este egal cu timpul de măsurare a tuturor parametrilor. Reaction Time 65 seconds, p2 broșura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 750 1396 1108">Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada de 4 ani.</td> <td data-bbox="869 1108 1396 1400"></td> <td data-bbox="869 1400 1396 1960">Lipsește careva informații în privința la cerința dată.</td> </tr> </tbody> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Unități de măsură convenționale, SI	Unități de măsură: convenționale, SI-DA	Nu poate fi confirmat.	Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 %	Umiditatea de operare în diapazonul de: RH ≤ 80 % - Work Condition - Brosura pag .2	RH,;:80%, p2 broșura	Cititor de barcode da	Cititor de barcode - DA Interface - Brosura pag .2	PS/2 (bar code reader), p2 broșura Este confirmat doar portul dar nu e însuși dispozitivul.	Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma ≤ 70 secunde	Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie 65 secunde - Reaction Time - Brosura pag .2	Necesită documente confirmative precum că timpul de reacție este egal cu timpul de măsurare a tuturor parametrilor. Reaction Time 65 seconds, p2 broșura	Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada de 4 ani.		Lipsește careva informații în privința la cerința dată.	<p>04 septembrie 2025 № 230 /25</p> <p>Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut înBuletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1749648390707 / 21431175 din 18.07.2025 avind ca obiect Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medicosanitare publice, noi „ProfilabDiagnostic” SRL dam raspuns la scrisoarea dvs</p> <p>Raspunsuri: User manual desfasurat Table -1 pag.5 – 6; User Manual desfasurat pag.3 2. Specifications</p> <p>Analizator de urina semi-automat Urit 500B + Cititorul de bar cod (dispozitiv de scanare) = Set La livrare se instaleaza analizatorul propriu zis si cititorul de bar cod Conectare prin cablu User manual desfasurat pag 6 fig.2 pt.7</p> <p>User Manual desfasurat - pag.3</p> <p>2.Specification Timpul de masurare a tuturor parametrilor = timpul de masurare la 1 test,respectiv 65 sec</p> <p>Ne asumam toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada de 4 ani: mentenanta gratuita a analizatorului cit si a dispozitivelor auxiliare livrate ,seturile de mentenanta si piesele de schimb gratuite pe 4 ani,toate consumabilele necesare gratuite atit pt analizator cit si pentru dispozitivele auxiliare pe o perioada de 4 ani</p> <p>Se anexeaza suplimentar la documentele depuse anterior : User Manual desfasurat URIT 500B</p>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																			
Unități de măsură convenționale, SI	Unități de măsură: convenționale, SI-DA	Nu poate fi confirmat.																			
Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 %	Umiditatea de operare în diapazonul de: RH ≤ 80 % - Work Condition - Brosura pag .2	RH,;:80%, p2 broșura																			
Cititor de barcode da	Cititor de barcode - DA Interface - Brosura pag .2	PS/2 (bar code reader), p2 broșura Este confirmat doar portul dar nu e însuși dispozitivul.																			
Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma ≤ 70 secunde	Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie 65 secunde - Reaction Time - Brosura pag .2	Necesită documente confirmative precum că timpul de reacție este egal cu timpul de măsurare a tuturor parametrilor. Reaction Time 65 seconds, p2 broșura																			
Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada de 4 ani.		Lipsește careva informații în privința la cerința dată.																			

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Analizator automat imunologic, bazat pe o metodă cu sensibilitate și specificitate ridicate (ex. chemiluminiscență sau tehnologie echivalentă/superioară)”

Oferta operatorului economic Mediclin AM SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: A fost depusă o singură ofertă la lot.

Notă: În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile, conforme este mai mic de doi per lot, autoritatea contractantă are dreptul să anuleze lotul.

Lotul 2 Analizator ionoselectiv Na, K

Oferta operatorului economic GBG-MILD SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: A fost depusă o singură ofertă la lot,

Notă: În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile, conforme este mai mic de doi per lot, autoritatea contractantă are dreptul să anuleze lotul.

Lotul 3 Analizator hematologic automat (5 dift)

- Oferta operatorului economic DAC-Spectromed SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Suma inclusă în sistem cuprinde doar valoarea dispozitivului, ceea ce contravine condițiilor expuse în documentația standard.

Notă: Operatorul economic în platforma SIA “RSAP” Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale).

Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale, în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Ca poziționare este plasat ca oferta nr.4.

Lotul 4 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++

Oferta operatorului economic Diamedix Impex SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 71 (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Valoarea estimată pentru dispozitiv depășește dublu valoarea alocată per dispozitiv.

Ofertele nu vor fi acceptate, în cazul în care vor depăși valoarea estimativă a dispozitivul medical cu 30% și mai mult.
A fost depusă o singură ofertă la lot,

Notă: În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile, conforme este mai mic de doi per lot, autoritatea contractantă are dreptul să anuleze lotul.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant	Beneficiar
3	Analizator hematologic automat (5 diff)	bucată	1	86 000,00	103 200,00	86 000,00	103 200,00	H60	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	DM000331390	GBG-MLD SRL	CS Singerei
5	Analizator semiautomat pentru proprietățile fizico-chimice ale urinei, cu rnsurare continuă	bucată	2	5 000,00	5 400,00	10 000,00	10 800,00	Photometer H-100 (Analizator automat pentru urina H-100)	China	DIRUI	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371883	Biosistem-MLD SRL	AMT Centru
6	Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 pozifii (canale)	bucată	2	36 372,00	43 646,40	72 744,00	87 292,80	SABIO140 AUTOMATED ESR ANALYSER	Turcia	BIOTA DIAGNOSTIK SAGLIK HIZMETLERI SAN, VE TIC. LTD	DM000756288	GBG-MLD SRL	AMT Centru

7	Analizator de urină semi-automat	bucată	2	5 000,00	10 060,20	10 000,00	20 120,40	Photometer H-100 (Analizator automat pentru urina H-100)	China	DIRUI	ISO, CE Cod înregistrare AMDNI: DM000371883	Biosistem- MLD SRL	AMT Rîșcani
---	----------------------------------	--------	---	-------------	--------------	--------------	--------------	--	-------	-------	---	-----------------------	----------------

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 1 Analizator automat imunologic, bazat pe o metodă cu sensibilitate și specificitate ridicate (ex. chemiluminescență sau tehnologie echivalentă/superioară)”

Lotul 2 Analizator ionoselectiv Na, K

Lotul 4 Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **23.09.2025**.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-3980 09.09.2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax	<input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax	<input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Beneficiar	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
BIOSISTEM MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	101060002804 8	Cu capital autohton	250990707-0023-0438 10/16/2025	33100000-1	5 000,00	6 000,00	4/8/2026	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
BIOSISTEM MLD SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE BAIMACLIA	101060002804 8	Cu capital autohton	250990707-0023-0170 10/16/2025	33100000-1	5 000,00	6 000,00	4/8/2026	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
GBG-MLD SRL	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI	100360011758 2	Cu capital autohton	250990707-0109-0351 10/8/2025	33100000-1	86 000,00	103 200,00	4/8/2026	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
GBG-MLD SRL	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIAL A CENTRU	100360011758 2	Cu capital autohton	250990707-0109-0162 10/8/2025	33100000-1	72 744,00	87 292,80	4/8/2026	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Notă: Urmare a emiterii deciziei de atribuire, a fost recepționat demersul nr.01/18/1012 din 06.10.2025 din partea IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani, prin care ne informează despre refuzul de semnare a contractului cu operatorul economic GBG-MLD SRL, dat fiind faptul că analizatorul nu corespunde cerințelor instituției (este nevoie de analizator automat, însă a fost oferit semi-automat).

Lotul pentru *Analizatorul semi-automat de urină* va fi plasat la rubrica Refuzuri, iar în situația în care bunul la fi contractat ulterior, se va elabora o dare de seamă separată.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:

Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

