



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-3524 din 04.08.2025

Operatorii economici participanți
Beneficiarii finali

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1741961027962](#) privind *Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anii 2026-2028* din 14.03.2025, vă comunică decizia de reevaluare nr. 2 din 04.08.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, conform criteriului de atribuire și cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Cantitate	Unitate de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
110.1-27962	Set pentru nefrostomă percutanată	Set pentru nefrostomă percutanată (003405)	1588	Bucată	1050,0	1134,0	1667400,0	1800792,0	ZNEF10F	Polonia	Balton	CE, ISO/DM00039 4838	SOGNO
		ZNEF12F							Polonia	Balton	CE, ISO/DM00039 4840		
		ZNEF14F							Polonia	Balton	CE, ISO/DM00039 4841		
110.2-27962	Set pentru nefrostomă percutanată	Set pentru nefrostomă percutanată (003405)	1588	Bucată	1080,0	1404,0	1715040,0	2229552,0	Pigtail nephrostomy Catheter&Set	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM00068 9900	IM Natusana SRL
		Pigtail nephrostomy Catheter&Set							Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL	DM00068 9900		

		percutanată (003406)									URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI		
		Set pentru nefrostomă percutanată (003407)							Pigtail nephrostomy Catheter&Set	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK MEDIKAL URUNLER SNAYI TICARET LIMITED SIRKETI	DM00068 9900	
110.3- 27962	Set pentru nefrostomă percutanată	Set pentru nefrostomă percutanată (003405)	1588	Bucată	1081,4	1297,7	1717290,9	2060749,2	Set pentru nefrostomă percutanată (Codul produsului: 52-11383)	China	Zhengzhou DIALL Medical Technology Co., Ltd	DOC, CE	DITA ESTFARM S.R.L
		Set pentru nefrostomă percutanată (003406)							Set pentru nefrostomă percutanată (Codul produsului: 52-11483)	China	Zhengzhou DIALL Medical Technology Co., Ltd	DOC, CE	
		Set pentru nefrostomă percutanată (003407)							Set pentru nefrostomă percutanată (Codul produsului: 52-11583)	China	Zhengzhou DIALL Medical Technology Co., Ltd	DOC, CE	
150.1- 27962	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X- Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X- Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (003556)	400	Bucată	350,00	420,00	140000,00	168000,00	4051K	India	SURU	CE, ISO/ DM00065 3603 DM00065 3604	SOGNO
150.2 - 27962	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X- Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X- Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (003556)	400	Bucată	800,00	800,00	320000,00	320000,00	SOU- 4728+SFT 150-35	Elvetia	Marflow	DM00037 2368+ DM00037 1987	SC ERICON SRL

150.3-27962	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (003556)	400	Bucată	896,31	1075,5	358524,00	430228,80	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (Codul produsului: US- 4.5-280)	China	Shenzhen MicroApproach Medical Technology Co., Ltd.	DOC, CE	DITA ESTFARM S.R.L
-------------	--	---	-----	--------	--------	--------	-----------	-----------	--	-------	---	---------	--------------------

Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:

110 Set pentru nefrostomă percutanată

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat set pentru nefrostomă percutanată cu dilatator cu teacă detașabilă - a fost oferit set pentru nefrostomă percutanată fără dilatator cu teacă detașabilă.

123 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în specificația tehnică și în documentele confirmative prezentate.

- Oferta operatorului economic **MED-M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în specificația tehnică și în documentele confirmative prezentate.

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare pentru 72 ore - a fost oferit sistem de aspirare pentru 24 ore. A fost solicitat sistem de aspirare cu cateter de 54-55cm - a fost oferit sistem de aspirare cu cateter de 60cm.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor "piesa în T" - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor „cot cu pivot dublu rotativ”.

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare pentru 72 ore - a fost oferit sistem de aspirare pentru 24 ore. A fost solicitat sistem de aspirare cu cateter de 54-55cm - a fost oferit sistem de aspirare cu cateter de 60cm.

124 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în specificația tehnică și în documentele confirmative prezentate.

- Oferta operatorului economic **MED-M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în specificația tehnică și în documentele confirmative prezentate.
- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30,5-32cm - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30cm.
- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor “piesa în T” - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți cu adaptor „cot cu pivot dublu rotativ”. A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30,5-32cm - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30cm.
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30,5-32cm - a fost oferit sistem de aspirare cu circuit închis cu cateter de lungimea 30cm.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

123 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14FR

124 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2026.

Contractul de acord-cadru urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data 15.08.2025. Contactele subsecvente vor fi semnate conform necesităților beneficiarilor finali pentru fiecare an în parte sau la solicitarea acestora. Pentru participare la re-ofertare vor fi expediate invitații de participare.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Alisa Nicov
Tel. +37368502393*

OE:

DataControl SRL

DITA ESTFARM S.R.L

Ecochimie

Electeh SRL

IM Natusana SRL

Labromed Laborator SRL

LifeMed Group

LISMEDFARM S.R.L.

MED-M

M-INTER-FARMA

SC ERICON SRL

SC"Imunotehnomed"SRL

SOGNO

Tehnomedica

Tribestar Farm

Triumpf-Motiv SRL