



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-4619 din 24.10.2025

Operatori economici participanți

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail”

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1747922100734 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale (Ultrasonograf general, cardiovascular, performanță înaltă) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sf. Arhanghel Mihail”*, vă comunică decizia nr.1 din 24.10.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	AMDM	Ofertant
	Ultrasonograf general, cardiovascular, performanță înaltă	bucată	1	894 999,00	1073998,8000	894 999,00	1 073 998,80	X CUBE 90	Corea de Sud	ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO., LTD	DM000371919	Neotec

Ofertanții respinși/descalificați:

- Oferta operatorului economic Health Medical Solutions SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează:
- S-a solicitat PACHETE DE ANALIZĂ Vascular și Cardiologie, conform formularului specificațiilor tehnice, nu a fost completate parametru, ceea ce face imposibilă evaluarea tehnică conform cerințelor din documentația de atribuire.
- S-a solicitat Vizualizare al indicatorului de atenuare al undelor în țesuturi (pentru evaluarea steatozei hepatice), disponibil pe transductor convex s-a oferit Quick Guide Vshear&VATT_quick_Guide, pag. 2,VShear 2D Shear Wave Elastography Imaging Measurements (conform specificației tehnice). Totodată, conform documentației atașate la oferta electronică această funcie o îndeplinește softul- VATT Tools, In 2D mode, select the convex probe, enter the abdominal application, click the “VATT” button on the interface to enter the attenuation imaging mode.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 31.10.2025.

**Cu respect,
Președintele grupului de lucru**

Gheorghe GORCEAG

Ex: Arvinte Irina
Tel: 022 222 364