



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md), <https://capcs.md>

**Nr. Rg02-4620 din 24.10.2025**

**Operatori economici participanți**

**IMSP Centrul de Sănătate Cahul**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1752663924426 privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță medie) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Cahul*, vă comunică decizia nr.1 din 23.10.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art.	Țara de Origin e	Producător	AMDM	Ofertant
2	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță medie	bucată	1	468500	562200	468500	562200	VINNO R500	China	Vinno Technology (Suzhou) Co., LTD	DM000683365	Health Medical Solutions SRL

**Ofertanții respinși/descalificați:**

- Oferta operatorului economic INTERMED respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează:
  - S-a solicitat Consolă cu mișcări independente Dreapta/Stînga s-a oferit fără;
  - S-a solicitat PROBE PORTURI Active  $\geq 4$  s-a oferit 3 porturi standart;
  - S-a solicitat CW PROBE PORTURI ACTIVE minim 1, s-a oferit fără;
  - S-a solicitat PROBE TIP, MHz Linear - Elemente fizice:  $\geq 192$ , s-a oferit conform documentelor atașate la ofertă Number of elements 128.
  - S-a solicitat PROBE TIP, MHz Linear Apertura: 40 - 60 mm, s-a oferit conform documentelor atașate la ofertă FOV 38.4 mm;
  - S-a solicitat PROBE TIP Convex Single Cristal 1,5 - 6 MHz, s-a oferit Sondă Convexă 4C-RS 2-5 MH, Versana Balance data sheet 2.0 – 5.0 MHz,p2g;
  - S-a solicitat Elemente fizice:  $\geq 192$ , s-a oferit 128;
  - S-a solicitat Lățimea câmpului vizual(FOV): minim 60 grade, s-a oferit FOV 58°;

- S-a solicitat Tehnologie: XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata s-a oferit fără;
- S-a solicitat PROBE TIP, MHz Edovaginal/Endorectală Elemente fizice:  $\geq 192$ , s-a oferit 128;
- S-a solicitat Radius:  $\leq 9$  mm, s-a oferit Convex radius 10.73 mm;
- S-a solicitat Tehnologie: XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matricial sau alta tehnologia patentata, s-a oferit fără;
- S-a solicitat Volum 3D 2 - 6 MHz, s-a oferit opțional;
- S-a solicitat Frecvența maximă a sistemului minim 2-21 Mhz s-a oferit 1,7-18 MHz;
- S-a solicitat PREPROCESARE, canale digitale  $\geq 6\ 000\ 000$ , s-a oferit 223907 system processing channels;
- S-a solicitat GAMA DINAMICA minim 280 dB, s-a oferit 269 dB systematic Dynamic Range;
- S-a solicitat Adâncimea de scanare minim 1-40 cm, s-a oferit Displayed Imaging Depth: 1 – 33 cm;
- S-a solicitat Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine  $\geq 10$  trepte , s-a oferit 9 trepte;
- S-a solicitat 3-D/4D obligatoriu s-a oferit opțional;
- S-a solicitat FUNCȚIONALITĂȚI Auto NT obligatoriu, s-a oferit doar în regim manual;
- S-a solicitat STOCARE IMAGINI Capacitate "SSD  $\geq 1$  TB sau Hybrid (SSD+HDD)", s-a oferit 512 GB SSD;
- S-a solicitat PACHETE DE ANALIZĂ Elastografie de tip Shear wave obligatoriu s-a oferit fără;
- S-a solicitat Detectarea automată a leziunilor glandei mamare în timp real obligatoriu, s-a oferit fără;
- S-a solicitat MONITOR Dimensiune  $\geq 22$ ", s-a oferit 21.5 inch;

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractul de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi poate fi încheiat numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 31.10.2025.

**Cu respect,**  
**Președintele grupului de lucru**

/semnat electronic/

**Gheorghe GORCEAG**

*Ex: Arvinte Irina*  
*Tel: 022 222 364*

