

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

□

Nr. 1 din 03.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/kemeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță medie) conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Cahul
Obiectul achiziției	3310000-1
Cod CPV	ocds-b3wdp1-MD-1752663924426
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752663924426?tab=contract-notice
Data publicării:	16.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md

<p>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf</p>
<p>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</p>	
<p>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</p>	<p><input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic</p>
<p>Sursa de finanțare</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]</p>
<p>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</p>	<p>362 500 lei</p>

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

16 iul 2025, 18:54

Subiectul întrebării:

Radius sonda endorectala
întrebare:

Va rog sa clarificati ce aveti in vedere prin parametrul: Radius <=9mm. Este grosimea cea mai maxima a partii de lucru? Sau raza circumferintei virfului?

Răspuns (23 iul 2025, 15:00):

Conform cerinței caietului de sarcini se solicită „PROBE TIP, MHz / Edovaginal/ Endorectală Radius: ≤ 9 mm”. Cerința vizează dimensiunea capului sondei, cu scopul de a garanta utilizarea în siguranță și confort în cadrul investigațiilor endocavitare. Deci este dimensiunea fizică a vârfului sondei sau cum a fost indicat este raza circumferinței vârfului.

Data:

16 iul 2025, 18:56

Subiectul întrebării:

Tehnologie XDCLear/SingleCrystal..

Întrebare:

Concretizati la ce sonda se refera acesti parametri, pentru ca din tabel nu este clar

Răspuns (23 iul 2025, 15:01):

Conform cerinței tehnice se solicită „Convex Single Cristal - Tehnologie: XDClear/SingleCrystal/ CMUT/Matrical sau alta tehnologia patentată” și „Edovaginal/ Endorectală / Tehnologie: XDClear/ SingleCrystal/ CMUT/Matrical sau alta tehnologia patentată”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

24 iul 2025, 16:33

Subiectul întrebării:

Sonda endocavitara

Întrebare:

O sa fie acceptata sonda endocavitara cu radius = cu 11mm? In asa buget si cu asa cerinte (sonda single crystal si > 192 elemente) se incadreaza putini participant.

Răspuns (25 iul 2025, 16:43):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică și valoarea estimativă sunt stabilite conform codului generic. totodată, menționăm că se acceptă inclusiv oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

Data:

25 iul 2025, 11:01

Subiectul întrebării:

Bugetul

Întrebare:

Dragi specialisti CAPCS, nu cunosc ce soft sau ce sistem de analiza aveti pentru specificatie în comparație cu pretul obtinut pe piata, bugetul care la-ti indicat este ireal in comparatie cu cerintele tehnice.

Răspuns (25 iul 2025, 16:42):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică și valoarea estimativă sunt stabilite conform codului generic. Valoarea estimativă a fost stabilită reieșind din ofertele depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice desfășurate.

Data:

28 iul 2025, 09:08

Subiectul întrebării:

Bugetul

întrebare:

Mulțumim pentru raspunsul din 25 iulie 2025 ora 16:42 - reieșind din cele enunțate creați o concurență neloială sau mai bine spus închis pentru anumiți participanți conform bugetului, iar restul participanților care reprezintă companii de renume care sînt creatori la multe tehnologii, vor fi eliminați de pe piața doar conform criteriului de buget. Va rog să reveniți cu răspuns.

Răspuns (28 iul 2025, 10:06):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, vă îndemnăm să depuneți oferta, iar în cazul în care nu vor fi depuse oferte conforme, procedura de achiziție publică vă fi anulată și va fi inițiată o nouă procedură de achiziție publică cu ajustarea specificațiilor tehnice și valori estimative.

Data:

28 iul 2025, 10:30

Subiectul întrebării:

Bugetul Răspuns (28 iul 2025, 10:06):

Întrebare:

Nu este comercial corect - practic este vizibil pretul, fiecare proiect are o oferta comercială care odata cu repetarea devine vizibilă pentru concurenți și atunci nu mai este o concurență de tip licitație dar mai mult seamna ca magazin care fiecare i-si stie pretul dar nu intelege diferenta. Incurjarea pentru depunerea ofertelor este cerinta tehnica conform unui buget real. Pina la urma care este cerinta bugetul sau caietul de sarcina conform ? Si revenim cu o paranteza catre Administratia CAPCS, daca aveti personal nou care nu cunoaste preturile ar trebui sa se uite putin in trecut in licitatile care au fost sau sa solicite oferta de pret conform unei solicitari da nu sa faceti Licitatei publice pentru analiza, care se faceau la inceput de drum cit abia CAPCS i-si incepea activitatea. CAPCS deja acus 10 ani de cind activeaza si in continuare face analiza de piata in baza LP nu vi se pare ca deja ar trebui sa face cerere pentru oferte in caz ca un beneficiar nu are personalul care ar putea face acest lucru si dupa deja o LP corecta pentru toate partile.

Răspuns (28 iul 2025, 11:09):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că valoarea estimativă a fost stabilită conform ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice desfășurate anterior, având în vedere că este o specificație tehnică generică. Totodată, criteriul de atribuire conform documentației de atribuire este cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Modificări 18.07.2025		A fost completat anunțul de participare cu condițiile de achiziție ca urmare a solicitării din partea beneficiarului final, după cum urmează: Condiții de achitare în tranșe a câte 10%, trimestrial, din data semnării actului de predare-primire și a facturii fiscale.	
Rezumatul modificărilor		[Indicați sursa utilizată și data publicării]	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)		[Indicați numărul de zile]	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)			
5. Până la termenul-limită (data 01.08.2025, ora 11:30), au depus oferta 3 operatori economici:			
Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	INTERMED	1002600034804	Chicu Natalia
2	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Trocin Caterina
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DU/AE prezentate de către operatorii economici:			
Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:		Health Medical Solutions SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).		+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați,		+

	<p>divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p>NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cummul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>		
Modul de elaborare a Specificației de preț	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	+	+
DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>.Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	+	+
Garanția pentru ofertă	<p>2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din</p>	+	+

	<p>valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p>		
<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)</p>	<p>original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</p>	08.01.2026	08.01.2026
<p>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p> <p><u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u></p> <p><u>Cerinte de calificare obligatorii</u></p>			
<p>Certificat de atribuire a contului bancar</p>	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+
<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</p>	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+
<p>Lipsa restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificatul (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	+	+

Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+	+
Declarație de la Oferant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+	+
Declarație de la Oferant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Oferant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Oferant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la oferant-	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Oferantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la oferant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor	+	+

	juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;		
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echiplamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:										
Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model art./ Producător/ Țara de Origine	Ofertant	Correspondenți cu cerințele de calificare	Correspondenți cu cerințele tehnice		
1	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță medie	bucată	1	385 120,00	Ultrasonograf General, OBGYN, performanță medie Model: Versana Balance PN: H48302VA	China si Franta	GE MEDICAL SYSTEMS (CHINA) CO., LTD., GE Medical Systems	INTERMED	corespunde	Nu corespunde
2	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță medie	bucată	1	468500,0000	VINNO R500	China	Vinno Technology (Suzhou) Co., LTD	Health Medical Solutions SRL		

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
---------------------------------	-----------------------	--------------------------

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Mod Panoramic obligatoriu	Da, Mod Panoramic (PView) Product Data R500, pag.6 1.3 Imaging features	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 6, este menționată funcționalitatea „PView for panoramic imaging (optional)”. Formularul „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.
Compunere spațială ≥ 7 trepte	Da, Compunere Spațială VFusion 7 trepte Product Data R500	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile detaliate privind opțiunea “VFusion” oferată. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.
Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 10 trepte	Da, Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine VSpeckle : 10 trepte Product Data R500	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile detaliate privind opțiunea “VSpeckle” oferată. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.
Direcțional-PDI obligatoriu	Da, V-Flow Product Data R500, pag.6-7	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile detaliate privind opțiunea “V-Flow” oferată. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.
Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sanguin obligatoriu (Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sanguin)	Da, VLuminous flow Product Data R500, pag.6-7 1.3 Imaging features	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sanguin”.
Auto IMT obligatoriu	Da, Live IMT Product Data R500, pag.6-	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 37, este menționată funcționalitatea „8.2.11 Live IMT (Intima-Media Thickness) measurement (optional)”.

		7, 1.3 Imaging features	Formulara „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.	
	Auto NT obligatoriu	Da, Auto NT Product Data R500, pag.6-7, 1.3 Imaging features	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 37, este menționată funcționalitatea „8.2.9 AutoNT (Nuclear Translucency) measurement(optional)”. Formulara „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.	
	Rapoarte Auto generate	Da, Rapoarte Auto generate Product Data R500, pag.6, 1.1 Architecture, VReport	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 37, este menționată funcționalitatea „VReport, a customer-centric tool for report templates design, makes the whole report procedure more smooth and individual(optional)”. Formulara „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.	
	Elastografe în timp real obligatoriu	Da, Elastography imaging Product Data R500, pag.25, 5.8 Elastography imaging	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Elastografe în timp real”.	
	Încălzitor de gel obligatoriu	Da, Încălzitor de gel Product Data R 500, pag.9, 1.4 Standard features, Gel warmer	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 8, este menționată funcționalitatea „Gel Warmer(optional)”. Formulara „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.	
	Printer Alb/Negru încorporat în consola sistemului obligatoriu	Da, Printer Alb/Negru încorporat în consola sistemului Product Data R 500, pag. 7, 1.4 Standard features,	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 8, este menționată funcționalitatea „Integrated black/white thermal video printer slot”, ceea ce sugerează existența unui slot pentru imprimanta termica. Totuși, rămâne neclar dacă imprimanta alb-negru a fost inclusă în oferta.	

Integrated black/white thermal video printer slot		
Nr. Rg02-3813 din 25.08.2025 INTERMED SRL		
Pentru lotul 1 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță medie:		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Mod Panoramic obligatoriu	DA LOGIQView pag. 11 din Versana Balance data sheet	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 11, este menționată funcționalitatea „10.17 LOGIQView (Option) Extended Field of View Imaging”. Formularea „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.
Compunere spațială ≥ 7 trepte	DA 7 CHI in regim Edge enhance pag. 8 din Versana Balance data sheet	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsește informațiile privind „Compunere spațială ≥ 7 trepte”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.
		Nr. ieșire: 263/08/25 din 26.08.2025

	<p>Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin obligatoriu <i>(Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sanguin)</i></p>	<p>DA prezent</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsește informațiile privind „Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sanguin”.</p>	
<p>Metode de masurare manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real</p>	<p>DA este prezent pag. 15 din Versana Balance data sheet</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsește informațiile privind „Metode de masurare manual, Semi-automat”.</p>		
<p>Elastografe în timp real obligatoriu</p>	<p>DA Elastografia pag. 5 din Versana Balance data sheet</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsește informațiile privind „Elastografe în timp real”.</p>		
<p>Nr. Rg02-4244 din 25.09.2025 HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL</p>	<p>Conform demersului IMSP Centrul de Sănătate Cahul nr. 01/750 din 17.09.2025, beneficiarul final solicită suport în vederea asigurării unei evaluări obiective a parametrilor tehnici și funcționali ai dispozitivului medical oferit, respectiv, să fie oferită posibilitatea testării, în termen cât mai restrâns posibil, a dispozitivului medical, model VINNO R500, produs de Vinno Technology (Suzhou) Co., LTD, Republica Populară Chineză. Testarea urmează a fi efectuată de către medicul specialist ultrasonografist din cadrul IMSP CS Cahul, la sediul beneficiarului sau în cadrul unei instituții medicale unde un astfel de dispozitiv se află deja instalat și funcțional și există o experiență clinică din partea personalului medical.</p>			<p>Nr. 125 din 01.10.2025</p> <p>Stimați membri ai Grupului de lucru, Ca urmare a solicitării Dvs. privind asigurarea posibilității de testare a dispozitivului medical oferit – Ultrasonograf VINNO R500, produs de Vinno Technology (Suzhou) Co., LTD, Republica Populară Chineză, vă comunicăm următoarele: Health Medical Solutions SRL, în calitate de operator economic participant, confirmă disponibilitatea de a pune la dispoziția IMSP Centrul de Sănătate Cahul dispozitivul medical în vederea testării parametrilor tehnici și funcționali. Pentru aceasta, putem asigura accesul la sistemul oferit în incinta IMSP SR Strășeni, într-una dintre zilele din perioada 06.10.2025 – 10.10.2025, în prezența medicului specialist desemnat de beneficiar. În cadrul testării, se va putea demonstra faptul că sistemul VINNO R500 întrunește</p>

		<p>cerințele clinice; având deja experiență de utilizare în această instituție medicală. Totodată, solicităm respectuos prezența specialiștilor din cadrul CAPCS la testarea ce urmează a fi efectuată, pentru a confirma în mod obiectiv conformitatea cu parametrii tehnici solicitați în caietul de sarcini. În susținerea celor expuse, anexăm prezentei Scrisoarea de recomandare nr. 691 din 01.10.2025, emisă de IMSP SR Strășeni, prin care se confirmă buna desfășurare a contractului și performanța clinică a sistemului VINNO R500. De asemenea, menționăm că dispunem și de alte scrisori de recomandare, inclusiv scrisoarea nr. 06/1809 din 15.09.2025, emisă de IMSP SCR „Timofei Moșneagă”, pentru sistemele Vinno G65, ceea ce demonstrează încă o dată că echipamentele produse de Vinno Technology (Suzhou) Co., LTD corespund necesităților clinice ale instituțiilor medicale din Republica Moldova și dau dovadă de performanță în utilizarea practică de zi cu zi. Rugăm respectuos să confirmați data și ora convenabilă pentru efectuarea testării, astfel încât să putem organiza logistic activitatea în termenul solicitat. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare și sprijin.</p>
--	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

- Oferta operatorului economic INTERMED respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează:

- S-a solicitat Consolă cu mișcări independente Dreapta/Stînga s-a oferit fără;
- S-a solicitat PROBE PORTURI Active ≥ 4 s-a oferit 3 porturi standard;
- S-a solicitat CW PROBE PORTURI ACTIVE minim 1, s-a oferit fără;
- S-a solicitat PROBE TIP, MHz Linear - Elemente fizice: ≥ 192 , s-a oferit conform documentelor atașate la ofertă Number of elements 128.
- S-a solicitat PROBE TIP, MHz Linear Apertura: 40 - 60 mm, s-a oferit conform documentelor atașate la ofertă FOV 38.4 mm;
- S-a solicitat PROBE TIP Convex Single Cristal 1,5 - 6 MHz, s-a oferit Sondă Convexă 4C-RS 2-5-MH, Versana Balance data sheet 2.0 – 5.0 MHz,p2g;
- S-a solicitat Elemente fizice: ≥ 192 , s-a oferit 128;
- S-a solicitat Lățimea câmpului vizual(FOV): minim 60 grade, s-a oferit FOV 58°;
- S-a solicitat Tehnologie: XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matrical sau alta tehnologia patentata s-a oferit fără;
- S-a solicitat PROBE TIP, MHz Edovaginal/Endorectală Elemente fizice: ≥ 192 , s-a oferit 128;
- S-a solicitat RADIUS: ≤ 9 mm, s-a oferit Convex radius 10.73 mm;
- S-a solicitat Tehnologie: XDClear/SingleCrystal/CMUT/Matrical sau alta tehnologia patentata, s-a oferit fără;
- S-a solicitat Volum 3D 2 - 6 MHz, s-a oferit opțional;
- S-a solicitat Frecvența maximă a sistemului minim 2-21 Mhz s-a oferit 1,7-18 MHz;
- S-a solicitat PREPROCESARE, canale digitale $\geq 6\ 000\ 000$, s-a oferit 223907 system processing channels;
- S-a solicitat GAMA DINAMICA minim 280 dB, s-a oferit 269 dB systematic Dynamic Range;
- S-a solicitat Adîncimea de scanare minim 1-40 cm, s-a oferit Displayed Imaging Depth: 1 – 33 cm;
- S-a solicitat Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 10 trepte , s-a oferit 9 trepte;
- S-a solicitat 3-D/4D obligatoriu s-a oferit opțional;
- S-a solicitat FUNCȚIONALITĂȚI Auto NT obligatoriu, s-a oferit doar în regim manual;
- S-a solicitat STOCARE IMAGINI Capacitate "SSD ≥ 1 TB sau Hybrid (SSD+HDD)", s-a oferit 512 GB SSD;
- S-a solicitat PACHETE DE ANALIZĂ Elastografie de tip Shear wave obligatoriu s-a oferit fără;
- S-a solicitat Detectarea automată a leziunilor glandei mamare în timp real obligatoriu, s-a oferit fără;
- S-a solicitat MONITOR Dimensiune $\geq 22"$, s-a oferit 21.5 inch;

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
- Pentru mai multe loturi cumulate
- Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
- Costul cel mai scăzut
- Cel mai bun raport calitate-preț
- Cel mai bun raport calitate-cost

10. Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

11. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	conform demersului nr. 01/888 din 30.10.2025 al beneficiarului final IMSP Centrul de Sănătate Cahul refuză semnarea contractului de achiziție publică din motivul că la momentul nu dispune de mijloace financiare pentru îndeplinirea clauzelor contractuale.
Modificările operate	

Se anulează lotul Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță medie, conform demersului nr. 01/888 din 30.10.2025 al beneficiarului final IMSP Centrul de Sănătate Cahul, refuză semnarea contractului de achiziție publică din motivul că la momentul nu dispune de mijloace financiare pentru îndeplinirea clauzelor contractuale.

În consecință, procedura de achiziție aferentă lotului menționat se consideră închisă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-4793 din 03.11.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Anularea:

Se anulează procedura de achiziție publică în cauză, conform scrisorii 01-7/69 din 04.03.2025 din partea beneficiarului final, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform căruia prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



George GORCEAG

