

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 27.10.2025

1. Date cu privire la Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005 022-222-445
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina, 022 222 364

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NEPP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea 131/15 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale (ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță (înaltă/expert/superioară)) conform necesităților IMSP AMT Buiucani
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1753435891492 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753435891492?tab=contract-notice

	Data publicării: 25.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/planuri/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	05 AUGUST 2025, MARTI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 60 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_60_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 500 000 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

1 aug 2025, 17:28

Subiectul întrebării:

Specificatii

Întrebare:

Buna ziua. Incarcati, va rog specificatia in format word. Multumim

Răspuns (4 aug 2025, 11:30):

Mulțumi pentru clarificarea depusă. Varianta word se atașează.

Data:

4 aug 2025, 15:41

Subiectul întrebării:

Imprimanta

Întrebare:

Imprimanta color externa trebuie sa fie termica format A6 sau A4 ?

Răspuns (6 aug 2025, 08:25):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, în documentația de atribuire se solicită „Imprimantă extern color inclus” respectiv, se acceptă ambele formate atât A6 cât și A4.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 27.07.2025, ora 11:30), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	IM Vivamed International SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu
2	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	MATEI Vasile
3	INTERMED	1002600034804	Chicu Natalia

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUA prezentate de către operatorii:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	IM Vivamed International SRL	MEDEXCOM-TEH SRL	INTERMED
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+

<p>Modul de elaborare a Specificației tehnice</p>	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p>NOTĂ:</p> <p>Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cunul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată</p>	+	+	+
---	--	---	---	---

	metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.			
	Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.			
Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSSAP (Mfinder) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+	+	+
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	+	+	+
Garanția pentru ofertă	2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertei. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertei	+	+	nu a fost depusă
Declarațiile privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertei (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertei.	+	+	+

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de pret (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. **Notă:** Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. **va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE** **Cerinte de calificare obligatorii**

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmit prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Lipsa restanțelor față de bugetul	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a	+	+	+

public național	îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”			
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Documente confirmate (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+	+	+
Declarații de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+	+	+
Declarații de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+

Declarații de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarații de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarații de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+	+
Declarații de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+

Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

<p>Declarati a privind confirmar ea beneficia rilor efectivi și neîncadra rea acestora în situația condamn ării pentru participar ea la activități ale unei organizat ii sau grupări criminale , pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>			
<p>Garanția de bună execuție</p>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p>			

<p>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</p>			
--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant	Coreșpunderea cu cerințele de calificare	Coreșpunderea cu cerințele tehnice
1	ULTRASON OGRAF OB-GYN General, performanță (înaltă/expert/superioară)	Bucată	1	2361313.0000	ACUSON SEQUOIA 4 Germania 5 Siemens	IM Vivamed International SRL	corespunde	Nu corespunde
1	ULTRASON OGRAF OB-GYN General, performanță (înaltă/expert/superioară)	Bucată	1	2450000.0000	Aplio I700 (cod TUSAI700) configuratie Prism Edition Women's Health Japonia Canon Medical Systems Corporation	MEDEX COM-TEH SRL	corespunde	Nu corespunde
1	ULTRASON OGRAF OB-GYN General, performanță	Bucată	1	3506492.0000	ULTRASONOGRAF OB-GYN General, performanță înaltă Model: VOLUSON EXPERT 22 BT24 PN: H48711TZ Austria GE HEALTHCARE AUSTRIA GMBH & CO OG	INTERMED		Nu a fost evaluat

(înaltă/expert/ superioara)						Nu corespu nde
--------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată			Rezumatul răspunsului operatorului economic
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Nr. Rg02-4115 din 18.09.2025	INTERMED SRL	Duplex în timp real	DA Duplex pag. 2, 6, 7, 8 din Voluson Expert 22 Datashet, Rev. 4.	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Duplex în timp real”.	Nr. ieșire: 298/09/25 din 22.09.2025
		Regim specializat pentru vizualizarea scheletului în trimestru 2/3.	DA Regim specializat pentru vizualizarea scheletului fatului in trimestru 2/3. este preset si pentru trimestrul 2 /18 saptamini fig. 2 Pentru trimestru 2/3 este prezent regimul Skeleton/X-ray, OmniView pag. 18, 19 Spine Trace si pag. 27 exemplu de imagine din Voluson Expert	Lipsește documentul la care s-a făcut referință (Voluson Expert 22 Customer Presentation).	

	<p>Regim specializat pentru trasarea uterului cu obținerea planului coronal al uterului.</p>	<p>22 Customer Presentation</p>	<p>Lipsește documentul la care s-a făcut referință (Voluson Expert 22 Customer Presentation).</p>	
<p>Nr. Rg02-4117 din 18.09.2025</p>	<p>MEDEXCOM-TEH SRL</p>	<p>PAN/ZOOM imagine înghețată</p>	<p>PAN/ZOOM imagine înghețată DA este prezent PAN ZOOM pag. 4-8/90 din Voluson™ Expert 18 / Voluson™ Expert 20 / Voluson™ Expert 22 Instructions for Use H48711HM Revision 10 este active si pe imaginea in timp real si imaginea in inghetata</p>	<p>nr. 02-125 din 23.09.2025</p>
	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	
	<p>NIVELE DE GRI ≥256</p>	<p>Da, NIVELE DE GRI 256 - Manual de utilizare/applications</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „NIVELE DE GRI”.</p>	
	<p>PREPROCESARE canale digitale ≥10 000 000 / 500 (canale fizice)</p>	<p>Da, PREPROCESARE, canale digitale -500 (canale fizice) - Manual de utilizare/applications</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PREPROCESARE canale digitale/ fizice”.</p>	

Sumarul gamei dinamice $\geq 350\text{dB}$	Da, Sumarul gamei dinamice 350dB - Manual de utilizare/applications	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „Sumarul gamei dinamice”.	
Posibilitate de rotare a imaginii minim $\geq 180^\circ$	Da, Posibilitate de rotare a imaginii pînă la 180° - pag. 3 Aplio i700 Prism Edition Brochure WHC si pag. 4 Aplio i700 Prism Edition Product data	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Posibilitate de rotare a imaginii”.	
Posibilitatea de oglindire a imaginii Stîngă / Dreapta	Da, Posibilitatea de oglindire a imaginii Stînga / Dreapta – pag. 3 Aplio i700 Prism Edition Brochure WHC si pag. 4 Aplio i700 Prism Edition Product data	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Posibilitatea de oglindire a imaginii Stîngă / Dreapta”.	
POSTPROCESARE Da	Da, POSTPROCESARE	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „POSTPROCESARE”.	
M-mod și 2-D/B-Mode	Da, M-mod și 2-D/B-Mode - 2D mode (B mode) - pag. 17 Aplio i700 Prism Edition Product data	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „M-mod și 2-D/B-Mode”.	
3-D (automatic)	Da, 3-D (automatic) - Aplio i700 Prism Edition Product data	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „3-D (automatic)”.	

<p>DOPPLER Tip CW, PW, CFM</p>	<p>Da, DOPPLER Tip CW, PW, CFM - pag. 25 - Aplio i700 Prism Edition Product data</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „DOPPLER Tip CW, PW, CFM”.</p>
<p>DOPPLER Afișare frecvență</p>	<p>Da, Afișare frecvență - Display of Doppler Scale - pag. 19 - Aplio i700 Prism Edition Product data</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „DOPPLER Afișare frecvență”.</p>
<p>DOPPLER Afișare viteză</p>	<p>Da, Afișare viteză - - Display of Doppler Scale - pag. 19 - Aplio i700 Prism Edition Product data</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „DOPPLER Afișare viteză”.</p>
<p>Duplex în timp real</p>	<p>Da, Duplex în timp real – pag 409 – Manual de utilizare/applications</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Duplex în timp real”.</p>
<p>Triplex în timp real</p>	<p>Da, Triplex în timp real – pag. 200 – Manual de utilizare, pag 409 – Manual de utilizare/applications</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Triplex în timp real”.</p>
<p>Măsurători digitale</p>	<p>Da, Măsurători digitale</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „Măsurători digitale”.</p>
<p>Configurarea măsurătorilor conform necesităților utilizatorului</p>	<p>Da, Configurarea Masuratorilor conform necesitatilor utilizatorului</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „Configurarea măsurătorilor conform necesităților utilizatorului”.</p>
<p>Diapazon dinamic selectabil</p>	<p>Da, Diapazon dinamic selectabil</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „Diapazon dinamic selectabil”.</p>

Focalizarea continu a gamei dinamice	Da, Foculizarea continu a gamei dinamice	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „Diapazon dinamic selectabil”.	
Focalizare de transmisie ajustabilă	Da, Focalizare de transmisie ajustabilă	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „Focalizare de transmisie ajustabilă”.	
Focalizare de transmisie ajustabilă	Da, Focalizare de transmisie ajustabilă	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Focalizare de transmisie ajustabilă”.	
Măsurători pe reluarea video	Da, Măsurători pe reluarea video	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Măsurători pe reluarea video”.	
Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorului final.	Da, Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorului final.	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Raport sau formarea protocolului final de către ecograf. Cu posibilitatea de schimbare conform necesităților utilizatorului final”.	
Regim 4D (3D live) și 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapelor de culori, prezenta tehnologie de formare a culorii naturale a fătului.	Da, Regim 4D (3D live) și 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culorii naturale a fătului	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim 4D (3D live) și 3D avansat cu posibilitate de schimbare a mapilor de culori, prezenta tehnologie de formare a culorii naturale a fătului”.	
Regim de postprocesare pentru imaginele 4D (3D live) și 3D cu posibilitate de taiere a secțiunilor care nu sânt necesare, schimbare unghiului	Da, Regim de postprocesare pentru imaginile 4D (3D live) și 3D cu posibilitate de taiere a	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim de postprocesare pentru imaginele 4D (3D live) și 3D cu posibilitate de taiere a	

	de vizualizarea, adâncimii pe toate axelor de formare a imaginii.	secțiunilor care nu sînt necesare, schimbare unghiului de vizualizarea, adîncimii pe toate axelor de formare a imaginii.	secțiunilor care nu sînt necesare, schimbare unghiului de vizualizarea, adâncimii pe toate axelor de formare a imaginii.”.	
	Regim de postprocesare în regim 4D(3D live) și 3D cu efect transparent a fetsului.	Da, Regim de postprocesare în regim 4D (3D live) și 3D cu efect transparent a tesutului Shadow Glass (USSG – AI900A/EL	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim de postprocesare în regim 4D(3D live) și 3D cu efect transparent a fetsului.”; Nu a fost demonstrat că component ofertat corespunde cerințelor înaintate.	
	Reconstrucția sau trasarea a coloanei vertebrale a fătului în regim semi-automata.	Da, Reconstrucția sau trasarea a coloanei vertebrale a fătului în regim semi-automata. - 3D Spine	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Reconstrucția sau trasarea a coloanei vertebrale a fătului în regim semi-automata.”. Nu a fost demonstrat că component ofertat corespunde cerințelor înaintate.	
	Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru în regim automat. La necesitate se va putea adăuga foliculi care nu au fost incluși în tabel.	Da, Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru în regim automat. La necesitate se va putea adăuga foliculi care nu au fost incluși în tabel. -3D Inversion foliele	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru în regim automat. La necesitate se va putea adăuga foliculi care nu au fost incluși în tabel.”. Nu a fost demonstrat că component ofertat corespunde cerințelor înaintate.	
	Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitivul. În caz că se va prezenta o	Da, Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „În caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul	

	<p>tehnologie analogica sa fie posibili de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si fat (trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama și fat. La fel pentru vasele periferice.</p>	<p>fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitivul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si fat (trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama si fat. La fel pentru vasele periferice. SMI - Superb Microvascular Imaging</p>	<p>arborelui vascular la rinichi la mama si fat (trimestru 3), Cap fat trimestru 2,3, ficat mama și fat. La fel pentru vasele periferice.” S-a prezentat o tehnologie echivalentă, însă nu au fost demonstrate cerințele pentru software-ul respectiv.</p>	
<p>Regim specializat pentru vizualizarea scheletului fătului în trimestru 2/3</p>	<p>Da, Regim specializat pentru vizualizarea scheletului fătului in trimestru 2/3 - 3D Spine si Omni View</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsec informatiile privind „Regim specializat pentru vizualizarea scheletului fătului în trimestru 2/3”. Nu a fost demonstrat că componente oferitate corespund cerințelor înaintate.</p>		
<p>Regim specializat pentru trasarea uterului cu obținerea planului coronal al uterului.</p>	<p>Da, Regim specializat pentru trasarea uterului cu obținerea planului coronal al uterului- Omni view</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsec informațiile privind „Regim specializat pentru trasarea uterului cu obținerea planului coronal al uterului”. Nu a fost demonstrat că component oferitat corespunde cerințelor înaintate.</p>		
<p>Prezența tehnologie de mărire a imaginii fără a micșora rezoluția,</p>	<p>Da, Prezența tehnologie de marire a imaginii fara</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsec referințe privind „Prezența tehnologie de mărire a</p>		

PACHETE DE ANALIZĂ Ginecologie	Da, Ginecologie	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PACHETE DE ANALIZĂ Ginecologie”.	
PACHETE DE ANALIZĂ Abdomen	Da, Abdomen	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PACHETE DE ANALIZĂ Abdomen”.	
PACHETE DE ANALIZĂ Small Parts/ Părți moi	Da, Small Parts/ Parti moi	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PACHETE DE ANALIZĂ Small Parts/ Părți moi”.	
PACHETE DE ANALIZĂ Vascular	Da, Vascular	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PACHETE DE ANALIZĂ Vascular”.	
PACHETE DE ANALIZĂ Pediatric	Da, Pediatric	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PACHETE DE ANALIZĂ Pediatric”.	
PACHETE DE ANALIZĂ Transrectal	Da, Transrectal	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PACHETE DE ANALIZĂ Transrectal”.	
PACHETE DE ANALIZĂ Musculoscheletal (MSK)	Da, Musculoscheletal (MSK)	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PACHETE DE ANALIZĂ Musculoscheletal (MSK)”.	
PACHETE DE ANALIZĂ Cardiologie; Opțional	Da, Cardiologie	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PACHETE DE ANALIZĂ Cardiologie”.	
PACHETE DE ANALIZĂ Elastografie tip compresivă	Da, Elastografie tip compresivă	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „PACHETE DE ANALIZĂ Elastografie tip compresivă”.	

Nr. Rg02-4116 din 18.09.2025	IM VIVAMED INTERNAT IONAL SRL	Illuminare consola		Da, Illuminare consola – Aplio i700 Prism Edition Brochure	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „Illuminare consola”.	Nr.87 din 23.09.2025
		Control intensitate iluminare		Da, Control intensitate iluminare	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „Control intensitate iluminare”.	
		Butoane programabile pentru utilizator		Da, Butoane programabile pentru utilizator	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc referințe privind „Butoane programabile pentru utilizator”.	
UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu.		Da, UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu. Model : APC Easy UPS SRV3KI-E 3000VA/2700W	Lipsesc documente tehnice confirmative pentru modelul ofertat, totodata lipsesc informațiile privind „autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu.”			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:			
STTC sau echivalent, în mod doppler color		Da, Siemens dispune de funcția echivalentă, sub denumirea de: Volume imaging features; (Datasheet pag. 10)	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „STTC sau echivalent, în mod doppler color”. Nu este clar dacă software-ul oferit este disponibil în modul Doppler color.			
DOPPLER, Afișare frecvență		Da, System frequency range: 1–22 MHz (2D mode features).	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Afișare frecvență”. Nu este demonstrată afișarea (pe monitor) a frecvenței în regimul Doppler.			

		<p>User-selectable transmit frequencies: up to 15.0 MHz (2D mode).</p> <p>Color: Pulse repetition frequency range: 200 Hz ~ 35,000 Hz + User-selectable transmit frequencies: up to 5 and Auto.</p> <p>PW Doppler: Transmit frequencies: 1.25–10 MHz; PRF</p> <p>(Doppler): 100–35,714 Hz; Wall filter selections: 1–4,375 Hz.</p> <p>CW Doppler: Transmit frequencies: 1.8–5 MHz; PRF: 2,000–50,000 Hz (Datashet pag. 8/9)</p>	<p>Da, Funcția solicitată este îndeplinită prin fluxul de lucru semi-automat al sistemului: modulul Auto Cals calculează automat diametrul, aria și volumul pe baza unei trasări rapide (manuale sau semi-automate) a ROI pentru fiecare folicul. Valorile sunt preluate automat în tabelul de măsurători GYN configurat pe sistem, unde sunt ordonate/clasificate după diametru conform șablonului de raport. La necesitate, operatorul poate adăuga manual</p>	<p>Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru în regim automat. La necesitate se va putea adăuga foliculi care nu au fost incluși în tabel.</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsec informațiile privind „Formare a tabelului folicular cu clasificare după diametru în regim automat. La necesitate se va putea adăuga foliculi care nu au fost incluși în tabel.”</p>
--	--	---	--	---	--

		<p>foliculi care nu au fost inițial incluși (ex. foliculii mici ascunși) – tabelul se actualizează automat (valori individuale și statistici: medie, număr, volum total, etc.). (Datashet pag. 16) Surse alternative: US ACUSON Sequoia 3.5 (VB30) Measurement Configuration Presentation QR700011302.PDF; US ACUSON Sequoia VAA30 Onscreen Measurement and Report.PDF</p>		
	<p>Regim non-doppler de diagnostic. Este obligator prezenta acestui tip de tehnologie care va fi disponibil pentru toate sondele cu care va fi livrat dispozitivul. In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si făt (trimestru 2,3, Cap făt trimestru 3), Cap făt trimestru 2,3, ficat mama și făt. La fel pentru vasele periferice.</p>	<p>Da, Funcția Slow flow state; Datashet pag. 8 Sursa alternativă: US ACUSON Sequoia SlowFlow Whitepaper.PDF</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „In caz că se va prezenta o tehnologie analogica sa fie posibil de efectuat studiul arborelui vascular la rinichi la mama si făt (trimestru 3), Cap făt trimestru 2,3, ficat mama și făt. La fel pentru vasele periferice.” S-a prezentat o tehnologie echivalentă, însă nu au fost demonstrate cerințele pentru software-ul respectiv</p>	
	<p>Regim specializat pentru trasarea uterului</p>	<p>FlexPlane/Free Plane: poți desena plane ortogonale</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim specializat pentru trasarea</p>	

	cu obținerea planului coronal al uterului.	sau neortogonale și poziționa/cropping plane-uriile — suficient pentru obținerea planului coronal uterin. (Datashet pag. 10/11/12)	uterului cu obținerea planului coronal al uterului.” Nu a fost demonstrat că regimul oferat corespunde cerințelor înaintate.	
	Regim de formare a imaginii trapezoidal sau lărgirea câmpului de scanare pentru sonda liniară.	Virtual format imaging: linear, steered, or trapezoidal - format; (Datashet pag. 7)	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsec informațiile privind „Regim de formare a imaginii trapezoidal sau lărgirea câmpului de scanare pentru sonda liniară”. Nu este clar dacă regimul oferat este disponibil măcar pe o sondă oferită.	
	Vizualizare de rezoluție înaltă in 1 trimestru pentru măsurarea translučenței nucale	Da, Inclus, Auto OB Measurements, (Datashet pag. 18); (Cod: 11290092) Sursa: Configuration with ACUSON Sequoia for AMT Buicani.pdf	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsec informațiile privind „Vizualizare de rezoluție înaltă in 1 trimestru pentru măsurarea translučenței nucale”.	
	Imprimantă alb/negru integrat	Da, inclus, SEQUOIA, PRINTER, B/W, OFF BOARD A6; (Cod: 11507600) Sursa: Configuration with ACUSON Sequoia for AMT Buicani.pdf	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsec informațiile privind „Imprimantă alb/negru integrat”. Nu este clar dacă modelul oferat este integrat.	
	Imprimantă extern color inclus	Da, inclus, SEQUOIA, PRINTER, COL, OFF BOARD A6 (Cod: 11507602) Sursa: Configuration with ACUSON Sequoia for AMT Buicani.pdf	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsec informațiile privind „Imprimantă extern color inclus”. Nu este clar dacă modelul oferat este extern.	

	UPS (cu dublă conversie) cu reglarea automată a tensiunii de ieșire, autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu.	Da, Inclus UPS, Model: ITY3-TW010B Sursa: ITYS-3_CATALOGUE.pdf & Formula de calcul .pdf)	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „autonomie pentru minim 30 minute de lucru în continuu. ? Se solicită calcule cu consumul real al dispozitivului.		
--	---	---	---	--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

Oferta operatorului economic IM Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează:

- S-a solicitat Elastografe tip compresivă activă pentru sonda liniară și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul, însă s-a oferit Elastografe tip compresivă activă doar pentru sonda liniară livrată împreună cu dispozitivul.

Oferta operatorului economic MEDEXCOM-TEH SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

- S-a solicitat o sondă de tip Linear matricială / XD Clear / Single Crystal sau o altă tehnologie echivalentă, însă s-a oferit PLI-705BX, fără tehnologiile solicitate.

- S-a solicitat Elastografie tip compresivă activă pentru sonda liniară și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul, însă s-a oferit sondele PLI-705BX și PVT681MVL, unde sonda liniară PLI-705BX nu permite efectuarea elastografiei.

Oferta operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, la oferta electronică nu a fost identificată garanția de ofertă, document solicitat obligatoriu în procedura de achiziție.

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea factorului 1	Denumirea operatorului economic 1		Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

14. Se anulează procedura de achiziție publică în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

În același timp, menționăm că pentru procedura anulată CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-4700 din 28.10.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(*Selecțiți termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova*)

Anularea:

Se anulează procedura de achiziție publică în cauză, conform scrisorii 01-7/69 din 04.03.2025 din partea beneficiarului final, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform căruia prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

<p>Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?</p>	<p>(Nu)</p>
<p>Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):</p>	<p>(indicați suma cu TVA)</p>
<p>Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</p>	<p>33100000-1</p>
<p>Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</p>	<p>Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG